Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 01 Absauggeräte

Positions Nr. 01.24.01.1014

Bezeichnung **Kataspir 30 REF 310100/21 Art.Nr. 483-KAT30**

Hersteller CA.MI

Konstruktions-merkmale

Artikel:	portables Absauggerät für Netzbetrieb
Größe (H x B x T):	ca. 210 mm x 350 mm x 180 mm
Gewicht:	4 kg
Saugleistung:	40 l/min l/min
Endvakuum:	0,80 kPa
Anschlussspannung:	230 V 50 Hz
Lieferumfang:	1 x Kataspir 30 Grundgerät 1 x Sekretbehälter 1l mit Deckel und Ventil 1 x Bakterienfilter 1 x Deckel S6 mit Überlaufsicherung 3 x Silikonschlauch, autoklavierbar, wiederverwendbar 1 x Fingertip 1 x Gutschein für Spülglas 1 x Absaugkatheter

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 01 Absauggeräte

Positions Nr.	01. 24. 05. 0 001
Bezeichnung	**nicht besetzt**
Hersteller	-
Konstruktions-merkmale	Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 01 Absauggeräte

Positions Nr.	01.24.05.0002
Bezeichnung	**PleurX Drainage Minikit**
Hersteller	DENVER BIOMED
Konstruktions-merkmale	Das PleurX Drainagekit erlaubt es, bei Patienten mit wieder-kehrenden Pleuroergüssen ambulant die Flüssigkeit aus der Pleura abzulassen. Hierdurch soll eine Schmerzlinderung, Be-freiung von Symptomen erreicht werden, ohne dass wiederholt Punktionen oder chemische Pleurothesen durchgemacht werden müssen. Gemäß Herstellerangabe sollen die PleurX-Produkte eine einfache Alternative zu diesen konventionellen Behand-lungsmethoden darstellen. Die Patienten sollen in die Lage versetzt werden, zuhause ihren Erguss selbständig zu drai-nieren. Alle dazu notwendigen Komponenten werden mit einer sog. Drainageflasche ausgeliefert. Das Drainagekit besteht aus einer Drainageflasche, die ein Vakuum enthält und an der eine Drainagelinie fest angebracht ist. Die speziell geform-te Spitze der Drainagelinie erlaubt es, das Ventil am im-plantierten Katheter zu öffnen. Wenn die Klemmen an der Drainageflasche geöffnet werden, kann die Flüssigkeit aus der Pleura abgelassen werden. Zur Anwendung des Systems muss der Arzt zuvor einen Pleurex-Katheter implantieren, damit die Flüssigkeit aus der Brust abgeleitet werden kann. Der in der Brust liegende Teil des Katheters hat mehrere Löcher, durch die Flüssigkeit in den Katheter eintreten kann. Am äußeren Ende des Katheters befindet sich ein Ventil, welches das Eintreten von Luft und das Auslaufen von Flüssigkeit verhindert, wenn keine Drainage stattfindet. Das Drainageset enthält alle Materialien, die zur Drainage von Flüssigkeit aus der Brust benötigt werden. Das Set enthält: - ein vakuumdichtes Reservoir mit fest verbundener Drainage-linie mit 500 ml oder 1000 ml Flasche - ein Reinigungstuch - transparenten Folienverband - ein blaues Tuch - ein paar Handschuhe - eine Schutzkappe - eine blaue Notfallklemme - Mullkompressen in der Größe 10 x 10 cm - Schlitzkompressen Der Inhalt des Verbandmaterialsets und die Vakuumflasche mit Verbindungsschlauch ist steril und als Einmalprodukt nicht wiederverwendbar. Der Patient wird duch den Arzt in das Drainageverfahren eingewiesen und soll dann die Drainage selbständig im häuslichen Bereich durchführen können. Der Anschluss des Drainagesysems an den Katheter ist unter ste-rilen Bedingungen vorzunehmen. Die Flüssigkeit wird regelmäßig (täglich bzw. zweitäglich) abgelassen. Je weniger Flüssigkeit im Brustraum ist, desto weniger kurzatmig wird der Patient sich fühlen. Ggf. kann der Arzt eine höhere Drainagefrequenz verordnen. Der Ge-samtzeitraum der Drainage kann sich über Wochen oder Monate erstrecken. I.d.R. bleibt über den gesamten Zeitraum der Katheter liegen. Nur die externen Komponenten werden ausge-tauscht. Art.-Nrn: 50-7500 PleurX Drainagekit 500 ml Flasche 50-7510 PleurX Drainagekit 1000 ml Flasche Zubehör: vakuumdichtes Reservoir, 500 ml, Art.-Nr. 50-7205 vakuumdichtes Reservoir, 1000 ml, Art.-Nr. 50-7210

Drainagelinie, Art.-Nr. 50-7225
Ersatzschutzkappe, Art.-Nr. 50-7235
Eintrag am: 15.01.2008

Bemerkung

Indikationen:
Zur Behandlung der Pleuraerguss-Drainage bei moribunden Patienten mit Pleuracarcinose.
Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 01 Absauggeräte

Positions Nr.	01.99.01.0000
Bezeichnung	nicht besetzt
Hersteller	-
Konstruktions-merkmale	
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 02 Adaptionshilfen

Positions Nr.	02.40.01.3 015
Bezeichnung	**Ofa fit An- und Ausziehhilfe für Kompressionsstrümpfe, Art.-Nr. 09 9802**
Hersteller	OFA BAMBERG
Konstruktions-merkmale	An- und Ausziehhilfe für Kompressionsstrümpfe bestehend aus einer Schlüpfhilfe aus Polyamid (Segeltuch) und einem Ver-bindungsstab aus Kunststoff. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 02 Adaptionshilfen

Positions Nr.	02.40.01.3 016
Bezeichnung	**Belsana An- und Ausziehhilfe für Kompressionsstrümpfe, Art.-Nr. 299804**
Hersteller	BELSANA
Konstruktions-merkmale	An- und Ausziehhilfe für Kompressionsstrümpfe bestehend aus einer Schlüpfhilfe aus Polyamid (Segeltuch) und einem Ver-bindungsstab aus Kunststoff. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 03 Applikationshilfen

Positions Nr. 03.36.02.2010

Bezeichnung **Freka Sil-Sonde, CH 7,6, 1300 mm, Art.-Nr. 7980301**

Hersteller FRESENIUS

Konstruktionsmerkmale

Transnasale Dünndarm-Ernährungssonde mit Luer-Ansatz, seit-lichen Öffnungen und Mandrin, steril verpackt.

Charriere:	CH 7,6
Länge:	1300 mm
Außendurchmesser:	2,5 mm
Innendurchmesser:	1,6 mm
Ansatz:	Trichter
Material:	Polyurethan
max. Liegedauer:	6 Wochen gemäß Herstellerangabe; Wechsel nach individueller Beurteilung des behandelnden Arztes
Lieferumfang:	1 x Freka Sil- Magensonde mit Luer-Ansatz, CH 7,6, Art.- Nr. 7980301 1 x Doppelmandrin 1 x Universal Trichteradapter 2 x MTC Öl-Ampullen

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Verwendungszweck:
Eine enterale künstliche Ernährung ist bei solchen Patienten indiziert, bei denen eine ausreichende orale Nahrungsaufnah-me aus medizinischen Gründen (z.B. Schluckstörungen) nicht erfolgen kann und kausaltherapeutisch alle Möglichkeiten einer bedarfsdeckenden oralen Nahrungsaufnahme ausgeschlos-sen sind (konsumierende Erkrankungen). Es ist regelmäßig zu prüfen, ob nicht ein Übergang auf eine orale Ernährung mög-lich und sinnvoll ist.

Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 03 Applikationshilfen

Positions Nr. 03.36.02.3016

Bezeichnung **Freka Sil-Sonde, CH 16, 1000 mm, Art.-Nr. 7980951**

Hersteller FRESENIUS

Konstruktions-merkmale

Transnasale Magen-Ernährungssonde mit Luer-Ansatz, vier seitlichen Öffnungen und Mandrin, steril verpackt.

Charriere:	CH 16
Länge:	1000 mm
Außendurchmesser:	5,3 mm
Innendurchmesser:	3,5 mm
Ansatz:	Trichter
Material:	Silikonkautschuk
max. Liegedauer:	6 Wochen gemäß Herstellerangabe; Wechsel nach individueller Beurteilung des behandelnden Arztes
Lieferumfang:	1 x Freka Sil- Magensonde mit Luer-Ansatz, CH 16, Art.- Nr. 7980951 1 x Spiralmandrin 2 x MTC Öl-Ampullen

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Verwendungszweck:
Eine enterale künstliche Ernährung ist bei solchen Patienten indiziert, bei denen eine ausreichende orale Nahrungsaufnah-me aus medizinischen Gründen (z.B. Schluckstörungen) nicht erfolgen kann und kausaltherapeutisch alle Möglichkeiten einer bedarfsdeckenden oralen Nahrungsaufnahme ausgeschlos-sen sind (konsumierende Erkrankungen). Es ist regelmäßig zu prüfen, ob nicht ein Übergang auf eine orale Ernährung mög-lich und sinnvoll ist.

Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 03 Applikationshilfen

Positions Nr. 03.99.01.3031

Bezeichnung **BD Discardit II, 2,0 ml, Art.-Nr. 300928**

Hersteller BECTON

Konstruktions-merkmale

Typ:	BD Discardit 2,0 ml
Anwendung:	-
Abmessungen (D x L):	Spritze 8,80 mm x 74,33 mm
Gewicht:	2,154 g
Anschluss:	Luer zentrisch
Skalierung:	in 0,1 ml Schritten
Material:	Latexfrei, PVC-frei
Lieferumfang:	1 Verpackungseinheit (100 Stück) BD Discardit II, 2,0 ml, steril verpackt, Art.-Nr. 300928
Eintrag am:	15.01.2008

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 03 Applikationshilfen

Positions Nr. 03.99.01.3032

Bezeichnung **BD Discardit II, 5,0 ml, Art.-Nr. 309050**

Hersteller BECTON

Konstruktions-merkmale

Typ:	BD Discardit 5,0 ml
Anwendung:	-
Abmessungen (D x L):	Spritze 12,30 mm x 87,16 mm
Gewicht:	4,01 g
Anschluss:	Luer exzentrisch
Skalierung:	in 0,2 ml Schritten
Material:	Latexfrei, PVC-frei
Lieferumfang:	1 Verpackungseinheit (100 Stück) BD Discardit II, 5,0 ml, steril verpackt, Art.-Nr. 309050
Eintrag am:	15.01.2008

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 03 Applikationshilfen

Positions Nr. 03.99.01.3033

Bezeichnung **BD Discardit II, 10,0 ml, Art.-Nr. 309110**

Hersteller BECTON

Konstruktions-merkmale

Typ:	BD Discardit 10,0 ml
Anwendung:	-
Abmessungen (D x L):	Spritze 15,60 mm x 101,73 mm
Gewicht:	6,11 g
Anschluss:	Luer exzentrisch
Skalierung:	in 0,5 ml Schritten
Material:	Latexfrei, PVC-frei
Lieferumfang:	1 Verpackungseinheit (100 Stück) BD Discardit II, 10,0 ml, steril verpackt, Art.-Nr. 309110
Eintrag am:	15.01.2008

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 03 Applikationshilfen

Positions Nr. 03.99.01.3034

Bezeichnung **BD Discardit II, 20,0 ml, Art.-Nr. 300296**

Hersteller BECTON

Konstruktions-merkmale

Typ:	BD Discardit 20,0 ml
Anwendung:	-
Abmessungen (D x L):	Spritze 20,10 mm x 114,50 mm
Gewicht:	7,44 g
Anschluss:	Luer exzentrisch
Skalierung:	in 1,0 ml Schritten
Material:	Latexfrei, PVC-frei
Lieferumfang:	1 Verpackungseinheit (80 Stück) BD Discardit II, 20,0 ml, steril verpackt, Art.-Nr. 300296
Eintrag am:	15.01.2008

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 03 Applikationshilfen

Positions Nr. 03.99.05.3004

Bezeichnung **Injectomat Agilia (Standard), Art.-Nr. Z018020**

Hersteller FRESENIUS

Konstruktions-merkmale

Infusionsspritzenpumpe	zur intravenösen Medikamenteninfusion
Abmessungen (BxHxT):	160 mm x 345 mm x 135 mm
Gewicht:	2000 g
Spannungsversorgung	
Nennspannung:	230 V~/240 V~, 50/60 Hz
Externe Kleinspannung:	9 V DC
Akkutyp:	NiCd (wiederaufladbar)
Akkubetrieb:	4 x 6,0 V, 1,8 Ah
Akkulaufzeit:	> 16 Stunden
Ladezeit:	< 5 Stunden während die Pumpe aus ist < 15 Stunden während die Pumpe läuft
Genauigkeit:	+/- 3,0 % nach IEC 601-2-24
Förderbereich:	0,1 bis 200 ml/h (in 0,1 ml-Stufen) in Abhängigkeit vom Spritzenvolumen
Fördermengenvorwahl:	0,1 bis 999,9 ml/h (in 0,1 ml-Stufen)
Verschlussdruck:	max. 120 kPa
max. Bolusvolumen:	50 ml/h bis 1200 ml/h bei 50/60 ml Spritzenvolumen 50 ml/h bis 600 ml/h bei 20/30 ml Spritzenvolumen 50 ml/h bis 350 ml/h bei 5/10 ml Spritzenvolumen
Verschlussalarmdruck:	0,06 MPa
Lieferumfang:	1 x Injectomat Agilia, Art.-Nr. Z018020 1 x Netzkabel 1 x Bedienungsanleitung

Eintrag am: 15.01.2008

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 03 Applikationshilfen

Positions Nr. 03.99.05.4005

Bezeichnung **Volumat Agilia (Standard), Art.-Nr. Z019020**

Hersteller FRESENIUS

Konstruktions-merkmale

Volumetrische Infusionspumpe zur intravenösen Medikamenten-infusion.

Abmessungen (BxHxT):	145 mm x 130 mm x 135 mm
Gewicht:	2000 g
Spannungsversorgung	
Nennspannung:	230 V~/240 V~, 50/60 Hz
Externe Kleinspannung:	9 V DC
Akkutyp:	Li-Ion (wiederaufladbar)
Akkubetrieb:	7,2 V, 2,2 Ah
Akkulaufzeit:	> 4 Stunden
Ladezeit:	< 6 Stunden während die Pumpe aus ist
	< 20 Stunden während die Pumpe läuft
Genauigkeit:	+/- 5,0 %
Förderbereich:	0,1 bis 1200 ml/h (in 0,1 ml-Stufen)
Fördermengenvorwahl:	0,1 bis 999,9 ml/h (in 0,1 ml-Stufen)
Verschlussdruck:	max. 0,099 MPa
max. Bolusvolumen:	1 ml/h bis 1200 ml/h
Verschlussalarmdruck:	0,0133 MPa bis 0,099 MPa einstellbar
Lieferumfang:	1 x Volumat Agilia, Art.-Nr. Z019020
	1 x Netzkabel
	1 x Bedienungsanleitung

Eintrag am: 15.01.2008

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 03 Applikationshilfen

Positions Nr.	03.99.09.1000
Bezeichnung	nicht besetzt
Hersteller	-
Konstruktions-merkmale	
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 03 Applikationshilfen

Positions Nr. 03.99.09.1001

Bezeichnung **Multifunktionsklemme, Art.-Nrn. 117-015-18 bis 117-015-25**

Hersteller BUSCHMEIER

Konstruktions-merkmale

Infusionsständersystem zur Montage an Rollstühlen bestehend aus Einzelkomponenten.

Abmessungen:	
Infusionsstange (DxH):	- mm x 700 mm
Multifunktionsklemme(BxH):	35 mm x 100 mm
Haken (BxH):	- mm x - mm
Gewicht:	2000 g
Max. Belastbarkeit:	- g
Klemmrohrdurchmesser:	18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm
Konstruktion:	Multifunktionsklammer zur Montage an Rollstühlen, Infusionsstange und Infusionshaken
Lieferumfang:	1 x Multifunktionsklammer, Art.-Nrn. 117-015-18 bis 117-015-25 1 x Infusionsstange 700 mm 1 x Infusionshaken 1 x Bedienungsanleitung

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Klemmrohrdurchmesser 18 mm, Art.-Nr. 117-015-18
Klemmrohrdurchmesser 19 mm, Art.-Nr. 117-015-19
Klemmrohrdurchmesser 20 mm, Art.-Nr. 117-015-20
Klemmrohrdurchmesser 22 mm, Art.-Nr. 117-015-22
Klemmrohrdurchmesser 23 mm, Art.-Nr. 117-015-23
Klemmrohrdurchmesser 24 mm, Art.-Nr. 117-015-24
Klemmrohrdurchmesser 25 mm, Art.-Nr. 117-015-25

Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 04 Badehilfen

Positions Nr.	04.40.01.4001
Bezeichnung	**RELEX Badewannenlift, Art.-Nr. RELEX BWL 100**
Hersteller	ELEKTRO-MECHANISCHE-
Konstruktions-merkmale	Badewannenlift bestehend aus einem quer über die Wanne verlaufenden Sitzgurt, der über eine elektromotorische Winde auf- und abgewickelt wird. Hierzu wird die Windeneinheit an der Wand und ein Bodenanker am Fußboden vor der Wanne befestigt. Eine Rückenlehne ist nicht vorhanden. Während des Hebe-/Absenkvorganges muss der Liftnutzer eine seitliche Transferbewegung ausführen, da das Gurtband einseitig aufge-wickelt wird. Die Energieversorgung erfolgt über einen Sicherheitstransformator. Die Steuerung der Hubbewegung erfolgt über eine Kabelfernbedienung. Max. Belastung: 130 kg Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Verwendungszweck: Erhebliche Funktionsminderung der unteren Extremitäten, wenn ein weitgehend selbständiges Ein- und Aussteigen aus der Badewanne bzw. Hin- und Aufsetzen nicht mehr möglich ist; Rumpfkontrolle und eine Funktionsfähigkeit der oberen Extremitäten müssen noch ausreichend vorhanden sein. Chronische Krankheitsfolgen mit Funktionseinschränkungen der unteren Extremitäten, die ein selbständiges Baden nicht mehr zulassen, wenn durch die Benutzung des Badewannenlifters jedoch ein weitgehend eigenständiges Baden ermöglicht wird und andere Badehilfen zum Ausgleich der Behinderung nicht ausreichen. Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 04 Badehilfen

Positions Nr.	04.40.02.0018
Bezeichnung	**Badebrett Basic, 74 cm, mit Handgriff, Art.-Nr. 78059000**
Hersteller	LUDWIG BERTRAM
Konstruktions-merkmale	Badewannenbrett aus Kunststoff, 36 cm x 74 cm, max. zul. Belastung 150 kg, mit Haltegriff. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 04 Badehilfen

Positions Nr.	04.40.03.1012
Bezeichnung	**Duschhocker Cannes, Art.-Nr. 363.00.20**
Hersteller	REBOTEC
Konstruktions-merkmale	Duschhocker, siebenfach höhenverstellbar von 41,5 - 56,5 cm, mit Armlehnen, Hygieneausschnitt in der Sitzfläche, zul. Nutzergewicht 100 kg. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 04 Badehilfen

Positions Nr.	04.40.05.0003
Bezeichnung	**Mobiler Wanneneinstieg-Kombigriff, Art.-Nr. 1400526W**
Hersteller	ROTH GMBH
Konstruktions-merkmale	Badewannengriff, der mittels vier Saugnäpfen an glatten, porendichten Flächen angebracht werden kann. Der Griff ist für eine max. Belastung in Höhe von 60 kg freigegeben. Die Greiflänge beträgt 300 mm. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 04 Badehilfen

Positions Nr.	04.40.05.0004
Bezeichnung	**Mobiler Wanneneinstieg-Kombigriff, Art.-Nr. 1400522W**
Hersteller	ROTH GMBH
Konstruktions-merkmale	Badewannengriff, der mittels vier Saugnäpfen an glatten, porendichten Flächen angebracht werden kann. Der Griff ist für eine max. Belastung in Höhe von 60 kg freigegeben. Die Greiflänge ist einstellbar von 290 bis 415 mm. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 04 Badehilfen

Positions Nr.	04.40.05.0005
Bezeichnung	**Mobiler Wanneneinstieg-Kombigriff, Art.-Nr. 1400523W**
Hersteller	ROTH GMBH
Konstruktions-merkmale	Badewannengriff, der mittels vier Saugnäpfen an glatten, porendichten Flächen angebracht werden kann. Der Griff ist für eine max. Belastung in Höhe von 60 kg freigegeben. Die Greiflänge ist einstellbar von 390 bis 515 mm. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 05 Bandagen

Positions Nr.	05.02.01.0055
Bezeichnung	**Ofa Support Knöchelbandage, Art.-Nr. 04 71 10**
Hersteller	OFA BAMBERG
Konstruktions-merkmale	Kompressionsbandage mit zwei integrierten Silikonpelotten, in vier Größen. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 05 Bandagen

Positions Nr.	05.02.01.0056
Bezeichnung	**Goldstandard Knöchelbandage, Art.-Nr. 43001**
Hersteller	DRACO
Konstruktions-merkmale	Kompressionsbandage mit zwei integrierten Silikonpelotten, in vier Größen. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 05 Bandagen

Positions Nr.	05.04.01.0089
Bezeichnung	**Ofa Support Kniebandage, Art.-Nr. 04 71 20**
Hersteller	OFA BAMBERG
Konstruktions-merkmale	Kompressionsbandage mit seitlichen Spiralfedern, Silikon-ring, in vier Größen. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 05 Bandagen

Positions Nr.	05.04.01.0090
Bezeichnung	**Goldstandard Kniebandage, Art.-Nr. 43002**
Hersteller	DRACO
Konstruktions-merkmale	Kompressionsbandage mit seitlichen Spiralfedern, Silikon-ring, in vier Größen. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 05 Bandagen

Positions Nr.	05.04.03.1027
Bezeichnung	**DonJoy I.ROM Cool, Art.-Nrn. 11-0175-2-13066, 11-0175-4-13066**
Hersteller	DJO
Konstruktions-merkmale	Elastische Stabilisierungsbandage für das Kniegelenk, mit vier festen, zirkulären Schaumstoffpolstern, Klettverschluss und einstellbaren Gelenkschienen, eine Universalumfanggröße in zwei verschiedenen Längen. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 05 Bandagen

Positions Nr.	05.07.02.0123
Bezeichnung	**procare CTS Handgelenkorthese**
Hersteller	DJO
Konstruktions-merkmale	Handgelenkbandage aus elastischem, textilen Material, mit Aluschiene auf der Handinnenseite, vier festen Klettver-schlüssen und einem elastischen, zirkulären Klettverschluss, in fünf Größen. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Art.-Nrn.: 79-87152 - 79-87158, 79-87162 - 79-87168

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 05 Bandagen

Positions Nr.	05.07.02.0124
Bezeichnung	**Handgelenkbandage mit Fingerauflage, Art.-Nr. MQ-515**
Hersteller	E.M.O.
Konstruktions-merkmale	Handgelenkbandage aus elastischem, textilen Material, mit Stabilisierungselementen, vier Klettverschlüssen, in vier Größen. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 05 Bandagen

Positions Nr.	05.07.02.2043
Bezeichnung	**MANU-HIT CARPAL, Art.-Nr. 07233**
Hersteller	SPORLASTIC
Konstruktions-merkmale	Handgelenkbandage aus festem, texlilen Material mit zwei Verstärkungsschienen aus Aluminium auf Handunter- und Hand-oberseite, dorsaler Silikonpelotte und vier festen Klett-verschlüssen. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 05 Bandagen

Positions Nr.	05.08.01.1029
Bezeichnung	**Ofa Support Ellenbogenbandage, Art.-Nr. 04 71 70**
Hersteller	OFA BAMBERG
Konstruktions-merkmale	Ellenbogen-Kompressionsbandage mit zwei Druckpelotten, in vier Größen. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 05 Bandagen

Positions Nr.	05.08.01.1030
Bezeichnung	**Goldstandard Ellenbogenbandage, Art.-Nr. 43004**
Hersteller	DRACO
Konstruktions-merkmale	Ellenbogen-Kompressionsbandage mit zwei Druckpelotten, in vier Größen. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 05 Bandagen

Positions Nr.	05.09.01.1064
Bezeichnung	**medi Arm fix, Art.-Nr. R 050 009**
Hersteller	MEDI BAYREUTH
Konstruktions-merkmale	Textile Bandage zur Fixierung des Schultergelenkes und des Oberarms, mit Armtragegurt, elastisches Gurtsystem mit brei-tem Rumpfgurt, Universalgröße. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 05 Bandagen

Positions Nr.	05.14.01.1091
Bezeichnung	**Baxolve XP Lumbalbandage mit Pelotte, Art.-Nrn. 297, 298**
Hersteller	BIO-MEDICAL
Konstruktions-merkmale	Elastische Lumbalbandage aus textilem Material, mit breitem, elastischen Unterstützungsgurt, mehreren dünnen Stabilisie-rungselementen, Lumbalpelotte und vorderem Klettverschluss, in fünf Größen von 64 bis 142 cm Umfang. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Das Produkt ist zusätzlich mit einer Aufnahmetasche für ein TENS-Gerät, Verkabelung für TENS-Elektroden, Druckknöpfen für Elektroden und Anschlussstecker ausgestattet. Dabei ist zu beachten, dass die Platzierung der Elektroden nicht frei wählbar ist, sondern durch die Bandage vorgegeben wird. Vom Hersteller wird auch ein kompatibles TENS-Gerät angeboten; über Adapter lassen sich aber auch herstellerunabhängige Ge-räte anschließen. Bei alleiniger Verordnung dieser Bandage ist die Wirtschaft-lichkeit des Produktes im Vergleich zu anderen Bandagen der gleichen Art zu prüfen. Für die gleichzeitige Anwendung von Bandage und TENS-Gerät wurde der therapeutische Nutzen bis-her nicht belegt.

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 05 Bandagen

Positions Nr.	05.14.01.3036
Bezeichnung	**MKS-Lumbago Vario, Art.-Nrn. 581-069-S, 581-070-S**
Hersteller	ALBRECHT
Konstruktions-merkmale	Elastische Lumbalbandage für Damen, mit variablem Leibteil, Klettverschluss auf der Vorderseite, Lumbalpelotte, Stabilisierungselementen, in zwei Größen von 70 cm bis 125 cm. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 07 Blindenhilfsmittel

Positions Nr.	07.50.01.0002
Bezeichnung	**Dürener Blindenstock, Art.-Nrn. ES-L-0, ES-L-32, ES-L-40, ES-L-S**
Hersteller	BERUFSFÖRDER
Konstruktions-merkmale	1-teiliger Faltstock. Abmessung Stock (DxL): 18 mm x 1370 mm Abmessung Stock (DxL): k.A. (maximal) Abmessung Griff (DxL): k.A. Gesamtgewicht: 240 g Unterstockgewicht: k.A. Rohrmaterial: Aluminiumlegierung Griffmaterial: Naturkork Spitzen: ohne Tastspitze Lieferumfang: 1 x Dürener Blindenstock 1 x Gebrauchsanweisung in Schwarz-schrift 1 x Gebrauchsanweisung in Braille 1 x Gebrauchsanweisung auf Audiocas-sette/CD Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 07 Blindenhilfsmittel

Positions Nr.	07.50.01.1 014
Bezeichnung	**Dürener Blindenstock, Art.-Nrn. FS-L-0, FS-L-32, FS-L-40, FS-L-S**
Hersteller	BERUFSFÖRDER
Konstruktions-merkmale	4-teiliger Faltstock. Abmessung Stock (DxL): 18 mm x 1370 mm Abmessung Stock (DxL): k.A. (maximal) Abmessung Griff (DxL): k.A. Gesamtgewicht: 290 g Unterstockgewicht: k.A. Rohrmaterial: Aluminiumlegierung Griffmaterial: Naturkork Spitzen: ohne Tastspitze Lieferumfang: 1 x Dürener Blindenstock 1 x Gebrauchsanweisung in Schwarz-schrift 1 x Gebrauchsanweisung in Braille 1 x Gebrauchsanweisung auf Audiocas-sette/CD Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 07 Blindenhilfsmittel

Positions Nr.	07.50.01.1 015
Bezeichnung	**Dürener Blindenstock, Art.-Nrn. TS-135-0, TS-135-32, TS-135-40**
Hersteller	BERUFSFÖRDER
Konstruktions-merkmale	3-teiliger Teleskopstock. Abmessung Stock (DxL): 18 mm x 1350 mm Abmessung Stock (DxL): k.A. (maximal) Abmessung Griff (DxL): k.A. Gesamtgewicht: 226 g Unterstockgewicht: k.A. Rohrmaterial: Aluminiumlegierung Griffmaterial: Naturkork Spitzen: ohne Tastspitze Lieferumfang: 1 x Dürener Blindenstock 1 x Gebrauchsanweisung in Schwarz-schrift 1 x Gebrauchsanweisung in Braille 1 x Gebrauchsanweisung auf Audiocas-sette/CD Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 07 Blindenhilfsmittel

Positions Nr. 07.99.01.2012

Bezeichnung **EasyReader**

Hersteller KOBA VISION

Konstruktions-merkmale

EasyReader ist ein Vorlesegerät, mit welchem die verschie-densten gedruckten Vorlagen wie Bücher, Briefe, Zeitungen und Zeitschriften gelesen werden können. Während des Vorle-sens kann die Lautstärke und die Lesegeschwindigkeit regu-liert und im Text vor und zurück navigiert werden. Weiterhin
kann der Lesevorgang unterbrochen und mit der Navigations-taste Wort für Wort, Zeile für Zeile, Seite für Seite wei-tergelesen werden.

Abmessungen(HxBxT):	113 mm x 271 mm x 470 mm
Gewicht:	7700 g
Scanner:	
Auflösung:	300 x 300 dpi
Ausfallfarbe:	-
Geschwindigkeit:	27 s
Scan-Richtung:	bidirektional
Seitenausrichtung:	-
Vorlagengröße:	bis DIN A4
Vorlagenlayout:	ein-/mehrspaltig, Hoch-/Querformat
Besonderheit:	-
Schriftgröße:	-
Schriftart:	alle gedruckten latainischen Schrift-arten
Zeichenerkennung:	Zeichenerkennungssoftware
Speicherkapazität:	-
Sprachausgabe:	
Modi:	Text vorlesen, zeilenweise, satzweise, wortweise, buchstabenweise, vorwärts und rückwärts wählbar, Steuermöglichkeit zum Lesen einzelner Dokumente, Absätze und Sprung zum Textanfang und Textende, Sprung zum Buchanfang und Buchende
Aussprache:	-
Parameter:	Eingestellte Sprachparameter gehen nach dem Ausschalten des Gerätes nicht verlo-ren
Sprachen:	Standard: deutsch
Tastatur:	-
Regler:	Sprechgeschwindigkeit sowie Lautstärke einstellbar
Kopfhörer:	Buchse für 3,5 mm Klinkenstecker
Weitere Kompo-nenten:	zwei USB-Schnittstellen, einen Kopfhö-rerausgang und einen Line-Out-Ausgang mit festem Pegel für ein Aufnahmegerät
Lieferumfang:	1 x Lesesystem EasyReader

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 07 Blindenhilfsmittel

Positions Nr.	07.99.04.2000
Bezeichnung	**nicht besetzt**
Hersteller	-
Konstruktions-merkmale	Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 07 Blindenhilfsmittel

Positions Nr. 07.99.04.2001

Bezeichnung **Einkaufs-Fuchs**

Hersteller SYNPHON

Konstruktions-merkmale

Das Produkterkennungsgerät Einkaufsfuchs besteht aus einem omidirektionalen Handscanner, welcher mittels Kabel mit der mobilen Verarbeitungseinheit verbunden ist. Die Verarbei-tungseinheit beinhaltet die gesamte Steuer- und Speicher-elektronik des Produktes. Auf der Oberseite des 40 mm x 80 mm x 150 mm großen Gehäuses befindet sich der Lautsprecher, welcher die Informationen akustisch wiedergibt. Daneben gibt
es auf der Frontseite einen Anschluss für einen separaten Kopfhörer. Auf der Vorderseite des Gehäuses befinden sich zudem noch die Taste für die Aufnahme sowie das Slot für die Speicherkarte sowie der Lautstärkeregler. Auf der Rück-seite der Verarbeitungseinheit sind der Ein-/Aus-Schalter, die Anschlussbuchse für den Handscanner, das eingebaute Mikrofon sowie der Anschluss für das Ladegerät vorhanden. Der Einkaufsfuchs ist konzipiert, um die Strichcodes, die sich auf den meisten im Handel verfügbaren Waren befinden, mit einem Scanner zu erfassen und die zugehörigen Produkt-informationen mit einer Sprachausgabe vorzulesen, um diese verfügbar zu machen. Das Produkt erkennt ca. 900.000 ver-schiedene Artikel vorwiegend für sehbehinderte bzw. blinde Menschen, Gebrauchsgüter im Haushalt, Lebensmittel und alle erhältlichen Musik-CD's und Kassetten. Mittels eingebautem Mikrofon lassen sich neue unbekannte Artikel selbst einge-ben. Veränderungen und Erweiterungen der Daten sind jeder-zeit durch Austausch der Speicherkarte möglich. Mit zusätz-lich mitgelieferten selbstklebenden, strichkodierten Etiket-ten können weiter Gegenstände akustisch markiert werden.

Gewicht:	ca. 500 g inkl. Akku
Abmessungen (HxTxB):	150 mm x 80 mm x 40 mm
Stromversorgung:	Nickel-Metallhydrid-Akkus
Akkunutzungszeit:	ca. 2 Stunden ununterbrochene Betriebsdauer
Sonstige Ausstattung:	Eingebautes Mikrophon und Lautsprecher, Kopfhörer- und Lautsprecheranschluss, externes Batterieladegerät, 128 MB Speicherkarte mit den Artikeldaten, OKI-Sprachausgabe, weiblich oder männ-lich
Lieferumfang:	1 x Elektronik im Aluminiumgehäuse 1 x Strichcodescanner 2 x Akkus 1 x Ladegerät Voltcraft PA 300 64 x Strichcodeetiketten 1 x Handbuch in Schwarzschrift 1 x Handbuch in Blindenschrift

Geändert am: 15.02.2007
Geändert am: 15.12.2007

Bemerkung

Indikation/Zweckbestimmung:

Erkrankungen des Auges, die mit einer hochgradigen Sehbe-hinderung oder Blindheit verbunden sind. Als hochgradige Sehbehinderung bezeichnet man eine Sehschärfe von maximal 5 % und minimal 2 % (Visus <= 0,05 = 1/20 und > 0,02 = 1/50). Blindheit liegt vor, wenn

1. die Sehschärfe auf dem besseren Auge weniger als 2 %

Visus 0,02 = 1/50) beträgt

oder

2. Störungen des Sehvermögens vorliegen, die dieser Beeinträchtigung gleichzuachten sind. Eine vergleichbare Störung liegt vor,

- bei einer Einengung des Gesichtsfeldes, wenn bei einer Sehhschärfe von 0,05 (1/20) oder weniger die Grenze des Restgesichtsfeldes in keiner Richtung mehr als 30° vom Zentrum entfernt ist, wobei Gesichtfeldreste jenseits von 50° unberücksichtigt bleiben;

- bei einer Einengung des Gesichtsfeldes, wenn bei einer Sehhschärfe von 0,033 (1/30) oder weniger die Grenze des Restgesichtsfeldes in keiner Richtung mehr als 15° vom Zentrum entfernt ist, wobei Gesichtfeldreste jenseits von 50° unberücksichtigt bleiben;

- bei einer Einengung des Gesichtsfeldes, wenn bei einer Sehhschärfe von 0,1 (1/10) oder weniger die Grenze des Restgesichtsfeldes in keiner Richtung mehr als 7,5° vom Zentrum entfernt ist, wobei Gesichtfeldreste jenseits von 50° unberücksichtigt bleiben;

- bei einer Einengung des Gesichtsfeldes, auch bei normaler Sehhschärfe, wenn die Grenze der Gesichtsfeldinsel in keiner Richtung mehr als 5° vom Zentrum entfernt ist, wobei Gesichtfeldreste jenseits von 50° unberücksichtigt bleiben;

- bei großen Skotomen im zentralen Gesichtsfeldbereich, wenn die Sehhschärfe nicht mehr als 0,1 (1/10) beträgt und im 50° Gesichtsfeld unterhalb des horizontalen Meridians mehr als die Hälfte ausgefallen ist;

- bei homonymen Hemianopsien, wenn die Sehschärfe nicht mehr als 0,1 (1/10) beträgt und das erhalten Gesichtsfeld in der horizontalen nicht mehr als 30° Durchmesser besitzt;

- bei bitemporalen oder binasalen Hemianopsien, wenn die Sehschärfe nicht mehr als 0,1 (1/10) beträgt und kein Binokularsehen besteht;

- bei nachgewiesenem vollständigen Ausfall der Sehrinde (Rindenblindheit), nicht aber mit einer visuellen Agnosie oder anderen gnostischen Störungen.

Angeborene und erworbene Erkrankungen der brechenden Medien des Auges, der Netzhaut, der Sehbahnen und des zentralen Nervensystems können zu hochgradigen Sehbehinderungen oder Blindheit führen, z.B.:

- Atrophien und Schädigungen des Nervus opticus, z.B. bei Glaukom

- Skotom (vollständiger und auch partieller Gesichtsfeldausfall)

- Erhebliche Schädigungen der Netzhaut, z.B. hochgradige Myopie mit degenerativer Veränderung der Netzhaut, diabetische Folgeschäden, tapetoretinale Degenerationen, Retinopathia pigmentosa, Verletzungsfolgen

- Trübung der brechenden Medien

- Neurologische Störungen (z.B. Nystagmus)

- Verletzungen

- Tumoren

- Infektionen, z. B. Uveitis

Der Versicherte muss die geistigen Voraussetzungen zur Nut-zung des Gerätes erfüllen. Eine Nutzung von Einkaufshilfen ist ausschließlich im Rahmen der selbständigen Lebensführung
unter Berücksichtigung der elementaren Grundbedürfnisse mög-lich. Werden die Produkte zur Organisation der Wohnung etc. eingesetzt, so

besteht keine Leistungspflicht der GKV.

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 10 Gehhilfen

Positions Nr.	10.46.01.0026
Bezeichnung	**Gehgestell Gecko starr, Art.-Nr. 700100100**
Hersteller	ENDRES
Konstruktions-merkmale	Faltbares Gehgestell aus Aluminiumrohr, mit vier Standbeinen und vier Gummikappen, Handgriffe 8-fach höhenverstellbar von 810 - 985 mm, zul. Nutzergewicht 120 kg. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 10 Gehhilfen

Positions Nr.	10.50.02.0082
Bezeichnung	**Spring Unterarmgehstützen, Art.-Nr. 01.07770**
Hersteller	SPRING
Konstruktions-merkmale	Unterarmgehstütze aus Leichtmetall, Armführung 4-fach höhen-verstellbar, Kunststoffgriff, 2 x 6-fach höhenverstellbar, Handgriffhöhe 758 bis 883 mm, zul. Nutzergewicht 150 kg. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 10 Gehhilfen

Positions Nr.	10.50.02.0083
Bezeichnung	**Spring Unterarmgehstützen, Art.-Nrn. 01.07760, 01.07761, 01.07762, 01.07763**
Hersteller	SPRING
Konstruktions-merkmale	Unterarmgehstütze aus Leichtmetall, Kunststoffgriff mit gum-mierter Oberfläche, 2 x 6-fach höhenverstellbar, Handgriff-höhe 725 bis 975 mm, zul. Nutzergewicht 140 kg. Eintrag am 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 10 Gehhilfen

Positions Nr.	10.50.04.1138
Bezeichnung	**Leichtgewichtrollator Ligero, Art.-Nr. 322NPU**
Hersteller	DIETZ
Konstruktions-merkmale	Faltbarer Rollator, pannensichere Räder 195 mm x 37 mm, stu-fig höhenverstellbare Schiebegriffe, Doppelfunktionsbremshe-bel an den Schiebegriffen mit Bremswirkung auf die Hinterrä-der, Sitzfläche zwischen den Seitenrahmen, Rohrbügel mit Polster als Rückenlehne, abnehmbarer Korb, Handgriffhöhe 820 mm bis 930 mm, Gesamtbreite 550 mm, Sitzhöhe 560 mm, zul. Nutzergewicht 120 kg, Leergewicht 6,8 kg. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 10 Gehhilfen

Positions Nr.	10.50.04.1 139
Bezeichnung	**Leichtgewichtrollator Ligero, Art.-Nr. 323NPU**
Hersteller	DIETZ
Konstruktions-merkmale	Faltbarer Rollator, pannensichere Räder 195 mm x 37 mm, stu-fig höhenverstellbare Schiebegriffe, Doppelfunktionsbremshe-bel an den Schiebegriffen mit Bremswirkung auf die Hinterrä-der, Sitzfläche zwischen den Seitenrahmen, Rohrbügel mit Polster als Rückenlehne, abnehmbarer Korb, Handgriffhöhe 820 mm bis 930 mm, Gesamtbreite 550 mm, Sitzhöhe 510 mm, zul. Nutzergewicht 120 kg, Leergewicht 6,8 kg. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11.29.01.2004

Bezeichnung **Weilamed Lagerungsauflage mit Standardbezug , durchgehend, Art.-Nr. 250.201**

Hersteller WEILAMED

Konstruktions-merkmale

Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:
Bei der Matratzenauflage handelt es sich um eine einschichtige, einteilige Matratzenauflage aus sogenanntem SAF-Schaumstoff. Dieser Schaumstoff zeichnet sich dadurch aus, dass er auf Wärme reagiert und der Schaumstoff durch die vom Körper abgegebene Wärme weicher wird und sich so dadurch an den Körper anpasst. Nach der Belastung nimmt die Auflage nach einer temperaturabhängigen Verzögerung wieder die ursprüngliche Form an. Die Liegefläche ist genoppt. EIn atmungsaktiver Bezug befindet sich im Lieferumfang

Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe:
Die Auflage soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Deku-bitusprophylaxe als auch die Dekubitustherapie bei Erwachsenen Menschen bis Stadium II nach EPUAP eingesetzt werden können.

Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstelleran-gabe:
Die Auflagen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffaller-gie gegen SAF-Schaum eingesetzt werden.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Einsetzbar für alle verstellbaren Betten.

Artikelnummer:	250.201
Größe (H x B x T):	90 cm x 200 cm x 3 cm
Gewicht der Auflage:	2,5 kg
Material der Auflage:	Viskoelastischer PU-Schaumstoff SAF 60120
Bezeichnung Bezug:	schwarzer Standardbezug
Material Bezug:	100 % Polyester
Min. Patientengewicht:	50 kg
Max. Patientengewicht:	80 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklima Temperatur:	29,9 °C
Mikroklima Feuchte:	59,3 % rF
Mikroklima Klasse:	H
Rel. Druckentlastung:	Bei Belastung mit 80 kg = 11 % gegenüber Referenz
Druckentlastung Klasse:	D bei Belastung mit 80 kg
Scherkräfte - Fmax:	178 N
Scherkräfte - Fquer:	172 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,7
Horiz. Steifigkeit	10,1 N/mm
Raumgewichte:	60 kg/m³
Stauchhärte:	7,7 kPa
Lieferumfang:	1. Einteiliges Auflagensystem 2. Standardbezug weiß
Wiederseinsatz:	möglich nach Desinfektion und Reinigung
Wartungen:	keine

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11.29.05.0012

Bezeichnung **Cargumixt Art.Nr. 70.006**

Hersteller CARPENTER

Konstruktions-merkmale

Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:
Bei der Matratze handelt es sich um eine zweischichtige viskoelastische Matratze. Die Liegefläche ist glatt und unstrukturiert, sie besteht aus viskoelastischem Schaum. Die Unterseite der Matratze besteht aus Kaltschaum und ist im mittleren Teil in Querrichtung eingeschnitten; dies soll eine Anpassung der Matratze an die Bettkinematik (Sitz und Hochlagerungspositionen) ermöglichen. Ein elastischer Bezug aus Polyurethan umgibt das komplette System.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:
Prophylaxe von Dekubitus

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstelleran-gabe:
Keine weiteren Kontraindikationen und Ausschlusskriterien angegeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Einsetzbar auf allen - auch verstellbaren - Liegeflächen. Eine regelmäßige Umlagerung des Patienten ist erforderlich.

Art.-Nrn.:	70.006
Größe der Matratze:	200 x 90 x 14,5 cm
Matratzengewicht:	13,5 kg
Material Matratze:	Polyurethan
Bezeichnung Bezug:	Cartex
Material Bezug:	PU-kaschiertes PES-Gewebe
Minim. Patientengewicht:	30 kg
Max. Patientengewicht:	110 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklimatemperatur:	31,3°C
Mikroklimafeuchte:	75,7 % RF
Mikroklimaklasse:	G
relative Druckent-lastung:	bei Belastung mit 80 kg = 23 % gegenüber Referenz bei Belastung mit 110 kg = 11 % gegenüber der Referenz
Druckentlastung Klasse:	H bei Belastung mit 80 kg D bei Belastung mit 110 kg
Scherkräfte Fmax:	202,1 N
Scherkräfte Fquer:	190,69 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,56
horiz. Steifigkeit:	9,2 N/mm
Raumgewichte:	Liegefläche 80 kg/m³ Unterschicht 37 kg/m³
Stauchhärten:	Liegefläche 1,5 kPa Unterschicht 3,5 kPa
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem gemäß o.g. Spezifikation 2. elastischer Bezug
Wiedereinsatz:	nicht möglich
Wartungen:	keine

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11. 29. 05. 1 004

Bezeichnung **Carflex Art.Nr. 183.067**

Hersteller CARPENTER

Konstruktions-merkmale

Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:
Bei der Matratze handelt es sich um eine einschichtige Kaltschaum-Matratze. Die Liegefläche ist in Querrichtung auf Ober- und Unterseite unterschiedlich tief eingeschnitten. In Längsrichtung ist die Liegefläche profiliert. Die Einschnitte an der Unterseite sollen eine Anpassung der Matratze an die Bettkinematik (Sitz und Hochlagerungspositionen) ermöglichen. Ein elastischer Bezug aus Polyurethan umgibt das komplette System.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:
Prophylaxe von Dekubitus

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstelleran-gabe:
Keine weiteren Kontraindikationen und Ausschlusskriterien angegeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Einsetzbar auf allen - auch verstellbaren - Liegeflächen.

Art.-Nrn.:	183.067
Größe der Matratze:	195 x 90 x 14 cm
Matratzengewicht:	9,5 kg
Material Matratze:	Polyurethan
Bezeichnung Bezug:	Cartex
Material Bezug:	PU-kaschiertes PES-Gewebe
Minim. Patientengewicht:	40 kg
Max. Patientengewicht:	120 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklimatemperatur:	31,8°C
Mikroklimafeuchte:	73 % RF
Mikroklimaklasse:	G
relative Druckent-lastung:	bei Belastung mit 80 kg = 15 % gegenüber Referenz bei Belastung mit 120 kg = -0,4 % gegenüber der Referenz
Druckentlastung Klasse:	D bei Belastung mit 80 kg K bei Belastung mit 120 kg
Scherkräfte Fmax:	214,4 N
Scherkräfte Fquer:	194,64 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,56
horiz. Steifigkeit:	7,52 N/mm
Raumgewichte:	37 kg/m³
Stauchhärten:	3,5 kPa
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem gemäß o.g. Spezifikation 2. elastischer Bezug
Wiedereinsatz:	nur nach Aufarbeitung durch den Hersteller
Wartungen:	keine

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11.29.05.1005

Bezeichnung **Softform Premier**

Hersteller INVACARE

Konstruktions-merkmale

Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:

Die dreischichtige Weichlagerungsmatratze ist in drei Größen erhältlich. Die Liegefläche ist würfelförmig eingeschnitten und besteht aus einem offenporigen Polyurethanschaum. Die Liegefläche ist an den Seiten und an der Unterseite eingebettet in einen U-förmigen, ebenfalls offenporigen aber härteren und nicht strukturierten Trägerschaum. Unterhalb des Trägerschaums dient eine Nylonbasis als Auflagefläche. Ein elastischer und atmungsaktiver Bezug aus Polyurethan umgibt das komplette System.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:
Einsatz zur Prophylaxe und Therapie von Dekubitus bis einschließlich Grad II nach EPUAP

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstelleran-gabe:
Keine weiteren Kontraindikationen und Ausschlusskriterien angegeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Eine regelmäßige Lagerung des Patienten ist erforderlich.

Art.-Nrn.:	11486874, 1494428, 1500944
Größe der Matratze:	200 x 90 x 15 cm 200 x 100 x 15 cm 210 x 90 x 15 cm
Matratzengewicht:	13 kg
Material Matratze:	Polyurethan
Bezeichnung Bezug:	Premier Bezug
Material Bezug:	Polyurethan
Minim. Patientengewicht:	25 kg
Max. Patientengewicht:	245 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklimatemperatur:	29,2°C
Mikroklimafeuchte:	87,3 % RF
Mikroklimaklasse:	K
relative Druckent-lastung:	bei Belastung mit 80 kg = 9 % gegenüber Referenz bei Belastung mit 240 kg = - 15 % gegenüber der Referenz
Druckentlastung Klasse:	G bei Belastung mit 80 kg K bei Belastung mit 240 kg
Scherkräfte Fmax:	163 N
Scherkräfte Fquer:	157 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,64
horiz. Steifigkeit:	6,66 N/mm
Raumgewichte:	Liegfläche 38 - 40 kg/m³ Stützschicht 38 - 40 kg/m³
Stauchhärten:	Liegefläche 3,9 kPa Stützschicht 6,3 kPa
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem gemäß o.g. Spezifikation 2. elastischer Bezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Aufarbeitung
Wartungen:	keine

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11.29.05.1006

Bezeichnung **Softform Premier Silver**

Hersteller INVACARE

Konstruktions-merkmale

Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:

Die dreischichtige Weichlagerungsmatratze ist in einer Größe erhältlich. Die Liegefläche ist würfelförmig eingeschnitten und besteht aus einem offenporigen Polyurethanschaum. Die Liegefläche ist an den Seiten und an der Unterseite eingebettet in einen U-förmigen, ebenfalls offenporigen aber härteren und nicht strukturierten Trägerschaum. Unterhalb des Trägerschaums dient eine Nylonbasis als Auflagefläche. Ein elastischer und atmungsaktiver Bezug aus Polyurethan mit antibakterieller Silberbeschichtung umgibt das komplette System.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:
Einsatz zur Prophylaxe und Therapie von Dekubitus bis einschließlich Grad II nach EPUAP

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstelleran-gabe:
Keine weiteren Kontraindikationen und Ausschlusskriterien angegeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Eine regelmäßige Lagerung des Patienten ist erforderlich.

Art.-Nrn.:	11487049
Größe der Matratze:	200 x 90 x 15 cm
Matratzengewicht:	13 kg
Material Matratze:	Polyurethan
Bezeichnung Bezug:	Silver3 Bezug
Material Bezug:	Polyurethan
Minim. Patientengewicht:	25 kg
Max. Patientengewicht:	240 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklimatemperatur:	29,2°C
Mikroklimafeuchte:	87,3 % RF
Mikroklimaklasse:	K
relative Druckent-lastung:	bei Belastung mit 80 kg = 9 % gegenüber Referenz bei Belastung mit 240 kg = - 15 % gegenüber der Referenz
Druckentlastung Klasse:	G bei Belastung mit 80 kg K bei Belastung mit 240 kg
Scherkräfte Fmax:	163 N
Scherkräfte Fquer:	157 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,64
horiz. Steifigkeit:	6,66 N/mm
Raumgewichte:	Liegfläche 38 - 40 kg/m³ Stützschicht 38 - 40 kg/m³
Stauchhärten:	Liegefläche 3,9 kPa Stützschicht 6,3 kPa
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem gemäß o.g. Spezifikation 2. elastischer Bezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Aufarbeitung
Wartungen:	keine

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11.29.05.1007

Bezeichnung **Softform Premier Glide**

Hersteller INVACARE

Konstruktions-merkmale

Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:

Die dreischichtige Weichlagerungsmatratze ist in zwei Größen erhältlich. Die Liegefläche ist würfelförmig eingeschnitten und besteht aus einem offenporigen Polyurethanschaum. Die Liegefläche ist an den Seiten und an der Unterseite eingebettet in einen U-förmigen, ebenfalls offenporigen aber härteren und nicht strukturierten Trägerschaum. Unterhalb des Trägerschaums dient eine Nylonbasis als Auflagefläche. Durch eine spezielle Konstruktion kann die Matratze auch auf verstellbaren Pflegebetten eingesetzt werden. Ein elastischer und atmungsaktiver Bezug aus Polyurethan umgibt das komplette System.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:
Einsatz zur Prophylaxe und Therapie von Dekubitus bis einschließlich Grad II nach EPUAP

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstelleran-gabe:
Keine weiteren Kontraindikationen und Ausschlusskriterien angegeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Einsetzbar auf allen - auch verstellbaren - Liegeflächen. Eine regelmäßige Lagerung des Patienten ist erforderlich.

Art.-Nrn.:	1494516, 1500946
Größe der Matratze:	200 x 90 x 15 cm 210 x 90 x 15 cm
Matratzengewicht:	13 kg
Material Matratze:	Polyurethan
Bezeichnung Bezug:	Premier Bezug
Material Bezug:	Polyurethan
Minim. Patientengewicht:	25 kg
Max. Patientengewicht:	240 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklimatemperatur:	29,2°C
Mikroklimafeuchte:	87,3 % RF
Mikroklimaklasse:	K
relative Druckent-lastung:	bei Belastung mit 80 kg = 9 % gegenüber Referenz bei Belastung mit 240 kg = - 15 % gegenüber der Referenz
Druckentlastung Klasse:	G bei Belastung mit 80 kg K bei Belastung mit 240 kg
Scherkräfte Fmax:	163 N
Scherkräfte Fquer:	157 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,64
horiz. Steifigkeit:	6,66 N/mm
Raumgewichte:	Liegfläche 38 - 40 kg/m³ Stützschicht 38 - 40 kg/m³
Stauchhärten:	Liegefläche 3,9 kPa Stützschicht 6,3 kPa
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem gemäß o.g. Spezifikation 2. elastischer Bezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Aufarbeitung

Wartungen: keine
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11.29.05.1008

Bezeichnung **Softform Premier Glide Silver**

Hersteller INVACARE

Konstruktions-merkmale

Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:

Die dreischichtige Weichlagerungsmatratze ist in einer Größe erhältlich. Die Liegefläche ist würfelförmig eingeschnitten und besteht aus einem offenporigen Polyurethanschaum. Die Liegefläche ist an den Seiten und an der Unterseite eingebettet in einen U-förmigen, ebenfalls offenporigen aber härteren und nicht strukturierten Trägerschaum. Unterhalb des Trägerschaums dient eine Nylonbasis als Auflagefläche. Durch eine spezielle Konstruktion kann die Matratze auch auf verstellbaren Pflegebetten eingesetzt werden. Ein elastischer und atmungsaktiver Bezug aus Polyurethan umgibt das komplette System.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:
Einsatz zur Prophylaxe und Therapie von Dekubitus bis einschließlich Grad II nach EPUAP

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstelleran-gabe:
Keine weiteren Kontraindikationen und Ausschlusskriterien angegeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Einsetzbar auf allen - auch verstellbaren - Liegeflächen. Eine regelmäßige Lagerung des Patienten ist erforderlich.

Art.-Nrn.:	1487074
Größe der Matratze:	200 x 90 x 15 cm
Matratzengewicht:	13 kg
Material Matratze:	Polyurethan
Bezeichnung Bezug:	Silver3 Bezug
Material Bezug:	Polyurethan
Minim. Patientengewicht:	25 kg
Max. Patientengewicht:	240 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklimatemperatur:	29,2°C
Mikroklimafeuchte:	87,3 % RF
Mikroklimaklasse:	K
relative Druckent-lastung:	bei Belastung mit 80 kg = 9 % gegenüber Referenz bei Belastung mit 240 kg = - 15 % gegenüber der Referenz
Druckentlastung Klasse:	G bei Belastung mit 80 kg K bei Belastung mit 240 kg
Scherkräfte Fmax:	163 N
Scherkräfte Fquer:	157 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,64
horiz. Steifigkeit:	6,66 N/mm
Raumgewichte:	Liegfläche 38 - 40 kg/m³ Stützschicht 38 - 40 kg/m³
Stauchhärten:	Liegefläche 3,9 kPa Stützschicht 6,3 kPa
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem gemäß o.g. Spezifikation 2. elastischer Bezug
Wiedereinsatz:	möglich nach Aufarbeitung
Wartungen:	keine

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11.29.05.1009

Bezeichnung **Thevo-Soft Plus 135 mit Inkontinenzbezug**

Hersteller THOMASHILFEN

Konstruktions-merkmale

Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:

Die dreischichtige Weichlagerungsmatratze aus einem offenporigen Polyurethanschaum ist in drei Größen erhältlich. Die oberste Schicht ist zur Liegeseite hin leicht gewellt, an der Unterseite ist sie wellenförmig, quer zur Liegerichtung eingeschnitten. Die mittlere Schicht ist sowohl auf der Ober- als auch der Unterseite glatt ausgeführt. Die untere Schicht ist wie die obere Schicht ausgeführt. Eine Schulterzonenkontur, die wie eine Wippe geschnitten ist,sorgt für das Absinken der Schultern und befindet sich ineinem Abstand von jeweils 30 cm zum oberen bzw. unteren Ende der Matratze. Alle Schichten sind fest miteinander verbunden, das komplette Sysem von einem Inkontinenzbezug umgeben.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:
Einsatz zur Prophylaxe und Therapie von Dekubitus bis einschließlich Grad I nach EPUAP bei inkontinenten Patienten

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstelleran-gabe:
Keine weiteren Kontraindikationen und Ausschlusskriterien angegeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Einsetzbar auf allen Liegeflächen.

Art.-Nrn.:	61753, 61751, 61750
Größe der Matratze:	200 x 90 x 14,5 cm 200 x 100 x 14,5 cm 190 x 90 x 14,5 cm
Matratzengewicht:	13,2 - 14,7 kg
Material Matratze:	Polyurethan HD 55/3.1, Trikotbezug aus 100% Polyester
Bezeichnung Bezug:	Thevo-Inkontinenzbezug
Material Bezug:	Polyamid 47%, 53% Polyurethan
Minim. Patientengewicht:	100 kg
Max. Patientengewicht:	135 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklimatemperatur:	30,4°C
Mikroklimafeuchte:	92,8 % RF
Mikroklimaklasse:	K
relative Druckent-lastung:	bei Belastung mit 80 kg = 11 % gegenüber Referenz bei Belastung mit 140 kg = 14 % gegenüber der Referenz
Druckentlastung Klasse:	D bei Belastung mit 80 kg D bei Belastung mit 240 kg
Scherkräfte Fmax:	175 N
Scherkräfte Fquer:	165 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,67
horiz. Steifigkeit:	4,89 N/mm
Raumgewichte:	53,1 kg/m³
Stauchhärten:	3,12 kPa
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem gemäß o.g. Spezifikation 2. Bezug gemäß o.g. Spezifikation
Wiedereinsatz:	möglich nach Aufarbeitung
Wartungen:	keine

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11.29.05.1 010

Bezeichnung **Thevo-Soft Plus 100 mit Inkontinenzbezug**

Hersteller THOMASHILFEN

Konstruktions-merkmale

Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:

Die dreischichtige Weichlagerungsmatratze aus einem offenporigen Polyurethanschaum ist in drei Größen erhältlich. Die oberste Schicht ist zur Liegeseite hin leicht gewellt, an der Unterseite ist sie wellenförmig, quer zur Liegerichtung eingeschnitten. Die mittlere Schicht ist sowohl auf der Ober- als auch der Unterseite glatt ausgeführt. Die untere Schicht ist wie die obere Schicht ausgeführt. Eine Schulterzonenkontur, die wie eine Wippe geschnitten ist,sorgt für das Absinken der Schultern und befindet sich ineinem Abstand von jeweils 30 cm zum oberen bzw. unteren Ende der Matratze. Alle Schichten sind fest miteinander verbunden, das komplette Sysem von einem Inkontinenzbezug umgeben.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:
Einsatz zur Prophylaxe und Therapie von Dekubitus bis einschließlich Grad I nach EPUAP bei inkontinenten Patienten

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstelleran-gabe:
Keine weiteren Kontraindikationen und Ausschlusskriterien angegeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Einsetzbar auf allen Liegeflächen.

Art.-Nrn.:	61733, 61731, 61730
Größe der Matratze:	200 x 90 x 14,5 cm 200 x 100 x 14,5 cm 190 x 90 x 14,5 cm
Matratzengewicht:	13,8 - 15,3 kg
Material Matratze:	Polyurethan HD 55/3.1, Trikotbezug aus 100% Polyester
Bezeichnung Bezug:	Thevo-Inkontinenzbezug
Material Bezug:	Polyamid 47%, 53% Polyurethan
Minim. Patientengewicht:	50 kg
Max. Patientengewicht:	100 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklimatemperatur:	30,9°C
Mikroklimafeuchte:	69,8 % RF
Mikroklimaklasse:	D
relative Druckent-lastung:	bei Belastung mit 80 kg = 13 % gegenüber Referenz bei Belastung mit 100 kg = 17 % gegenüber der Referenz
Druckentlastung Klasse:	D bei Belastung mit 80 kg D bei Belastung mit 100 kg
Scherkräfte Fmax:	199 N
Scherkräfte Fquer:	192 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,81
horiz. Steifigkeit:	3,64 N/mm
Raumgewichte:	53,1 kg/m³
Stauchhärten:	3,12 kPa
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem gemäß o.g. Spezifikation 2. Bezug gemäß o.g. Spezifikation
Wiedereinsatz:	möglich nach Aufarbeitung
Wartungen:	keine

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11.29.05.1011

Bezeichnung **Thevo-Soft Plus 50 mit Inkontinenzbezug**

Hersteller THOMASHILFEN

Konstruktions-merkmale

Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:

Die dreischichtige Weichlagerungsmatratze aus einem offenporigen Polyurethanschaum ist in drei Größen erhältlich. Die oberste Schicht ist zur Liegeseite hin leicht gewellt, an der Unterseite ist sie wellenförmig, quer zur Liegerichtung eingeschnitten. Die mittlere Schicht besitzt einen stützenden Kern mit längs eingeschnitten Rauten. Zur Stabilität befindet sich an den Seiten der mittleren Schicht eine 6 cm breite Randzone ohne Einschnitte. Die untere Schicht ist wie die obere Schicht ausgeführt. Eine Schulterzonenkontur, die wie eine Wippe geschnitten ist,sorgt für das Absinken der Schultern und befindet sich ineinem Abstand von jeweils 30 cm zum oberen bzw. unteren Ende der Matratze. Alle Schichten sind fest miteinander verbunden, das komplette Sysem von einem Inkontinenzbezug umgeben.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:
Einsatz zur Prophylaxe und Therapie von Dekubitus bis einschließlich Grad I nach EPUAP bei inkontinenten Patienten

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstelleran-gabe:
Keine weiteren Kontraindikationen und Ausschlusskriterien angegeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Einsetzbar auf allen Liegeflächen.

Art.-Nrn.:	61713, 61711, 61710
Größe der Matratze:	200 x 90 x 16 cm 200 x 100 x 16 cm 190 x 90 x 16 cm
Matratzengewicht:	12 - 13,3 kg
Material Matratze:	Polyurethan HD 55/3.1, Trikotbezug aus 100% Polyester
Bezeichnung Bezug:	Thevo-Inkontinenzbezug
Material Bezug:	Polyamid 47%, 53% Polyurethan
Minim. Patientengewicht:	keine Untergrenze
Max. Patientengewicht:	50 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklimatemperatur:	32,2°C
Mikroklimafeuchte:	66,7 % RF
Mikroklimaklasse:	D
relative Druckent-lastung:	bei Belastung mit 80 kg = 34 % gegenüber Referenz bei Belastung mit 50 kg = 44 % gegenüber der Referenz
Druckentlastung Klasse:	H bei Belastung mit 80 kg H bei Belastung mit 50 kg
Scherkräfte Fmax:	198 N
Scherkräfte Fquer:	190 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,81
horiz. Steifigkeit:	2,93 N/mm
Raumgewichte:	53,1 kg/m³
Stauchhärten:	3,12 kPa
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem gemäß o.g. Spezifikation 2. Bezug gemäß o.g. Spezifikation
Wiedereinsatz:	möglich nach Aufarbeitung

Wartungen: keine
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11.29.05.1012

Bezeichnung **Thevo-Soft Plus 135 mit Jerseybezug**

Hersteller THOMASHILFEN

Konstruktions-merkmale

Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:

Die dreischichtige Weichlagerungsmatratze aus einem offenporigen Polyurethanschaum ist in drei Größen erhältlich. Die oberste Schicht ist zur Liegeseite hin leicht gewellt, an der Unterseite ist sie wellenförmig, quer zur Liegerichtung eingeschnitten. Die mittlere Schicht ist sowohl auf der Ober- als auch der Unterseite glatt ausgeführt. Die untere Schicht ist wie die obere Schicht ausgeführt. Eine Schulterzonenkontur, die wie eine Wippe geschnitten ist,sorgt für das Absinken der Schultern und befindet sich ineinem Abstand von jeweils 30 cm zum oberen bzw. unteren Ende der Matratze. Alle Schichten sind fest miteinander verbunden, das komplette Sysem von einem Jerseybezug umgeben.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:
Einsatz zur Prophylaxe und Therapie von Dekubitus bis einschließlich Grad I nach EPUAP

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstelleran-gabe:
Keine weiteren Kontraindikationen und Ausschlusskriterien angegeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Einsetzbar auf allen Liegeflächen.

Art.-Nrn.:	61743, 61741, 61740
Größe der Matratze:	200 x 90 x 14,5 cm 200 x 100 x 14,5 cm 190 x 90 x 14,5 cm
Matratzengewicht:	14,2 - 15,8 kg
Material Matratze:	Polyurethan HD 55/3.1, Trikotbezug aus 100% Polyester
Bezeichnung Bezug:	Thevo-Jerseybezug
Material Bezug:	30% Polyamid, 25% Polyester, 45% Modacryl
Minim. Patientengewicht:	100 kg
Max. Patientengewicht:	135 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklimatemperatur:	30,1°C
Mikroklimafeuchte:	53,2 % RF
Mikroklimaklasse:	H
relative Druckent-lastung:	bei Belastung mit 80 kg = 11 % gegenüber Referenz bei Belastung mit 140 kg = 14 % gegenüber der Referenz
Druckentlastung Klasse:	D bei Belastung mit 80 kg D bei Belastung mit 240 kg
Scherkräfte Fmax:	181 N
Scherkräfte Fquer:	176 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,71
horiz. Steifigkeit:	5,85 N/mm
Raumgewichte:	53,1 kg/m³
Stauchhärten:	3,12 kPa
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem gemäß o.g. Spezifikation 2. Bezug gemäß o.g. Spezifikation
Wiedereinsatz:	möglich nach Aufarbeitung

Wartungen: keine
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11.29.05.1013

Bezeichnung **Thevo-Soft Plus 100 mit Jerseybezug**

Hersteller THOMASHILFEN

Konstruktions-merkmale

Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:

Die dreischichtige Weichlagerungsmatratze aus einem offenporigen Polyurethanschaum ist in drei Größen erhältlich. Die oberste Schicht ist zur Liegeseite hin leicht gewellt, an der Unterseite ist sie wellenförmig, quer zur Liegerichtung eingeschnitten. Die mittlere Schicht ist sowohl auf der Ober- als auch der Unterseite glatt ausgeführt. Die untere Schicht ist wie die obere Schicht ausgeführt. Eine Schulterzonenkontur, die wie eine Wippe geschnitten ist,sorgt für das Absinken der Schultern und befindet sich ineinem Abstand von jeweils 30 cm zum oberen bzw. unteren Ende der Matratze. Alle Schichten sind fest miteinander verbunden, das komplette Sysem von einem Jerseybezug umgeben.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:
Einsatz zur Prophylaxe und Therapie von Dekubitus bis einschließlich Grad I nach EPUAP

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstelleran-gabe:
Keine weiteren Kontraindikationen und Ausschlusskriterien angegeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Einsetzbar auf allen Liegeflächen.

Art.-Nrn.:	61723, 61721, 61720
Größe der Matratze:	200 x 90 x 14,5 cm 200 x 100 x 14,5 cm 190 x 90 x 14,5 cm
Matratzengewicht:	13,8 - 15,3 kg
Material Matratze:	Polyurethan HD 55/3.1, Trikotbezug aus 100% Polyester
Bezeichnung Bezug:	Thevo-Jerseybezug
Material Bezug:	30% Polyamid, 25% Polyester, 45% Modacryl
Minim. Patientengewicht:	50 kg
Max. Patientengewicht:	100 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklimatemperatur:	30,1°C
Mikroklimafeuchte:	53,2 % RF
Mikroklimaklasse:	H
relative Druckent-lastung:	bei Belastung mit 80 kg = 13 % gegenüber Referenz bei Belastung mit 100 kg = 17 % gegenüber der Referenz
Druckentlastung Klasse:	D bei Belastung mit 80 kg D bei Belastung mit 100 kg
Scherkräfte Fmax:	167 N
Scherkräfte Fquer:	162 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,66
horiz. Steifigkeit:	3,96 N/mm
Raumgewichte:	53,1 kg/m³
Stauchhärten:	3,12 kPa
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem gemäß o.g. Spezifikation 2. Bezug gemäß o.g. Spezifikation
Wiedereinsatz:	möglich nach Aufarbeitung

Wartungen: keine
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11.29.05.1014

Bezeichnung **Thevo-Soft Plus 50 mit Jerseybezug**

Hersteller THOMASHILFEN

Konstruktions-merkmale

Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:

Die dreischichtige Weichlagerungsmatratze aus einem offenporigen Polyurethanschaum ist in drei Größen erhältlich. Die oberste Schicht ist zur Liegeseite hin leicht gewellt, an der Unterseite ist sie wellenförmig, quer zur Liegerichtung eingeschnitten. Die mittlere Schicht besitzt einen stützenden Kern mit längs eingeschnitten Rauten. Zur Stabilität befindet sich an den Seiten der mittleren Schicht eine 6 cm breite Randzone ohne Einschnitte. Die untere Schicht ist wie die obere Schicht ausgeführt. Eine Schulterzonenkontur, die wie eine Wippe geschnitten ist,sorgt für das Absinken der Schultern und befindet sich ineinem Abstand von jeweils 30 cm zum oberen bzw. unteren Ende der Matratze. Alle Schichten sind fest miteinander verbunden, das komplette Sysem von einem Jerseybezug umgeben.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:
Einsatz zur Prophylaxe und Therapie von Dekubitus bis einschließlich Grad I nach EPUAP.

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstelleran-gabe:
Keine weiteren Kontraindikationen und Ausschlusskriterien angegeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Einsetzbar auf allen Liegeflächen.

Art.-Nrn.:	61703, 61701, 61700
Größe der Matratze:	200 x 90 x 16 cm 200 x 100 x 16 cm 190 x 90 x 16 cm
Matratzengewicht:	13 - 14,4 kg
Material Matratze:	Polyurethan HD 55/3.1, Trikotbezug aus 100% Polyester
Bezeichnung Bezug:	Thevo-Jerseybezug
Material Bezug:	30% Polyamid, 25% Polyester, 45% Modacryl
Minim. Patientengewicht:	keine Untergrenze
Max. Patientengewicht:	50 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklimatemperatur:	30,1°C
Mikroklimafeuchte:	53,2 % RF
Mikroklimaklasse:	H
relative Druckent-lastung:	bei Belastung mit 80 kg = 34 % gegenüber Referenz bei Belastung mit 50 kg = 44 % gegenüber der Referenz
Druckentlastung Klasse:	H bei Belastung mit 80 kg H bei Belastung mit 50 kg
Scherkräfte Fmax:	182 N
Scherkräfte Fquer:	177 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,72
horiz. Steifigkeit:	3,86 N/mm
Raumgewichte:	53,1 kg/m³
Stauchhärten:	3,12 kPa
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem gemäß o.g. Spezifikation 2. Bezug gemäß o.g. Spezifikation

Wiedereinsatz:	möglich nach Aufarbeitung
Wartungen:	keine
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11.29.05.2007

Bezeichnung **Préventix MAT 5 Art.Nr.70.036**

Hersteller CARPENTER

Konstruktions-merkmale

Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:
Bei der Matratze handelt es sich um eine einschichtige Würfel-Matratze aus Kaltschaum. Die Liegefläche ist strukturiert. Die Würfel sind konisch geformt, einzeln herausnehmbar und untereinander austauschbar. Die verwendten Schaumstoffe sind in drei Stauchhärten nach einem vorgegebenen Muster verteilt, die Positionen können individuell angepasst werden. Zur besseren Handhabung sind die Schaumstoffe unterschiedlich eingefärbt. Die einzelnen Würfel sind untereinander durch ein Kunststoffgitter fixiert. Ein elastischer Bezug aus Polyurethan umgibt das komplette System.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:
Prophylaxe und Therapie von Dekubitus bei bettlägerigen Patienten

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstelleran-gabe:
Keine weiteren Kontraindikationen und Ausschlusskriterien angegeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Einsetzbar auf allen - auch verstellbaren - Liegeflächen.

Art.-Nrn.:	70.036
Größe der Matratze:	200 x 90 x ca. 17 cm
Matratzengewicht:	11 kg
Material Matratze:	Polyurethan
Bezeichnung Bezug:	Textix HTR16
Material Bezug:	PU-kaschiertes PES-Gewebe
Minim. Patientengewicht:	40 kg
Max. Patientengewicht:	120 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklimatemperatur:	31,7°C
Mikroklimafeuchte:	68,7 % RF
Mikroklimaklasse:	D
relative Druckent-lastung:	bei Belastung mit 80 kg = 15 % gegenüber Referenz bei Belastung mit 120 kg = -2 % gegenüber der Referenz
Druckentlastung Klasse:	D bei Belastung mit 80 kg K bei Belastung mit 120 kg
Scherkräfte Fmax:	197,3 N
Scherkräfte Fquer:	179,5 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,52
horiz. Steifigkeit:	8,34 N/mm
Raumgewichte:	roter Schaumstoff 34 kg/m³ gelber Schaumstoff 26 kg/m³ blauer Schaumstoff 37 kg/m³
Stauchhärten:	roter Schaumstoff 3,4 kPa gelber Schaumstoff 2,0 kPa blauer Schaumstoff 3,5 kPa
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem gemäß o.g. Spezifikation 2. elastischer Bezug
Wiedereinsatz:	nur nach Aufarbeitung durch den Hersteller
Wartungen:	keine

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11.29.05.2008

Bezeichnung **Préventix Stylex Art.Nr. 203.353**

Hersteller CARPENTER

Konstruktions-merkmale

Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:
Bei der Matratze handelt es sich um eine einschichtige Würfel-Matratze aus Kaltschaum. Die Liegefläche ist strukturiert. Die Würfel sind konisch geformt, unterschiedlich hoch, die Oberseite unterschiedlich ausgeformt (glatt oder geviertelt) einzeln herausnehmbar und untereinander austauschbar. Die verwendten Schaumstoffe sind in drei Stauchhärten nach einem vorgegebenen Muster verteilt, die Positionen können individuell angepasst werden. Zur besseren Handhabung sind die Schaumstoffe unterschiedlich eingefärbt. Die einzelnen Würfel sind untereinander durch ein Kunststoffgitter fixiert. Ein elastischer Bezug aus Polyurethan umgibt das komplette System.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:
Prophylaxe und Therapie von Dekubitus bei bettlägerigen Patienten

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstelleran-gabe:
Keine weiteren Kontraindikationen und Ausschlusskriterien angegeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Die zulässigen Patientengewichte gemäß Herstellerangabe müssen eingehalten werden. Einsetzbar auf allen - auch verstellbaren - Liegeflächen.

Art.-Nrn.:	203.353
Größe der Matratze:	200 x 90 x ca. 17 cm
Matratzengewicht:	15 kg
Material Matratze:	Polyurethan
Bezeichnung Bezug:	Textix HPR 03
Material Bezug:	PU-kaschiertes PES-Gewebe
Minim. Patientengewicht:	40 kg
Max. Patientengewicht:	140 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklimatemperatur:	30,2°C
Mikroklimafeuchte:	82 % RF
Mikroklimaklasse:	K
relative Druckent-lastung:	bei Belastung mit 80 kg = 21 % gegenüber Referenz bei Belastung mit 120 kg = 13 % gegenüber der Referenz
Druckentlastung Klasse:	H bei Belastung mit 80 kg D bei Belastung mit 120 kg
Scherkräfte Fmax:	188 N
Scherkräfte Fquer:	177 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,72
horiz. Steifigkeit:	5,2 N/mm
Raumgewichte:	55 kg/m³
Stauchhärten:	3,4 kPa
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem gemäß o.g. Spezifikation 2. elastischer Bezug
Wiedereinsatz:	nur nach Aufarbeitung durch den Hersteller
Wartungen:	keine

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11.29.08.3002

Bezeichnung **HICO-Decubimat 390, Art.-Nr. 340000**

Hersteller HIRTZ

Konstruktions-merkmale

Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:
Bei dem Produkt handelt es sich um ein Matratzenersatzsys-tem, welches nach dem Wirkprinzip der Wechseldrucklagerung arbeitet. Das System besteht aus einem Steuergerät mit Mem-branpumpe und einer Bettauflage mit 20 quer angeordneten Luftzellen, die zusätzlich mit einem atmungsaktiven Schutz-bezug versehen sind. Am Steuergerät kann das Gewicht des Patienten voreingestellt werden, die letztendliche Regulie-rung erfolgt dann vollautomatisch. Ebenfalls einstellbar ist die Zykluszeit des Luftwechsels der drei Luftkammersysteme der Matratze. Eine Statikfunktion ist zuschaltbar. Die Luft-zellen sind mikroperforiert und ermöglichen so einen Luft-strom. Ein CPR-Notablassventil ist an der Matratze ange-bracht. Ein Matratzenschoner soll unter die Matratze gelegt werden und dient als zusätzlicher Schutz für das Matratzen-system.

Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe:
Das System dient der Dekubitusprophylaxe bei geringem bis sehr hohem Risiko nach Norton und zur Dekubitustherapie der Stadien 1 bis 4 nach Seiler.

Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Hersteller-angabe:
Nicht anzuwenden ist das Produkt bei Patienten mit starken Ödemen, akuten multiplen Trauma, instabilen Brüchen und über einem Patientengewicht von 250 kg.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Keine weiteren Vorgaben

Artikelnummer:	340000
Größe Matratze (HxBxT):	200 cm x 90 cm x 21 cm
Gewicht Matratze:	ca. 9.7 kg
Größe Steuergerät (HxBxT):	40 cm x 35 cm x 15 cm
Gewicht Steuergerät:	ca. 6 kg
Einstellmöglichkeiten für:	Patientengewicht, Wechseldruck-zyklus, alternierender oder Statikbetrieb
optische Alarme für:	technischer Defekt, Störungen im Druckaufbau, Filteraustausch
aktustische Alarme für:	technischer Defekt, Störungen im Druckaufbau, Filteraustausch
Sonstige Ausstattung:	CPR-Notfallventil Luftzellen einzeln entnehmbar
Anzahl der Luftzellen:	20
Anzahl statischer Kopf-zellen:	3
Anzahl Luftstromzellen:	k.A.
Größe Luftzellen (HxBxT):	(Durchmesser x Länge) ca. 21 cm x 90 cm
Zykluszeit:	einstellbar von 6 bis 30 min
Material Matratze:	PU-beschichtetes Nylon
Bezeichnung Bezug:	F340015
Material Bezug:	Bielastisches Nylon, PU-beschich-tet
Min. Patientengewicht:	25 kg
Max. Patientengewicht:	250 kg
Mikroklimaregulierung:	aktiv (Luftdruckzellen)
Mikroklimatemperatur:	27°C

Mikroklimafeuchte:	96,8 %
Mikroklimaklasse:	K
Relative Druckentlastung:	bei Belastung mit 80 kg = 12 % bei Belastung mit 250 kg = - 16 %
Druckentlastung Klasse:	bei Belastung mit 80 kg = D bei Belastung mit 250 kg = K
Kennwerte Druck:	bei Belastung mit 80 kg: Maximaldruck = 39,43 mmHg Minimaldruck = 16,67 mmHg Mittlerer Druck = 31,65 mmHg bei Belastung mit 250 kg: Maximaldruck = 141,04 mmHg Minimaldruck = 39,75 mmHg Mittlerer Druck = 105,46 mmHg
Scherkräfte im statischen Betrieb Fmax:	197 N
Scherkräfte Fquer:	185 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,76
Horizontale Steiffigkeit:	3,31 N/mm
Scherkräfte im dynamischen Betrieb Fmax:	204 N
Scherkräfte Fquer:	196 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,8
Horizontale Steiffigkeit:	1,96 N/mm
Betriebslautstärke:	30,0 dB(A)
Lieferumfang:	1. Steuergerät inkl. Netzanschlusskabel und Schlauchsystem 2. Wechseldruckmatratzensystem bestehend aus 20 Luftzellen 3. Komplettbezug
Wiedereinsatz:	Gemäß Hersteller möglich nach Reinigung gemäß Bedienungsanleitung
Wartungen:	regelmäßige Wartung durch Hersteller wird durch diesen empfohlen

Eintrag am: 15.01.2008

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11.29.08.3003

Bezeichnung **HICO-Decubimat 380, Art.-Nr. 330000**

Hersteller HIRTZ

Konstruktions-merkmale

Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:
Bei dem Produkt handelt es sich um ein Matratzenersatzsys-tem, welches nach dem Wirkprinzip der Wechseldrucklagerung arbeitet. Das System besteht aus einem Steuergerät mit Mem-branpumpe und einer Bettauflage mit 17 quer angeordneten Luftzellen, die zusätzlich mit einem atmungsaktiven Schutz-bezug versehen sind. Am Steuergerät kann das Gewicht des Patienten voreingestellt werden, die letztendliche Regulie-rung erfolgt dann vollautomatisch. Ebenfalls einstellbar ist die Zykluszeit des Luftwechsels der drei Luftkammersysteme der Matratze. Eine Statikfunktion ist zuschaltbar. Die Luft-zellen sind mikroperforiert und ermöglichen so einen Luft-strom. Ein CPR-Notablassventil ist an der Matratze ange-bracht. Ein Matratzenschoner soll unter die Matratze gelegt werden und dient als zusätzlicher Schutz für das Matratzen-system.

Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe:
Das System dient der Dekubitusprophylaxe bei geringem bis hohem Risiko nach Norton und zur Dekubitustherapie der Stadien 1 bis 3 nach Seiler.

Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Hersteller-angabe:
Nicht anzuwenden ist das Produkt bei Patienten mit starken Ödemen, akuten multiplen Trauma, instabilen Brüchen und über einem Patientengewicht von 160 kg.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Keine weiteren Vorgaben

Artikelnummer:	330000
Größe Matratze (HxBxT):	200 cm x 90 cm x 13 cm
Gewicht Matratze:	ca. 6,7 kg
Größe Steuergerät (HxBxT):	40 cm x 35 cm x 15 cm
Gewicht Steuergerät:	ca. 6 kg
Einstellmöglichkeiten für:	Patientengewicht, Wechseldruck-zyklus, alternierender oder Statikbetrieb
optische Alarme für:	technischer Defekt, Störungen im Druckaufbau, Filteraustausch
aktustische Alarme für:	technischer Defekt, Störungen im Druckaufbau, Filteraustausch
Sonstige Ausstattung:	CPR-Notfallventil Luftzellen einzeln entnehmbar
Anzahl der Luftzellen:	17
Anzahl statischer Kopf-zellen:	3
Anzahl Luftstromzellen:	k.A.
Größe Luftzellen (HxBxT):	(Durchmesser x Länge) ca. 13 cm x 90 cm
Zykluszeit:	einstellbar von 6 bis 21 min
Material Matratze:	PU-beschichtetes Nylon
Bezeichnung Bezug:	F340015
Material Bezug:	Bielastisches Nylon, PU-beschich-tet
Min. Patientengewicht:	40 kg
Max. Patientengewicht:	160 kg
Mikroklimaregulierung:	aktiv (Luftdruckzellen)
Mikroklimatemperatur:	26,3°C

Mikroklimafeuchte:	87,9 %
Mikroklimaklasse:	K
Relative Druckentlastung:	bei Belastung mit 80 kg = 20 % bei Belastung mit 160 kg = - 43 %
Druckentlastung Klasse:	bei Belastung mit 80 kg = H bei Belastung mit 160 kg = K
Kennwerte Druck:	bei Belastung mit 80 kg: Maximaldruck = 43,91 mmHg Minimaldruck = 18,91 mmHg Mittlerer Druck = 35,28 mmHg bei Belastung mit 160 kg: Maximaldruck = 87,51 mmHg Minimaldruck = 26,6 mmHg Mittlerer Druck = 61,5 mmHg
Scherkräfte im statischen Betrieb Fmax:	178 N
Scherkräfte Fquer:	167 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,68
Horizontale Steiffigkeit:	3,86 N/mm
Scherkräfte im dynamischen Betrieb Fmax:	211 N
Scherkräfte Fquer:	203 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,83
Horizontale Steiffigkeit:	2,87 N/mm
Betriebslautstärke:	23,0 dB(A)
Lieferumfang:	1. Steuergerät inkl. Netzanschlusskabel und Schlauchsystem 2. Wechseldruckmatratzensystem bestehend aus 17 Luftzellen 3. Komplettbezug
Wiedereinsatz:	Gemäß Hersteller möglich nach Reinigung gemäß Bedienungsanleitung
Wartungen:	regelmäßige Wartung durch Hersteller wird durch diesen empfohlen

Eintrag am: 15.01.2008

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11.39.01.2004

Bezeichnung **Weilamed Rollstuhlkissen fest rosa/rosa mit Bezug Art.Nr. 150.261 - 150.264**

Hersteller WEILAMED

Konstruktions-merkmale

Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip
Sitzkissen aus sogenanntem SAF-Schaumstoff. Dieser Schaumstoff zeichnet sich dadurch aus, dass er auf Wärme reagiert und der Schaumstoff durch die vom Körper abgegebene Wärme weicher wird und sich so dadurch an den Körper anpasst. Nach der Belastung nimmt das Kissen nach einer temperaturabhängigen Verzögerung wieder die ursprüngliche Form an. Die Sitzfläche ist genoppt. Ein atmungsaktiver Bezug befindet sich im Lieferumfang

Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe:
Das Sitzkissensystem ist gemäß Herstellerangabe für die Dekubitusprophylaxe geeignet.

Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstelleran-gabe:
Die Kissen dürfen nicht bei bestehender Schaumstoffaller-gie gegen SAF-Schaum eingesetzt werden.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Keine Angaben durch den Hersteller

Artikelnummer:	150.261, 150.262, 150.263, 150.264
Größe Kissen (H x B x T):	40 cm x 40 cm x 6 cm 43 cm x 43 cm x 6 cm 46 cm x 46 cm x 6 cm 50 cm x 50 cm x 6 cm
Gewicht Kissen:	ca. 0,5 kg
Material Kissen:	Viskoelastischer PU-Schaumstoff SAF 60120
Bezeichnung Bezug:	schwarzer Standardbezug
Material Bezug:	100 % Polyester
Min. Patientengewicht:	ca. 40 kg
Max. Patientengewicht:	ca. 100 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklima Temperatur:	32 °C
Mikroklima Feuchte:	51,06 % rF
Mikroklima Klasse:	H
Rel. Druckentlastung:	Bei Belastung mit 80 kg = - 22 % gegenüber Referenz
Druckentlastung Klasse:	K bei Belastung mit 80 kg
Scherkräfte - Fmax:	204 N
Scherkräfte - Fquer:	199 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,58
Horiz. Steifigkeit	10,99 N/mm
Raumgewichte:	60 kg/m³
Stauchhärte:	7,7 kPa
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifi-kation 2. Schwarzer Standardbezug
Wiederseinsatz:	möglich nach Desinfektion und Reinigung
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positions Nr. 11.39.02.1004

Bezeichnung **GEL-A-MED Sitzkissen Light**

Hersteller GEL-A-MED

Konstruktionsmerkmale

Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:
Das Sitzkissen besteht aus einer Schicht aus Vollsilikon, welches auf eine Polyurethanschaumstoffbasis aufliegt. Dies Basis ist abnehmbar. Das gesamte Kissen ist von einem gesteppten Bezug umgeben.

Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe:
Das Sitzkissen dient gemäß Herstellerangabe der Prophylaxe und der Therapie von Dekubitus bei aktiven, rollstuhlfahrenden Menschen.

Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstelleran-gabe:
Kontraindikationen werden nicht angegeben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Bei Inkontinenz ist ein spezieller Bezug (wird nicht näher benannt)zu verwenden.

Artikelnummer:	940404004L 940404005L 940434204L 940434205L 940454204L 940454205L 940505004L 940505005L
Größe Kissen (H x B x T):	40 cm x 40 cm x 4 cm 40 cm x 40 cm x 5 cm 43 cm x 42 cm x 4 cm 43 cm x 42 cm x 5 cm 45 cm x 42 cm x 4 cm 45 cm x 42 cm x 5 cm 50 cm x 50 cm x 4 cm 50 cm x 50 cm x 5 cm
Gewicht Kissen:	1,8 kg bis 3,0 kg
Material Kissen:	Polyurethanschaum als Basis Sitzfläche aus Silikongel in Polyurethanfolie
Bezeichnung Bezug:	Bezug
Material Bezug:	Deischichtiges Obermaterial aus Futterstoff, Polyesterwatte und Faservlies (Polypropylen), Untermaterial aus Lycra-Baumwoll-Mischgewebe
Min. Patientengewicht:	keine Untergrenze
Max. Patientengewicht:	90 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklima Temperatur:	32,75 °C
Mikroklima Feuchte:	92,88 % rF
Mikroklima Klasse:	K
Rel. Druckentlastung:	Bei Belastung mit 80 kg = -53 % gegenüber Referenz
Druckentlastung Klasse:	K bei Belastung mit 80 kg
Scherkräfte - Fmax:	223 N
Scherkräfte - Fquer:	207 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,6
Horiz. Steifigkeit	8,51 N/mm
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifi-kation

	2. Abgesteppter Bezug
Wiederseinsatz:	Möglich nach Wischdesinfektion und waschen
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma

Positions Nr.	12. 24. 01. 3 000
Bezeichnung	**nicht besetzt**
Hersteller	-
Konstruktions-merkmale	Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma

Positions Nr.

12.24.01.3001

Bezeichnung

Platzhalter nach Wollenberg kurz, Art.-Nr. 86462641

Hersteller

ESKA MEDICAL

Konstruktions-merkmale

Der Platzhalter nach Wollenberg ist ein einteiliges Hilfs-mittel und wurde für Patienten entwickelt, bei denen nach Tracheotomie bzw. totaler Laryngektomie die Notwendigkeit gegeben ist, das Tracheostoma postoperativ zu stützen, um es vor Schrumpfungen und Verformungen zu bewahren.

Der Platzhalter nach Wollenberg besteht aus einer Halbkanü-le, welche in ein Kanülenrohr mündet. Das Kanülenrohr endet wiederum in einem 22 mm Konnektor, welcher mit zwei Ösen ausgestattet ist. Die Ösen können zur Befestigung eines Ka-nülentragebandes zur zusätzlichen Fixierung des Platzhalters
im Tracheostoma genutzt werden. Der 22 mm Konnektor bietet die Möglichkeit, Hilfsmittel, wie "künstliche Nasen", zu adaptieren.

Erstanlage:	durch den Arzt oder Patienten
Anlage allgemein:	durch den Patienten nach Einweisung durch den Arzt oder Medizinprodukte-berater
Status:	Ein-Patienten-Produkt
Anwendungszeitraum nach Herstelleran-gaben:	29 Tage
Reinigung:	Der Platzhalter darf nicht sterilisiert oder abgekocht und keinen Temperaturen über 60°C ausgesetzt werden
Material:	Silikon medical grade
Höhe:	48 mm
Breite:	18 mm
Breite mit Ösen:	35,4 mm
Tiefe:	15 mm (kurz Version)
HME-Aufnahme:	22 mm
Gewicht:	5 g
Lieferumfang:	1 x Platzhalter 1 x Reinigungsbürste 1 x Patientenpass 4 x Klebeetiketten 1 x Kunststoffdose

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Indikation:

Der Platzhalter nach Wollenberg ist bei laryngektomierten Patienten einzusetzen, die mit einer Kaminplastik versorgt wurden. Der Platzhalter wird in die künstlich angelegte Atemöffnung (Tracheostoma) eingesetzt. Er stützt das Gewebe und dient somit der Stabilisierung und Formerhaltung des Tracheostomas sowie der Anlage der Kaminplastik. Regelmäßi-ges Tragen des Platzhalters schützt das Tracheostoma vor Schrumpfungen.

Kontraindikation:

Der Platzhalter darf in folgenden Fällen nicht eingesetzt werden:

- chronische Schluckbeschwerden
- Überempfindlichkeit gegenüber Silikon

- Engem oder ungeeignet angelegtem Tracheostoma
- Unfähigkeit des Patienten hinsichtlich des sicheren Umgangs mit dem Platzhalter

Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma

Positions Nr.

12.24.01.3002

Bezeichnung

Platzhalter nach Wollenberg lang, Art.-Nr. 86462642

Hersteller

ESKA MEDICAL

Konstruktions-merkmale

Der Platzhalter nach Wollenberg ist ein einteiliges Hilfs-mittel und wurde für Patienten entwickelt, bei denen nach Tracheotomie bzw. totaler Laryngektomie die Notwendigkeit gegeben ist, das Tracheostoma postoperativ zu stützen, um es vor Schrumpfungen und Verformungen zu bewahren.

Der Platzhalter nach Wollenberg besteht aus einer Halbkanü-le, welche in ein Kanülenrohr mündet. Das Kanülenrohr endet wiederum in einem 22 mm Konnektor, welcher mit zwei Ösen ausgestattet ist. Die Ösen können zur Befestigung eines Ka-nülentragebandes zur zusätzlichen Fixierung des Platzhalters
im Tracheostoma genutzt werden. Der 22 mm Konnektor bietet die Möglichkeit, Hilfsmittel, wie "künstliche Nasen", zu adaptieren.

Erstanlage:	durch den Arzt oder Patienten
Anlage allgemein:	durch den Patienten nach Einweisung durch den Arzt oder Medizinprodukte-berater
Status:	Ein-Patienten-Produkt
Anwendungszeitraum nach Herstelleran-gaben:	29 Tage
Reinigung:	Der Platzhalter darf nicht sterilisiert oder abgekocht und keinen Temperaturen über 60°C ausgesetzt werden
Material:	Silikon medical grade
Höhe:	48 mm
Breite:	18 mm
Breite mit Ösen:	35,4 mm
Tiefe:	22 mm (lange Version)
HME-Aufnahme:	22 mm
Gewicht:	5 g
Lieferumfang:	1 x Platzhalter 1 x Reinigungsbürste 1 x Patientenpass 4 x Klebeetiketten 1 x Kunststoffdose

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Indikation:

Der Platzhalter nach Wollenberg ist bei laryngektomierten Patienten einzusetzen, die mit einer Kaminplastik versorgt wurden. Der Platzhalter wird in die künstlich angelegte Atemöffnung (Tracheostoma) eingesetzt. Er stützt das Gewebe und dient somit der Stabilisierung und Formerhaltung des Tracheostomas sowie der Anlage der Kaminplastik. Regelmäßi-ges Tragen des Platzhalters schützt das Tracheostoma vor Schrumpfungen.

Kontraindikation:

Der Platzhalter darf in folgenden Fällen nicht eingesetzt werden:

- chronische Schluckbeschwerden
- Überempfindlichkeit gegenüber Silikon

- Engem oder ungeeignet angelegtem Tracheostoma
- Unfähigkeit des Patienten hinsichtlich des sicheren Umgangs mit dem Platzhalter

Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma

Positions Nr. 12.24.07.6027

Bezeichnung **Tracheolife II,Feuchtigkeits- und Wärmetauscher, Art.-Nr. 353/19004**

Hersteller MALLINCKRODT

Konstruktions-merkmale

Feucht-Wärme-Austauscher (künstliche Nase) zum Aufstecken auf Trachealkanülen, für laryngektomierte und tracheotomier-te Patienten mit spontaner Atmung, bestehend aus einem PE-Gehäuse, welches direkt durch einen Universaladapter auf die Trachealkanüle gesteckt wird, und Sauerstoffzufuhr.

Abmessungen (DxH):	-
Gewicht:	8,5 g inkl. HME
Tidalvolumen (VT):	-
Wasserverlust:	VT = 500 ml: 28,5 mg/H2O/l nach 2 h VT = 500 ml: 28,5 mg/H2O/l nach 24 h
Druckabfall nach 0 h:	30 l/min: 0,7 cm H2O (hPa) 60 l/min: 1,8 cm H2O (hPa) 90 l/min: 3,0 cm H2O (hPa)
Druckabfall nach 24 h:	-
Befeuchtungsleistung:	-
Rückhaltefähigkeit RF:	-
Anschlüsse:	ISO Anschluss 15 mm für Endotracheal-(ETT) oder Tracheostomietubus, Sauer-stoffanschluss, verschließbare Ab-saugöffnung
Lieferumfang:	25 x Tracheolife II Feuchtigkeits- und Wärmetauscher, Art.-Nr. 353/19004

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma

Positions Nr. 12.24.07.6028

Bezeichnung **HME PRIM-AIR FLOW Bad Aibling, Art.-Nr. 71-0049-08 T**

Hersteller HEIMOMED

Konstruktions-merkmale

Feucht-Wärme-Austauscher (künstliche Nase) zum Aufstecken auf Trachealkanülen, für laryngektomierte und tracheotomier-te Patienten mit spontaner Atmung, bestehend aus einem PE-Gehäuse, welches direkt durch einen Universaladapter auf die Trachealkanüle gesteckt wird, und Sauerstoffzufuhr.

Abmessungen (DxH):	21,6 mm x 33 mm x 16,8 mm
Gewicht:	3,5 g
Tidalvolumen (VT):	500 ml
Wasserverlust:	VT = 500 ml: 7,6 mg/H2O/l nach 2 h VT = 500 ml: 14,0 mg/H2O/l nach 24 h
Druckabfall nach 0 h:	30 l/min: k.A. 60 l/min: k.A. 90 l/min: k.A.
Druckabfall nach 24 h:	k.A.
Befeuchtungsleistung:	k.A.
Rückhaltefähigkeit RF:	k.A.
Anschlüsse:	ISO Anschluss 15 mm für Endotracheal-(ETT) oder Tracheostomietubus, Sauer-stoffanschluss, verschließbare Ab-saugöffnung
Lieferumfang:	50 x HME PRIM-AIR FLOW Bad Aibling, Art.-Nr. 71-0049-08 T

Eintrag am: 15.01.2008

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.0300

Bezeichnung **STYLE Premium Mini, Art.-Nrn. 57280 (beige), 57282 (grau)**

Hersteller HANSATON

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO
Bauart-Nr.:	DHI 2987
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	54 dB bei 2,5 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC O, Anzahl 9
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 16
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/-
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.0301

Bezeichnung **STYLE Pro Mini, Art.-Nrn. 57283 (beige), 57285 (grau)**

Hersteller HANSATON

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO
Bauart-Nr.:	DHI 2986
Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
Verstärkung:	54 dB bei 2,5 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC O, Anzahl 5
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 8
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/-
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.0302

Bezeichnung **Destiny 800 RIC 312**

Hersteller STARKEY

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	HdO
Bauart-Nr.:	DHI 2991
Anzahl der Kanäle:	10-kanalig
Verstärkung:	40 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Richtmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8
	AGC O, Anzahl 8
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 10
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.0303

Bezeichnung **Destiny 400 RIC 312**

Hersteller STARKEY

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	HdO
Bauart-Nr.:	DHI 2993
Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
Verstärkung:	40 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Richtmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4
	AGC O, Anzahl 4
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 8
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.0304

Bezeichnung **Destiny 1200 RIC 10A**

Hersteller STARKEY

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO
Bauart-Nr.:	DHI 2988
Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
Verstärkung:	40 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8
	AGC O, Anzahl 8
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 12
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.0305

Bezeichnung **Destiny 800 RIC 10A**

Hersteller STARKEY

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	HdO
Bauart-Nr.:	DHI 2990
Anzahl der Kanäle:	10-kanalig
Verstärkung:	40 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8
	AGC O, Anzahl 8
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 10
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.0306

Bezeichnung **Destiny 400 RIC 10A**

Hersteller STARKEY

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO
Bauart-Nr.:	DHI 2992
Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
Verstärkung:	40 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4
	AGC O, Anzahl 4
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 8
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.0307

Bezeichnung **Destiny 1200 RIC 312**

Hersteller STARKEY

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO
Bauart-Nr.:	DHI 2989
Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
Verstärkung:	40 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Richtmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8
	AGC O, Anzahl 8
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 12
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.0308

Bezeichnung **Passion PA-115**

Hersteller WIDEX MICRO-TECHNIC

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO - Mini
Bauart-Nr.:	DHI 2976
Anzahl der Kanäle:	15-kanalig
Verstärkung:	35 dB bei 2,5 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugel- und 1 Richtmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 15 AGC O, Anzahl 0
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 3
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	10
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.0309

Bezeichnung **Siemens CIELO 2 Aktiv mit M-H**

Hersteller WIDEX MICRO-TECHNIC

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO - Mini
Bauart-Nr.:	DHI 2976
Anzahl der Kanäle:	15-kanalig
Verstärkung:	35 dB bei 2,5 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugel- und 1 Richtmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 15 AGC O, Anzahl 0
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 3
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	10
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.0310

Bezeichnung **Freestyle CL 210 Brillenmodul**

Hersteller BRUCKHOFF

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2980
Anzahl der Kanäle:	2-kanalig
Verstärkung:	48 dB bei 2,5 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC O, Anzahl 2
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 2
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein

Eintrag am: 15.01.2008

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.0311

Bezeichnung **Freestyle CL 410 Brillenmodul**

Hersteller BRUCKHOFF

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	HdO-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2981
Anzahl der Kanäle:	2-kanalig
Verstärkung:	44 dB bei 2,5 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC O, Anzahl 4
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 12
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.01.2008	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.0312

Bezeichnung **Snap X, Art.-Nr. 100I310**

Hersteller INTERTON

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2929
Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
Verstärkung:	52 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 2 AGC O, Anzahl 3
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 12
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Batterietyp:	312
Telefonspule:	ja
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.01.2008	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.0313

Bezeichnung **Comfort II Mini, Art.-Nrn. 58494 (beige), 58496 (grau)**

Hersteller HANSATON

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO
Bauart-Nr.:	DHI 2986
Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
Verstärkung:	54 dB bei 2,5 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC O, Anzahl 5
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 8
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/-
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.01.2008	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.0314

Bezeichnung **ReSound Dot 10 DT1060 Mini HdO, Art.-Nr. 163517xx**

Hersteller GN RESOUND

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO
Bauart-Nr.:	DHI 3001
Anzahl der Kanäle:	9-kanalig
Verstärkung:	49 dB bei 2,5 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 9
	AGC O, Anzahl 9
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 6
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/1
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.01.2008	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.0315

Bezeichnung **ReSound Dot 30 DT3060 Mini HdO, Art.-Nr. 163514xx**

Hersteller GN RESOUND

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO
Bauart-Nr.:	DHI 2999
Anzahl der Kanäle:	17-kanalig
Verstärkung:	49 dB bei 2,5 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 17 AGC O, Anzahl 7
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 9
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/1
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.01.2008	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.0316

Bezeichnung **ReSound Dot 20 DT2060 Mini HdO, Art.-Nr. 163511xx**

Hersteller GN RESOUND

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO
Bauart-Nr.:	DHI 3000
Anzahl der Kanäle:	17-kanalig
Verstärkung:	49 dB bei 2,5 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 17 AGC O, Anzahl 7
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 9
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/1
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.01.2008	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.1552

Bezeichnung **Velocity BTE**

Hersteller SONIC

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	HdO-Gerät/BTE
Bauart-Nr.:	DHI 2947
Anzahl der Kanäle:	24-kanalig
Verstärkung:	69 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 24 AGC O, Anzahl 24
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 9
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	13 oder 312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.1553

Bezeichnung **Velocity BTE-D**

Hersteller SONIC

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	HdO-Gerät/BTE
Bauart-Nr.:	DHI 2948
Anzahl der Kanäle:	24-kanalig
Verstärkung:	69 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugel- und 1 Richtmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 24 AGC O, Anzahl 24
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 9
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	13 oder 312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.1554

Bezeichnung **KINDamaris HP**

Hersteller KIND

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	HdO-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2132
Anzahl der Kanäle:	2-kanalig
Verstärkung:	68 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 3 AGC O, Anzahl 2
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 2
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/2
Batterietyp:	13
Telefonspule:	ja
Audioeingang:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsmanager, handy-tauglich

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.1555

Bezeichnung **Siemens CIELO 2 Activ mit M-Höreinheit**

Hersteller SIEMENS

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2975
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	65 dB bei 2,5 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6
	AGC O, Anzahl 6
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 6
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	Dome
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.1556

Bezeichnung **Siemens CENTRA 2 Activ mit M-Höreinheit**

Hersteller SIEMENS

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2974
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	65 dB bei 2,5 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16
	AGC O, Anzahl 16
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 16
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	Dome
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.1557

Bezeichnung **STYLE Premium, Art.-Nrn. 58005 (beige), 58007 (grau)**

Hersteller HANSATON

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO
Bauart-Nr.:	DHI 2998
Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 2,5 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 8 AGC O, Anzahl 9
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 16
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/-
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	Fernbedienung
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.1558

Bezeichnung **STYLE Pro, Art.-Nrn. 58012 (beige), 58014 (grau)**

Hersteller HANSATON

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	HdO
Bauart-Nr.:	DHI 2997
Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 2,5 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC O, Anzahl 5
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 8
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/-
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	Fernbedienung
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.1559

Bezeichnung **la belle 420, HdO-Brillenmodul**

Hersteller BRUCKHOFF

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	HdO-Brillenmodul
Bauart-Nr.:	DHI 2979
Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
Verstärkung:	56,3 dB bei 2,5 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC O, Anzahl 4
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 12
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein

Eintrag am: 15.01.2008

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.1560

Bezeichnung **la belle 410, HdO-Brillenmodul**

Hersteller BRUCKHOFF

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	HdO-Brillenmodul
Bauart-Nr.:	DHI 2978
Anzahl der Kanäle:	2-kanalig
Verstärkung:	58 dB bei 2,5 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC O, Anzahl 4
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 12
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein

Eintrag am: 15.01.2008

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.1561

Bezeichnung **Snap, Art.-Nr. 100I320**

Hersteller INTERTON

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2927
Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
Verstärkung:	65 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 3
	AGC O, Anzahl 3
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 12
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Batterietyp:	320
Telefonspule:	ja
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.01.2008	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.1562

Bezeichnung **NovaSense 1600 BTE D VC**

Hersteller OTICON

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	HdO-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2322
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	56 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugel- und 2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 7 AGC O, Anzahl 6
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 6
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	13
Telefonspule:	ja
Audioeingang:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsmanager, handy-tauglich

Eintrag am: 15.01.2008

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.1563

Bezeichnung **NovaSense 1400 BTE D VC**

Hersteller OTICON

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	HdO-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2315
Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
Verstärkung:	56 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugel- und 2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 5 AGC O, Anzahl 4
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 4
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Batterietyp:	13
Telefonspule:	ja
Audioeingang:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsmanager, handy-tauglich

Eintrag am: 15.01.2008

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.1564

Bezeichnung **NovaSense 200 BTE D VC**

Hersteller OTICON

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	HdO-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2133
Anzahl der Kanäle:	2-kanalig
Verstärkung:	56 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 3 AGC O, Anzahl 2
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 2
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/2
Batterietyp:	13
Telefonspule:	ja
Audioeingang:	ja
Sonstige Ausstattungen:	Rückkopplungsmanager, handy-tauglich

Eintrag am: 15.01.2008

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.1565

Bezeichnung **Comfort II, Art.-Nrn. 58487 (beige), 58489 (grau)**

Hersteller HANSATON

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO
Bauart-Nr.:	DHI 2997
Anzahl der Kanäle:	8-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 2,5 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 4 AGC O, Anzahl 5
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 8
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/-
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	Fernbedienung
Eintrag am: 15.01.2008	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.2140

Bezeichnung **Snap P, Art.-Nr. 100I330**

Hersteller INTERTON

Konstruktions-merkmale

Bauform:	HdO-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2928
Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
Verstärkung:	71 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 3
	AGC O, Anzahl 3
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 12
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Batterietyp:	320
Telefonspule:	ja
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.01.2008	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.3658

Bezeichnung **Velocity MC**

Hersteller SONIC

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	IdO Custom-made-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2958
Anzahl der Kanäle:	24-kanalig
Verstärkung:	43 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugel- und 1 Richtmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 24 AGC O, Anzahl 24
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 9
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	13 oder 312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.3659

Bezeichnung **Velocity CIC**

Hersteller SONIC

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	IdO Custom-made-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2957
Anzahl der Kanäle:	24-kanalig
Verstärkung:	39 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 24 AGC O, Anzahl 24
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 9
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	13 oder 312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.4613

Bezeichnung **Velocity ITE-D**

Hersteller SONIC

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	IdO Custom-made-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2950
Anzahl der Kanäle:	24-kanalig
Verstärkung:	56 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugel- und 1 Richtmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 24 AGC O, Anzahl 24
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 9
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	13 oder 312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.4614

Bezeichnung **Velocity ITC**

Hersteller SONIC

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	IdO Custom-made-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2953
Anzahl der Kanäle:	24-kanalig
Verstärkung:	46 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 24
	AGC O, Anzahl 24
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 9
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	13 oder 312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.4615

Bezeichnung **Velocity ITE**

Hersteller SONIC

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	IdO Custom-made-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2949
Anzahl der Kanäle:	24-kanalig
Verstärkung:	56 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 24
	AGC O, Anzahl 24
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 9
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	13 oder 312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.4 616

Bezeichnung **Velocity ITC-D**

Hersteller SONIC

Konstruktions-merkmale

Bauform:	IdO Custom-made-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2954
Anzahl der Kanäle:	24-kanalig
Verstärkung:	46 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugel- und 1 Richtmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 24 AGC O, Anzahl 24
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 9
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	13 oder 312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.4617

Bezeichnung **Velocity HS**

Hersteller SONIC

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	IdO Custom-made-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2955
Anzahl der Kanäle:	24-kanalig
Verstärkung:	49 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 24
	AGC O, Anzahl 24
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 9
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	13 oder 312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.4618

Bezeichnung **Velocity HS-D**

Hersteller SONIC

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	IdO Custom-made-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2956
Anzahl der Kanäle:	24-kanalig
Verstärkung:	49 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugel- und 1 Richtmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 24 AGC O, Anzahl 24
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 9
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	13 oder 312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.4 619

Bezeichnung **Snap CM Twin VC, Art.-Nr. FGISN53-D**

Hersteller INTERTON

Konstruktions-merkmale

Bauform:	IdO-Custom-Made-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2930
Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
Verstärkung:	56 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Richtmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 3
	AGC O, Anzahl 3
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 12
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Batterietyp:	312
Telefonspule:	ja
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.01.2008	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.5050

Bezeichnung **Velocity ITE-PD**

Hersteller SONIC

Konstruktions-merkmale

Bauform:	IdO Custom-made-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2952
Anzahl der Kanäle:	24-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugel- und 1 Richtmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 24 AGC O, Anzahl 24
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 9
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	13 oder 312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.5051

Bezeichnung **Velocity ITE-P**

Hersteller SONIC

Konstruktions-merkmale

Bauform:	IdO Custom-made-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2951
Anzahl der Kanäle:	24-kanalig
Verstärkung:	61 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 24
	AGC O, Anzahl 24
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 9
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	13 oder 312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	nein
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.5052

Bezeichnung **NITRO CIC 128/70**

Hersteller SIEMENS

Konstruktionsmerkmale

Bauform:	IdO Custom-made-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2964
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	75 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 3 AGC O, Anzahl 3
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 6
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Batterietyp:	10
Telefonspule:	ja
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	Programmwahlschalter
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.03.5053

Bezeichnung **NITRO CIC 118/55**

Hersteller SIEMENS

Konstruktions-merkmale

Bauform:	IdO Custom-made-Gerät
Bauart-Nr.:	DHI 2963
Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
Verstärkung:	62 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 3
	AGC O, Anzahl 3
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 6
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Batterietyp:	10
Telefonspule:	ja
Audioeingang:	nein
Sonstige Ausstattungen:	Programmwahlschalter
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.05.0021

Bezeichnung **Audifon-AN-Evo 1, Art.-Nrn. 77733869, 77733870, 77733871, 77733872**

Hersteller BHM-TECH

Konstruktions-merkmale

Knochenleitungshörbrillenbügel	
Anzahl der Kanäle:	2-kanalig
Verstärkung:	46 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	analog
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja
Einstellbare Parameter:	programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
Regelsysteme:	AGC I
Klangblenden:	ja / passiv / Anzahl 10
Bauart-Nr.:	nicht erforderlich
GC (einst.Verstärkungsreserve)	ja
Sonstiges:	Telefonspule
Schaltung mehrerer Programme möglich:	nein
Geändert am: 15.12.2007	

Bemerkung

Art.-Nr. 77733869 Audifon-AN-EVO1/L/AZ - anthrazit/links
Art.-Nr. 77733870 Audifon-AN-EVO1/R/AZ - anthrazit/rechts
Art.-Nr. 77733871 Audifon-AN-EVO1/L/BR - braun/links
Art.-Nr. 77733872 Audifon-AN-EVO1/R/BR - braun/rechts
Art.-Nr. 77733873 Audifon-AN-EVO1/L/SW - schwarz/links
Art.-Nr. 77733874 Audifon-AN-EVO1/R/SW - schwarz/rechts

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.05.0022

Bezeichnung **Audifon-CS-Evo 1, Knochenleitungs-Hörbrillenbügel**

Hersteller BHM-TECH

Konstruktionsmerkmale

Knochenleitungs-Hörbrillenbügel

Anzahl der Kanäle:	2-kanalig
Verstärkung:	44 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	analog
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja
Einstellbare Parameter:	programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
Regelsysteme:	AGC O, Anzahl 2
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 2
Bauart-Nr.:	2870
GC (einst.Verstärkungsreserve)	ja
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/2
Sonstige serienmäßige Ausstattung:	Telefonspule

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Art.-Nr. 77733875 Audifon-CS-EVO1/L/AZ - links/anthrazit
Art.-Nr. 77733876 Audifon-CS-EVO1/R/AZ - rechts/anthrazit
Art.-Nr. 77733877 Audifon-CS-EVO1/L/BR - links/braun
Art.-Nr. 77733878 Audifon-CS-EVO1/R/BR - rechts/braun
Art.-Nr. 77733879 Audifon-CS-EVO1/L/SW - links/schwarz
Art.-Nr. 77733880 Audifon-CS-EVO1/R/SW - rechts/schwarz

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.05.0023

Bezeichnung **la belle BC 211, Knochenleitungs-Hörbrillenbügel**

Hersteller BRUCKHOFF

Konstruktions-merkmale

Knochenleitungs-Hörbrillenbügel

Anzahl der Kanäle:	2-kanalig
Verstärkung:	46 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja
Einstellbare Parameter:	programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
Regelsysteme:	AGC O, Anzahl 2
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 2
Bauart-Nr.:	2982
GC (einst.Verstärkungsreserve)	ja
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/2
Batterietyp:	312
Telefonspule:	ja
Audioeingang:	nein
Sonstige serienmäßige Ausstattung:	nein

Eintrag am: 15.01.2008

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.05.0024

Bezeichnung **la belle BC 421, Knochenleitungs-Hörbrillenbügel**

Hersteller BRUCKHOFF

Konstruktions-merkmale

Knochenleitungs-Hörbrillenbügel

Anzahl der Kanäle:	4-kanalig
Verstärkung:	38 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
Mikrofonsystem:	omnidirektional
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja
Einstellbare Parameter:	programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
Regelsysteme:	AGC O, Anzahl 4
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 12
Bauart-Nr.:	2994
GC (einst.Verstärkungsreserve)	ja
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
Batterietyp:	312
Telefonspule:	nein
Audioeingang:	nein
Sonstige serienmäßige Ausstattung:	nein

Eintrag am: 15.01.2008

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr. 13.20.08.0056

Bezeichnung **OpenX Tinnito**

Hersteller AURIC HÖRSYSTEME

Konstruktions-merkmale

HdO-Gerät mit Tinitusmasker	
Anzahl der Kanäle:	2-kanalig bei HdO
	2-kanalig bei Tinitusmasker
Verstärkung:	84 dB bei 1,6 kHz
Signalverarbeitung:	digital
Mikrofone:	1 Kugelmikrofon
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja
Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
Verstärkungsregelung:	automatisch
Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 0
	AGC O, Anzahl 0
Klangblenden:	ja / aktiv / Anzahl 10
Bauart-Nr.:	DHI 2785
Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/3
Frequenzgang:	Standardeinstellung
Frequenzbereich:	< 100 - > 7500 Hz
Summenpegel:	88,47 dB
Frequenzgang:	Hochtoneinstellung
Frequenzbereich:	800 - > 8000 Hz
Summenpegel:	84,86 dB
Frequenzgang:	Tieftoneinstellung
Frequenzbereich:	< 100 - 4800 Hz
Summenpegel:	77,08 dB
Eintrag am: 15.03.2007	
Geändert am: 15.12.2007	

Bemerkung

ClassicX	B1 Tinnito Pro	Vollconcha-Gerät
	B1 Tinnito Pro dezento	Kosmetik-Gerät
	B1 Tinnito Pro	offenes Vollconcha-Gerät
	B2 Tinnito Pro O	Halbconcha-Gerät
	B2 Tinnito Pro dezento	Kosmetik-Gerät
	B3 Tinnito Pro	Gehörgangs-Gerät
	B4 Tinnito Pro	Kanal-Gerät

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr.	13.99.03.0042
Bezeichnung	**SCOLAteach-Sender**
Hersteller	WIDEX MICRO-TECHNIC
Konstruktions-merkmale	Der FM-Sender SCOLAteach mit schaltbarem Mikrofonsystem ist ein drahtloses, digitales System für Hörgeräte. Der Sender nimmt die Schallsignale auf und überträgt sie an SCOLAflex oder einen anderen kompatiblen FM-Empfänger, der mit dem Hörgerät verbunden ist. Abmessungen (LxBxH): 81 mm x 51 mm x 30 mm Gewicht: 117 g HF-Charakteristik Frequenzbereich: 169,4 - 169,8 MHz 173,3 - 175,0 MHz 181,4 - 187,5 MHz 216,0 - 218,0 MHz Modulation: FM (Schmalband) Audiofrequenz: 100 - 7000 Hz Stromversorgung: 2 x Alkali AAA Batterielebensdauer: 10 Stunden Lieferumfang: 1 x SCOLAteach 1 x Gebrauchsanweisung 2 x Alkali AAA Batterien 1 x Garantiekarte Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 13 Hörhilfen

Positions Nr.	13.99.03.0043
Bezeichnung	**SCOLAflex-Empfänger**
Hersteller	WIDEX MICRO-TECHNIC
Konstruktions-merkmale	Der FM-Empfänger SCOLAflex ist ein drahtloses, digitales Empfangssystem für Hörgeräte. Der Empfänger nimmt die Schall-signale auf, welche vom Signalsender SCOLAteach übermittelt wurden. Abmessungen (LxBxH): 13,6 mm x 10,7 mm x 14,3 mm Gewicht: > 1 g HF-Charakteristik Frequenzband: 169 MHz - 189 MHz 216 MHz - 217 MHz Frequenzbereich: 100 - 6500 Hz Modulation: FM (Schmalband) Audiofrequenz: - Lieferumfang: 1 x SCOLAflex 1 x Gebrauchsanweisung 1 x Garantiekarte Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.01.0093
Bezeichnung	**Elisir F1000, Art.-Nr. 87200**
Hersteller	FLAEM NUOVA
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Druckinhalationsgerät Stromversorgung: Netz Gewicht: ca. 2,1 kg Teilchenspektrum: 2 bis 8 µm (MMAD 3,3 µm), 99 % < 5 µm Lieferumfang: 1. Kompressor-Grundgerät 2. Vernebler Rapid Flaem (RF) mit Mundstück 3. Drei Masken, ein Nasenstück 4. Schlauchsystem Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.01.0094
Bezeichnung	**Invacare Stratos Pro, Art.-Nr. 1509878**
Hersteller	INVACARE
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Druckinhalationsgerät Stromversorgung: Netz Gewicht: ca. 1,7 kg Teilchenspektrum: MMD 4,7 µm MMAD 1,8 µm Lieferumfang: 1. Kompressor-Grundgerät 2. Medjet Pro Vernebler 3. Transporttasche 4. Ersatzfilter Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.01.2009
Bezeichnung	**I-neb AAD System I-net CF, Art.-Nr. 1041870**
Hersteller	RESPIRONICS
Konstruktions-merkmale	Wiederverwendbarer elektronischer Ultraschallvernebler für die Behandlung der tiefen Atemwege mit speziellen Medikamenten bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab einem Lebensalter von 2 Jahren Gerätetyp: Ultraschallinhalationsgerät Stromversorgung: integrierter Akku mit Netzgerät 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz Gewicht: 225 g Teilchenspektrum: Speziell auf das jeweilige Medikament durch Mikrochip und Arzneimittelkammer angepasst Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Bedienungsanleitung und integriertem Akku 2. Netzladegerät Sonstiges:
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 01. 4 002
Bezeichnung	**Inhalierboy SMT-Ausführung, Art.-Nr.12337**
Hersteller	Servox
Konstruktions-merkmale	Gerät wird nicht mehr hergestellt / vertrieben. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.01.0028

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.01.4003
Bezeichnung	**Inhalier-Master SMT-Ausführung**
Hersteller	Servox
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Druckinhalationsgerät Stromversorgung: Netz Gewicht: 4,2 kg Teilchengröße: 67 % < 5 µm Lieferumfang: 1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungs-anleitung 2. Vernebler 3. Halsmaske Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Option: Sole-Feuchtzerstäuber Baugleich mit 14.24.01.0018, jedoch Spezialausführung zur Anwendung bei tracheotomierten/laryngektomierten Patienten. Alte Pos.-Nr.: 14.24.01.0029

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.01.4004
Bezeichnung	**Tracheal-Aerosol-Inhalator**
Hersteller	FAHL
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Druckinhalationsgerät Stromversorgung: Netz Gewicht: 3,8 kg Teilchengröße: 0,5 µm - 5,5 µm bzw. 6 µm - 20 µm Sonstiges: Heizung im Handstück Lieferumfang: 1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungs-anleitung 2. Vernebler 3. Mund- und Nasenstück 4. Spezial Trachealrohr mit Tracheostoma-maske Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Eigentlicher Hersteller: Wenger Baugleich mit Davos, Pos.-Nr. 14.24.01.0014 Gerät ermöglicht warme Tiefeninhalation für die unteren Atemwege und Feucht-Warm-Verneblung für die oberen Luftwege. Spezialausführung, welche auch von laryngektomierten/tra-cheotomierten Patienten genutzt werden kann. Alte Pos.-Nr.: 14.24.01.0030

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.01.4005
Bezeichnung	**Pari-Walkboy-SMT-Ausführung**
Hersteller	Servox
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Druckinhalationsgerät, mobil Stromversorgung: Akku Gewicht: 0,76 kg Teilchengröße: 92 % unter 9,6 µm Lieferumfang: 1. Grundgerät mit Ladegerät, Akku und Bedienungsanleitung 2. Vernebler LC Plus 3. Mundstück, spezielle Tracheostoma-(Hals-)maske 4. Tragetasche Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Option: Wechselakku Baugleich mit Pos.-Nr. 14.24.01.0008 Alte Pos.-Nr.: 14.24.01.0035

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.01.4006
Bezeichnung	**Inhalier-Boy SMT, Mapics-Nr.13625**
Hersteller	Servox
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Druckinhalationsgerät Stromversorgung: Netz Gewicht: 1,9 kg Teilchengröße: 90 % unter 9,6 µm Lieferumfang: 1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungs-anleitung 2. Vernebler Pari LL mit Ventilsystem 3. LL Adapter 4. Anschlußschlauch 5. Tracheostoma-Halsmaske Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Gerät baugleich mit Pos.-Nr. 14.24.01.0012, jedoch Spezial-maske für tracheotomierte Patienten im Lieferumfang. Alte Pos.-Nr.: 14.24.01.0039

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.03.0002
Bezeichnung	**MAGhaler Art.-Nrn. 910001000/00 blau, 910002000/00 braun**
Hersteller	Mundipharma
Konstruktions-merkmale	Antriebseinheit zur Erzeugung eines Pulvers zur Inhalation aus einer speziellen Arzneimitteltablette (MAGtab). Bei der MAGtab handelt es sich um ein austauschbares Mundstück, in der der Arzneimittelwirkstoffvorrat in einer ringförmigen Tablette enthalten und federgelagert fixiert ist. Das Mund-stück wird auf der eigentlichen Applikationshilfe (MAGhaler) aufgesetzt. Abmessungen (D x L): 35 mm x 68 mm Gewicht: 65 g Betriebsgeräusch: 75 dB(A) in 300 mm 71 db(A) in 1000 mm Reservoirarten: MAGtab Einsatzbereich: Salbutamol-Therapie / Budensonid-Thera-pie Lieferumfang: 1 x MAGhaler Nrn. 910001000/00 blau, 910002000/00 braun Die MAGtab ist nicht im Lieferumfang, da es um ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel handel. Verwendungszweck: zur ambulanten Salbutamol-Therapie / Budesonid-Therapie Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 03.24.01.0001

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.04.0056
Bezeichnung	**EverFlo Sauerstoffkonzentrator, Art.-Nr. 1020007**
Hersteller	RESPIRONICS
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Sauerstoffkonzentrator für netzabhängigen mobilen Einsatz Transporthilfen: Tragegriff und 4 Rollen Energieversorgung: 230 V 50 Hz Leistungsaufnahme: 295 W Sauerstoffflow: 0,5 bis 5 l/min O2-Konzentration: 94 % bei 2 l/min, 88 % bei 5 l/min Gewicht: ca. 14 kg Größe: 58 cm x 38 cm x 24 cm Geräuschpegel: < 14 dB Wartung: Ansaugfilter ca. alle 1 bis 2 Jahre Kompressor, Behälter, Dichtungen nach 25.0000 Betriebsstunden Lieferumfang: 1. Grundgerät mit Netzkabel und Filter, Bedienungsanleitung 2. Luftfefeuchter aus Hartplastik für Sauerstoffkonzentratoren Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.04.1002

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.04.6002

Bezeichnung **Eclipse** **Art.Nr. 0802-0224**

Hersteller SEQUAL

Konstruktions-merkmale

Gerätetyp:	Sauerstoffkonzentrator für netzabhängigen und netzunabhängigen mobilen Einsatz
Transporthilfen:	Tragegriff und Caddy
Energieversorgung:	AC 100 V - 240 V; 50 Hz /60 Hz DC 12 V und interner Akku
Leistungsaufnahme:	AC max. 200 W DC max. 150 W
Sauerstoffflow:	0,5 bis 3 l/min im Konstantmodus Stufen 1 bis 6 im Pulsmodus
O2-Konzentration:	mind. 90 % bei 2 l/min (Konstantmodus) mind. 87 % bei 3 l/min (Konstantmodus)
Gewicht:	ca. 8,1 kg mit Akku ca. 6,6 kg ohne Akku
Größe:	49 cm x 31,2 cm x 18 cm
Geräuschpegel:	ca. 38 dB(A) bei 2 l/min
Wartung:	einmal jährlich
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Filter und Bedienungsanleitung 2. Externes Netzteil mit Anschlusskabel 3. Gleichspannungsadapter für DC-Betrieb 4. Akku 5. Caddy

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.05.9003
Bezeichnung	**Helios H 300, Art.-Nr. B-700848-00**
Hersteller	COVIDIEN
Konstruktions-merkmale	Mobiles Flüssiggasversorgungssystem bestehend aus einer stationären Einheit (sh. Pos.-Nrn. 14.24.05.6002 oder 14.25.05.6003 und einem Mobilsystem H-300). Das stationäre System (H36 oder H46) wird immer in Kombination mit einem mobilen Gerät H300 genutzt und die verordnete Sauerstoffmen-ge wird immer über die tragbare Einheit eingeatmet und kann den Sauerstoff in zwei verschiedenen Arten für den Patienten zur Verfügung stellen. Zum einen kann die Einheit mit flüs-sigem Sauerstoff einer stationären Einheit gefüllt werden, so dass der Patient sich frei bewegen kann und auch zum Beispiel das Haus für längere Zeit verlassen werden kann. Zum anderen kann die tragbare Einheit an den stationären Be-hälter angeschlossen werden und dient dann als Dosiereinheit im häuslichen Bereich. Die mobile Einheit besteht aus einem transportablen, stoßsicheren Gehäuse mit integriertem Trage-griff mit einer Gesamthöhe von ca. 27 cm. Das Gesamtgewicht der Einheit beträgt gefüllt 1,6 kg, ungefüllt 1,1 kg, so dass insgesamt 0,4 kg Flüssigsauerstoff eingefüllt werden können. Dies entspricht einem Gasäquivalent von 308 l. Zu-sätzlich in das Gehäuse integriert befindet sich ein Demand-system, welches die Sauerstoffabgabe regelt und so den Sau-erstoff bis zu 15 Stunden zur Verfügung stellen kann. Dies ist abhängig von der Einstellung sowie von der vom Patienten benötigten Sauerstoffmenge, die zwangsläufig bei einer Flüs-siggasanwendung entstehenden Sauerstoffverluste werden vom Gerät aufgefangen und dem Patienten zugeführt. Sauerstoffkapazität: 0,4 kg Flüssigsauerstoff Gasäquivalent: 308 l Gewicht gefüllt: 1,5 kg Gewicht ungefüllt: 1,1, kg Einstellmöglichkeit Sauerstoffabgabe: zwischen 0 und 4 l/min (äquivalent) erreichbare Be- triebszeiten: 5 h (bei 4 l/min) bis 15 h (bei 0,25 l/min) Verdampfungsrate: 0,5 bis 0,7 kg/Tag (Verluste werden aufgefangen und dem Patienten zugeführt Geändert am: 15.08.2007 Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.05.6001

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.05.9004

Bezeichnung **Helios H 850 (Marathon), Art.-Nr. H850EU**

Hersteller COVIDIEN

Konstruktions-merkmale

Mobiles Flüssiggasversorgungssystem bestehend aus einer stationären Einheit (sh. Pos.-Nrn. 14.24.05.6002 oder 14.25.05.6003 und einem Mobilsystem H 850). Das stationäre System (H36 oder H46) wird immer in Kombination mit einem mobilen Gerät H300 (Pos.-Nr. 14.24.05.6001) oder H 850 ge-nutzt und die verordnete Sauerstoffmenge wird immer über die tragbare Einheit eingeatmet und kann den Sauerstoff in zwei verschiedenen Arten für den Patienten zur Verfügung stellen. Zum einen kann die Einheit mit flüssigem Sauerstoff einer stationären Einheit gefüllt werden, so dass der Pa- tient sich frei bewegen kann und auch zum Beispiel das Haus für längere Zeit verlassen werden kann. Zum anderen kann die tragbare Einheit an den stationären Behälter angeschlossen werden und dient dann als Dosiereinheit im häuslichen Be-reich. Die mobile Einheit besteht aus einem transportablen, stoßsicheren Gehäuse mit integriertem Tragegriff mit einer Gesamthöhe von ca. 38 cm. Das Gesamtgewicht der Einheit be-trägt gefüllt 2,5 kg, ungefüllt 1,6 kg, so dass insgesamt 0,9 kg Flüssigsauerstoff eingefüllt werden können. Dies ent-spricht einem Gasäquivalent von 685 l. Zusätzlich in das Gehäuse integriert befindet sich ein Demandsystem, welches die Sauerstoffabgabe regelt und so den Sauerstoff bis zu 20 Stunden zur Verfügung stellen kann. Dies ist abhängig von der Einstellung sowie von der vom Patienten benötigten Sauerstoffmenge, die zwangsläufig bei einer Flüssiggasan-wendung entstehenden Sauerstoffverluste werden vom Gerät aufgefangen und dem Patienten zugeführt.

Sauerstoffkapazität:	0,9 kg Flüssigsauerstoff
Gasäquivalent:	685 l
Gewicht gefüllt:	2,5 kg
Gewicht ungefüllt:	1,6 kg
Einstellmöglichkeit Sauerstoffabgabe:	zwischen 1 und 6 l/min (kontinuierlich) und 1,5 und 4 l/min (äquivalent)
erreichbare Be-triebszeiten:	bis 20 h
Verdampfungsrate:	0,38 bis 0,45 kg/Tag (Verluste werden aufgefangen und dem Patienten zuge-führt)

Geändert am: 15.08.2007
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.05.6004

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.05.9005

Bezeichnung **Spirit 300**

Hersteller CAIRE INC.

Konstruktionsmerkmale

Mobiles Flüssiggasversorgungssystem mit integriertem Spar-ventil. Die mobile Einheit besteht aus einem transportablen, stosssicheren Gehäuse incl. Tragehilfe. Die mobile Einheit wird am stationären System (sog. 20-PSI-Flüssigsauerstoff-Tank) gefüllt. Hierzu muss der entsprechende Füllanschluss kompatibel zum Spirit-Gerät sein. Dies ist bei folgenden Produkten gegeben:

- Caire Liberator & Low Loss-Serie (Generation 2)
  -- Seitenfüllanschluss

- Caire Liberator & Low Loss-Serie (Generation 3)
  -- Seitenfüllanschluss
  -- Oberer Füllanschluss (Puritan Bennett-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Cry02-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Penox-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Caire Life Ox-Typ)

- Mallinckrodt Puritan Bennett Companion-Serie
  -- Oberer Füllanschluss (Puritan Bennett-Typ)

- DeVilbiss, alle früheren Serien
  -- Seitenfüllanschluss (Caire-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Puritan Bennett-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Cry02-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Penox-Typ)

- Invacare, alle früheren Serien
  -- Seitenfüllanschluss (Caire-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Puritan Bennett-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Cry02-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Penox-Typ)

- Penox, alle Serien
  -- Seitenfüllanschluss (Caire-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Puritan Bennett-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Cry02-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Penox-Typ)

Sauerstoffkapazität: 0,33 l Flüssigsauerstoff
Gasäquivalent: 275 l
Gewicht gefüllt: 1,95 kg
Gewicht ungefüllt: 1,6 kg
Einstellmöglichkeit
Sauerstoffabgabe: zwischen 1 und 5 l/min (äquivalent)
und 2 l/min (kontinuierlich)
erreichbare Betriebszeiten: bis 9 h
Verdampfungsrate: 0,54 kg/Tag
Größe (H x B x T): 223 mm x 152 mm x 114 mm
Geändert am: 15.08.2007
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.05.6005

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.05.9006

Bezeichnung **Spirit 600**

Hersteller CAIRE INC.

Konstruktions-merkmale

Mobiles Flüssiggasversorgungssystem mit integriertem Spar-ventil. Die mobile Einheit besteht aus einem transportablen, stosssicheren Gehäuse incl. Tragehilfe. Die mobile Einheit wird am stationären System (sog. 20-PSI-Flüssigsauerstoff-Tank) gefüllt. Hierzu muss der entsprechende Füllanschluss kompatibel zum Spirit-Gerät sein. Dies ist bei folgenden Produkten gegeben:

- Caire Liberator & Low Loss-Serie (Generation 2)
  -- Seitenfüllanschluss

- Caire Liberator & Low Loss-Serie (Generation 3)
  -- Seitenfüllanschluss
  -- Oberer Füllanschluss (Puritan Bennett-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Cry02-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Penox-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Caire Life Ox-Typ)

- Mallinckrodt Puritan Bennett Companion-Serie
  -- Oberer Füllanschluss (Puritan Bennett-Typ)

- DeVilbiss, alle früheren Serien
  -- Seitenfüllanschluss (Caire-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Puritan Bennett-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Cry02-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Penox-Typ)

- Invacare, alle früheren Serien
  -- Seitenfüllanschluss (Caire-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Puritan Bennett-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Cry02-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Penox-Typ)

- Penox, alle Serien
  -- Seitenfüllanschluss (Caire-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Puritan Bennett-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Cry02-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Penox-Typ)

Sauerstoffkapazität: 0,63 l Flüssigsauerstoff
Gasäquivalent: 516 l
Gewicht gefüllt: 2,54 kg
Gewicht ungefüllt: 1,86 kg
Einstellmöglichkeit
Sauerstoffabgabe: zwischen 1 und 5 l/min (äquivalent)
und 2 l/min (kontinuierlich)
erreichbare Be-
triebszeiten: bis 17 h
Verdampfungsrate: 0,54 kg/Tag
Größe (H x B x T): 292 mm x 152 mm x 114 mm
Geändert am: 15.08.2007
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.05.6006

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.05.9007

Bezeichnung **Spirit 1200**

Hersteller CAIRE INC.

Konstruktionsmerkmale

Mobiles Flüssiggasversorgungssystem mit integriertem Spar-ventil. Die mobile Einheit besteht aus einem transportablen, stosssicheren Gehäuse incl. Tragehilfe. Die mobile Einheit wird am stationären System (sog. 20-PSI-Flüssigsauerstoff-Tank) gefüllt. Hierzu muss der entsprechende Füllanschluss kompatibel zum Spirit-Gerät sein. Dies ist bei folgenden Produkten gegeben:

- Caire Liberator & Low Loss-Serie (Generation 2)
  -- Seitenfüllanschluss

- Caire Liberator & Low Loss-Serie (Generation 3)
  -- Seitenfüllanschluss
  -- Oberer Füllanschluss (Puritan Bennett-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Cry02-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Penox-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Caire Life Ox-Typ)

- Mallinckrodt Puritan Bennett Companion-Serie
  -- Oberer Füllanschluss (Puritan Bennett-Typ)

- DeVilbiss, alle früheren Serien
  -- Seitenfüllanschluss (Caire-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Puritan Bennett-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Cry02-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Penox-Typ)

- Invacare, alle früheren Serien
  -- Seitenfüllanschluss (Caire-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Puritan Bennett-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Cry02-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Penox-Typ)

- Penox, alle Serien
  -- Seitenfüllanschluss (Caire-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Puritan Bennett-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Cry02-Typ)
  -- Oberer Füllanschluss (Penox-Typ)

Sauerstoffkapazität: 1,25 l Flüssigsauerstoff
Gasäquivalent: 1026 l
Gewicht gefüllt: 3,63 kg
Gewicht ungefüllt: 2,27 kg
Einstellmöglichkeit
Sauerstoffabgabe: zwischen 1 und 5 l/min (äquivalent)
und 2 l/min (kontinuierlich)
erreichbare Betriebszeiten: bis 34 h
Verdampfungsrate: 0,54 kg/Tag
Größe (H x B x T): 355 mm x 152 mm x 114 mm
Geändert am: 15.08.2007
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.05.6007

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.10.0002

Bezeichnung **Quantum PSV, Modell 7700, Art.-Nr. 7700-04**

Hersteller HEINEN + LÖWENSTEIN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz
Beatmungsfrequenz:	4 bis 40 Atemzüge pro Minute
Inspirationszeit:	10 - 90 % eines Atemzyklus
Druckanstiegszeit:	0,1 bis 0,9 s
Beatmungsdruckbereich:	bis 37 hPa
Beatmungsflowbereich:	bis 150 l/min
Beatmungsdruckanzeige:	bargraph
Steuerprinzip:	druckgesteuert, Triggerschwellenbereich 10 bis 90 % eingestellter Druck
Gewicht:	7,6 kg
Stromversorgung:	230 V-Netz
Leistungsaufnahme:	300 W
Lieferumfang:	Grundgerät, Art.-Nr. 7700-04 incl. Patientenschlauch, Netzzuleitung und Gebrauchsanweisung

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte POs.-Nr.: 14.24.09.1002

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.10.0003

Bezeichnung **RespiCare CV, Art.-Nr. 84 13509**

Hersteller DRÄGER

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur nichtinvasiven, intermittierenden Beatmung
Energieversorgung:	110 V - 240 V; 50 Hz - 60; 12 V DC
Leistungsaufnahme:	max. 100 W
Beatmungsmodi:	CPAP - Spontanatmung mit kontinuierlich positivem Druck CPAP/ASB - Spontanatmung mit synchronisierter Druckunterstützung und wahlweiser Apnoe-Ventilation PCV(S) - Druckkontrollierte, zeitgesteuerte Beatmung mit synchronisierter Inspirationsphase
Betriebsgeräusch:	mittlerer Schalldruck bei 10 hPa: max. 32 dB(A)
Gewicht:	3,7 kg
Größe (B x H x T):	255 mm x 217 mm x 288 mm
Wartung:	jährlich bzw. nach Aufforderung durch das Gerät
Lieferumfang:	
Einstellparameter:	Modus CPAP:Atemwegsdruck 3 hPa bis 20 hPa
Modus CPAP/ASB:	Inspirationsdruck 5 hPa bis 30 hPa Exspirationsdruck 2 hPa bis 20 hPa Triggerempfindlichkeit Insp. 10 bis 50 l/min Triggerempfindlichkeit Exsp. 15 l/min bis 75 l/min kleiner als Spitzenflow Apnoe-Ventilation: Ein / Aus Latenzzeit 5 s bis 30 s AV-Frequenz 6 pro min bis 40 pro min AV-Inspiration 20 % bis 50 %
Modus PCV / PCV(S)	Inspirationsdruck 5 hPa bis 30 hPa Exspirationsdruck 2 hPa bis 20 hPa Rampe 0 s bis 1 s (11 Stufen) Triggerempfindlichkeit Insp. 10 bis 50 l/min Atemfrequenz 6 pro min bis 60 pro min Insp. Anteil Atemphase 20 % bis 66 % Softstartfunktion 0 min bis 30 min
Geräteparameter:	Geräte Compliance inkl. Schlauchsystem

max. 0,6 ml/hPa
Maximaldruckbegrenzung 40 mbar am Patienten
Inspirations- und Exspirationswiderstand max. 6 hPa bei 60 l/min
Atemwegsdruckmessung von 0 hPa bis 30 hPa in 0,2 hPa

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Optionen: O2-Adapter RespiCare, Art.-Nr. 8413397
Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.
Alte Pos.-Nr: 14.24.09.1003

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.10.0004

Bezeichnung **O´NYX, Art.-Nr. PMAX 0012**

Hersteller VTG

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz
Beatmungsfrequenz:	4 bis 40 Atemzüge pro Minute
Inspirationszeit:	20 - 80 % eines Atemzyklus
Beatmungsdruckbereich:	3 bis 20 hPa
Peep:	0 bzw. 3 bis 15 hPa
Triggerschwellenbereich:	0,4 bis 3 hPa
Beatmungsarten:	Spontanatmung, Peep, Druckunterstützung und Mindestatemfrequenz, Spontanatmung Peepunterstützung assistiert / kontrollierter Druck
Energieversorgung:	230 V Netzspannung bzw. 12/24 V DC
Gewicht:	8 kg
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem mit Expirationsventil PMEX 0005

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1004

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.10.0005

Bezeichnung **BiPAP-Synchrony Ventilatory Support System, Art.-Nr. 1004304**

Hersteller RESPIRONICS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät (BiPAP ST) zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz
Beatmungsfrequenz:	4 bis 30 Atemzüge/Minute (T-Modus), 0 bis 30 Atemzüge/Minute (PA und S/T-Modus)
Druckanstiegszeit:	0,1 bis 0,6 s
Beatmungsdruckbereich:	4 bis 30 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Steuerprinzip:	druckgesteuert
Gewicht:	2,7 kg
Stromversorgung:	230 V / 50 Hz bzw. 12 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	300 W
Lieferumfang:	Grundgerät, Art.-Nr. 1004304 incl. Patientenschlauch, Netzzuleitung und Gebrauchsanweisung

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1007

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.10.0006

Bezeichnung **Sullivan VPAP II ST-A Flowgenerator, Art.-Nr. 21224**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	2,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	bargraf
Betriebsgeräusch:	ca. 34 dB(A)
Gewicht:	ca. 4,1 kg
Wartung:	alle 6 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Produkt ist bauglich mit Produkt der Pos.-Nr. 14.24.24.0004, jedoch erweiterte Alarmfunktionen.
Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1008

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.10.0007

Bezeichnung **PV 403, Art.-Nr. 143012**

Hersteller BREAS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Beatmung im häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	bis 50 hPa EPAP 4 hPa bis 18 hPa
Beatmungsfrequenz:	4 1/min bis 40 1/min
Druckanzeige:	digital
Beatmungsmodi:	PSV, PCV, VCV, SIMV
Gewicht:	5,5 kg
Leistungsaufnahme:	keine Angabe
Stromversorgung:	Netz 230 V, 50 Hz 12 V/24 V Gleichspannung Akkubetrieb nur mit externem Akku
Wartung:	jährlich
Lieferumfang:	- Grundgerä,t Art.-Nr. 143012, ohne Zubehör - mehrfach verwendbares Schlauchsystem, Art.-Nr. 000402, incl. Ausatemventil 22 mm mit PAP autoklavierbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.9.1017

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.10.0008

Bezeichnung **VS BiBOP, Art.-Nr. 0101-0030**

Hersteller SAIME

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Beatmung im häuslichen Einsatz mit VS Einschlauchsystem und Sauerstoffzuführung
Beatmungsdruckbereich:	bis 30 hPa EPAP bis 20 hPa
Beatmungsfrequenz:	je nach Einstellungsmodus zwischen 5 und 50 l/min
Druckanzeige:	digital
Beatmungsmodi:	S/ST, CPAP, T
Größe:	135 mm x 204 mm x 285 mm
Gewicht:	2,5 kg
Leistungsaufnahme:	52 W
Stromversorgung:	Netz 230/100 V, 50 bis 60 Hz Wechselspannung 26 V +/- 10 % Gleichspannung
Wartung:	alle 12 Monate eine Wartung
Lieferumfang:	Grundgerät incl. Gerätetasche, O2-Anschluss, Art.-Nr. 0101-0030 und 0102-0065 sowie Schlauchsystem Art.-Nr. 0102-0037
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1022

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.10.0009

Bezeichnung **KnightStar 330 Art.-Nr. Y-KS330-EU**

Hersteller COVIDIEN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Beatmung im häuslichen Einsatz (insbesondere mobiler Einsatz)
Beatmungsdruckbereich:	bis 30,0 hPa (im Modus I/E, A/C) bis 20 hPa (im Modus CPAP)
Einstellmöglichkeiten:	einstellbare Hintergrundfrequenz und I:E-Verhältnis im A/C-Modus, Rampenfunktion mit wählbarem Startdruck, inspiratorische und expiratorische Triggereinstellung, inspiratorischer Druckanstieg einstellbar, einstellbarer Maskenleckfluss
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Beatmungsmodi:	CPAP, I/E und A/C
Größe:	209 mm x 95 mm x 142 mm
Gewicht:	ca. 1,23 kg
Leistungsaufnahme:	140 W
Stromversorgung:	100 V; 240 V 50 bis 60 Hz Wechselspannung, 12 V Gleichspannung
Wartung:	alle 12 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät, Art.-Nr. Y-KS330-EU 2. Schlauchsystem mit integrierter Druckmessung, Länge 1,80 m, Art.-Nr. M-261000-27 3. inspiratorischer Bakterienfilter, Art.-Nr. L-6108 4. Lufteinlassfilter, Art.-Nr. Y-101922-00A 5. Benutzer- und Ärztehandbuch, Art.-Nrn. Y-500011-02 und Y-500010-02
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1023

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.10.0011

Bezeichnung **VPAP III ST-A, Art.-Nr. 24119-Z**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät zur nichtinvasiven Beatmung bei schlafbezogenen Atemstörungen sowie bei chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen mit Möglichkeit der Einstellung von Trigger- und Cycle-Schwellenwerten und Überwachung der Inspirationszeit
Betriebsart:	CPAP, BiLevel ST / T / S
Beatmungsdruckbereich:	2,0 hPa bis 30,0 hPa (IPAP)sowie 2,0 hPa bis 25,0 hPa (EPAP)
Atemfrequenzbereich:	10 BPM / 5 bis 30 BPM
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. < 28 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,3 kg
Betriebsspannung:	100 V bis 240 V; 50 Hz - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	100 W
Wartung:	alle 6 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem 2 m

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1027

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.10.0012

Bezeichnung **VENTImotion BiLevel-ST, Art.-Nr. WM 24800**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät zur nichtinvasiven Beatmung bei respiratorischer Insuffizienz
Betriebsart:	CPAP, S, ST, T, SX, SXX
Einatemdruck (IPAP):	4 hPa bis 35 hPa (IPAP) sowie 4 hPa bis 20 hPa (EPAP)
Atemfrequenzbereich:	6 bis 45 l/min
Atemdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 25 dB(A) bei 10 hPa
Betriebsspannung:	115 bis 230 V; 50 bis 60 Hz
Wartung:	alle 2 Jahre oder 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät, Art.-Nr. WM24810 incl. Netzanschlussleitung und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem, desinfizierbar, Art.-Nr. WM24130 3. Trocknungsadapter und Transporttasche 4. Grob- und Feinersatzfilter

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1032

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.10.0013

Bezeichnung **VIVO 30, Art.-Nr. 202003**

Hersteller BREAS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Beatmung bei respiratorischer Insuffizienz
Betriebsart:	CPAP, PSV, PCV
Einatemdruck (IPAP):	4 hPa bis 30 hPa (IPAP) sowie 2 hPa bis 30 hPa (EPAP)
Atemfrequenzbereich:	4 bis 40 1/min
Verhältnis I:E:	1:10 bis 10:1 einstellbar
Atemdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	< 30 dB(A) bei 10 hPa
Betriebsspannung:	100 bis 240 V; 50 bis 60 Hz 12,5 V / 24 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	max. 140 VA / 120 W
Maße BxHxT:	185 x 230 x 227 mm
Gewicht:	3,3 kg
Wartung:	Jährlich oder nach 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl.Geräteabdeckung Netzanschlussleitung und Bedienungsanleitung 2. Filter grau und weiß 3. Spezialtasche

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1033

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.10.0014

Bezeichnung **VIVO 40, Art.-Nr. 201003**

Hersteller BREAS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Beatmung bei respiratorischer Insuffizienz
Betriebsart:	CPAP, PSV, PCV
Einatemdruck (IPAP):	4 hPa bis 40 hPa (IPAP) sowie 2 hPa bis 40 hPa (EPAP)
Atemfrequenzbereich:	4 bis 40 1/min
Verhältnis I:E:	1:10 bis 10:1 einstellbar
Atemdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	< 30 dB(A) bei 10 hPa
Betriebsspannung:	100 bis 240 V; 50 bis 60 Hz 12,5 V / 24 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	max. 140 VA / 120 W
Maße BxHxT:	185 x 230 x 227 mm
Gewicht:	3,3 kg
Wartung:	Jährlich oder nach 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl.Geräteabdeckung Netzanschlussleitung und Bedienungsanleitung 2. Filter grau und weiß 3. Spezialtasche

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1035

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.10.0015

Bezeichnung **BiPAP-Synchrony II Ventilatory Support System mit AVAPS, Art.-Nr. 1029756**

Hersteller RESPIRONICS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät (BiPAP ST) zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz mit AVAPS-Funktion, d.h. auch die Atmungsfrequenz und das Atemzugvolumen sind individuell einstellbar.
Beatmungsfrequenz:	4 bis 30 Atemzüge/Minute (T-Modus), 0 bis 30 Atemzüge/Minute (PC und S/T-Modus)
Druckanstiegszeit:	0,1 bis 0,6 s
Beatmungsdruckbereich:	4 bis 30 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Steuerprinzip:	druckgesteuert
Gewicht:	1,8 kg
Stromversorgung:	230 V / 50 Hz bzw. 12 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	300 W
Lieferumfang:	Grundgerät, Art.-Nr. 1029756, incl. Patientenschlauch, Netzzuleitung und Gebrauchsanweisung

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1037

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.10.3002

Bezeichnung **VPAP III ST-A mit Humidaire 2i, Art.-Nr. 24119-Z2i**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät zur nichtinvasiven Beatmung bei schlafbezogenen Atemstörungen sowie bei chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen mit Möglichkeit der Einstellung von Trigger- und Cycle-Schwellenwerten und Überwachung der Inspirationszeit und integriertem Warmluftbefeuchter
Betriebsart:	CPAP, BiLevel ST / T / S
Beatmungsdruckbereich:	2,0 hPa bis 30,0 hPa (IPAP)sowie 2,0 hPa bis 25,0 hPa (EPAP)
Atemfrequenzbereich:	10 BPM / 5 bis 30 BPM
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. < 28 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,8 kg
Betriebsspannung:	100 V bis 240 V; 50 Hz - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	100 W
Wartung:	alle 6 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem 2 m 3. integrierter Warmluftbefeuchter Humidaire 2i

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1028

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.10.3 003

Bezeichnung **VENTImotion mit VENTIclick BiLevel-ST, Art.-Nr. WM 24570**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät zur nichtinvasiven Beatmung bei respiratorischer Insuffizienz mit integriertem Warmluftbefeuchter
Betriebsart:	CPAP, S, ST, T, SX, SXX
Einatemdruck (IPAP):	4 hPa bis 35 hPa (IPAP) sowie 4 hPa bis 20 hPa (EPAP)
Atemfrequenzbereich:	6 bis 45 l/min
Atemdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 25 dB(A) bei 10 hPa
Betriebsspannung:	115 bis 230 V; 50 bis 60 Hz
Wartung:	alle 2 Jahre oder 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät, Art.-Nr. WM24810 incl. Netzanschlussleitung und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem, desinfizierbar, Art.-Nr. WM24130 3. Trocknungsadapter und Transporttasche 4. Grob- und Feinersatzfilter 5. Einmal VENTIclick Atemluftanfeuchter, Art.-Nr. WM24365

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1031

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.10.3004

Bezeichnung **VIVO 30 mit Befeuchter HA01, Art.-Nrn. 202003 + 003530**

Hersteller BREAS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Beatmung bei respiratorischer Insuffizienz mit integriertem Befeuchter
Betriebsart:	CPAP, PSV, PCV
Einatemdruck (IPAP):	4 hPa bis 30 hPa (IPAP) sowie 2 hPa bis 30 hPa (EPAP)
Atemfrequenzbereich:	4 bis 40 1/min
Verhältnis I:E:	1:10 bis 10:1 einstellbar
Atemdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	< 30 dB(A) bei 10 hPa
Betriebsspannung:	100 bis 240 V; 50 bis 60 Hz 12,5 V / 24 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	max. 180 VA / 160 W
Maße BxHxT:	185 x 230 x 227 mm
Gewicht:	3,6 kg
Wartung:	Jährlich oder nach 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl.Geräteabdeckung Netzanschlussleitung und Bedienungsanleitung 2. Filter grau und weiß 3. Spezialtasche 4. Luftbefeuchter HA01 Art.-Nr. 003530

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1034

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.10.3 005

Bezeichnung **VIVO 40 mit Befeuchter HA01, Art.-Nrn. 201003 + 003530**

Hersteller BREAS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Beatmung bei respiratorischer Insuffizienz mit integriertem Befeuchter
Betriebsart:	CPAP, PSV, PCV
Einatemdruck (IPAP):	4 hPa bis 40 hPa (IPAP) sowie 2 hPa bis 40 hPa (EPAP)
Atemfrequenzbereich:	4 bis 40 1/min
Verhältnis I:E:	1:10 bis 10:1 einstellbar
Atemdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	< 30 dB(A) bei 10 hPa
Betriebsspannung:	100 bis 240 V; 50 bis 60 Hz 12,5 V / 24 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	max. 180 VA / 160 W
Maße BxHxT:	185 x 230 x 227 mm
Gewicht:	3,6 kg
Wartung:	Jährlich oder nach 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl.Geräteabdeckung Netzanschlussleitung und Bedienungsanleitung 2. Filter grau und weiß 3. Spezialtasche 4. Luftbefeuchter HA01, Art.-Nr. 003530
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1036

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.11.0002

Bezeichnung **BiPAP Harmony ST, Art.-Nr. 1000851**

Hersteller RESPIRONICS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz
Gewicht:	2,9 kg
Spannungsversorgung:	100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz bzw. 12 V Gleichspannung
Beatmungsdruckbereich:	IPAP 4 hPa bis 30 hPa EPAP 4 hPa bis 15 hPa
Betriebsart:	spontan / zeitgesteuert spontan zeitgesteuert CPAP
Wartung:	alle 12 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1009

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.11.0003

Bezeichnung **BiPAP Harmony 2, Art.-Nr. 1012823**

Hersteller RESPIRONICS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz
Betriebsart:	Bi-Level ST / CPAP / S
Beatmungsdruckbereich:	4 - 30 cm H2O
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	k.A.
Gewicht:	1,8 kg (ohne externes Netzteil)
Betriebsspannung:	100 V bis 240 V; 50 Hz / 60 Hz, 12 V bei Betrieb mit externem Gleichstromadapter
Leistungsaufnahme:	k.A.
Wartung:	Wartungsfrei
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl Netzteil und Anleitung 2. Patientenschlauch

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1025

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.11.0004

Bezeichnung **Smartair ST, Art.-Nr. 4095400**

Hersteller AIROX

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz
Betriebsart:	PCV / PSV / CPAP / PACV
Beatmungsdruckbereich:	4 - 30 mmbar
Beatmungsdruckanzeige:	> 30 dB(A) bei 200 mmbar
Gewicht:	2,7 kg
Betriebsspannung:	115/230 V, 50 Hz / 60 Hz,
Leistungsaufnahme:	100 W
Wartung:	Alle 12 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Netzteil und Bedienungsanleitung 2. Tragetasche Smartair M80060-21000 3. Beatmungsschlauch 1,8 m, spülmaschinenfest, mehrfach verwendbar, Art.-Nr. M81300-00

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1026

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.11.0005

Bezeichnung **BiPAP-Synchrony Ventilatory Support System mit AVAPS, Art.-Nr. 1010772**

Hersteller RESPIRONICS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät (BiPAP ST) zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz mit AVAPS-Funktion, d.h. auch die Atmungsfrequenz und das Atemzugvolumen sind individuell einstellbar.
Beatmungsfrequenz:	4 bis 30 Atemzüge/Minute (T-Modus), 0 bis 30 Atemzüge/Minute (PA und S/T-Modus)
Druckanstiegszeit:	0,1 bis 0,6 s
Beatmungsdruckbereich:	4 bis 30 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Steuerprinzip:	druckgesteuert
Gewicht:	2,7 kg
Stromversorgung:	230 V / 50 Hz bzw. 12 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	300 W
Lieferumfang:	Grundgerät, Art.-Nr. 1010772, incl. Patientenschlauch, Netzzuleitung und Gebrauchsanweisung

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1029

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.11.0006

Bezeichnung **VENTIlogic, Art.-Nr. WM 27000**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz mit TA-Funktion. Hierbei wird der Patient mit einem kontrollierten Modus beatmet, wobei sich das Gerät eigenständig an das Beatmungsmuster des Patienten anpasst.
Betriebsarten:	TA, S, ST, T, SX, SXX, CPAP
Einatemdruck:	iPAP 6 - 35 HPa
Ausatemdruck:	(EPAP) 4 - 20 HPA
Beatmungsfrequenz:	6 bis 45 1/min, Verhältnis I:E: 20 % bis 67 % der Atemperiode in 1 %-Schritten einstellbar
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 25 dB(A) bei 10 hPa
Betriebsspannung:	115/230 V, 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 50 W
Größe:	23 x 12,5 x 34 cm
Gewicht:	ca. 4,5 kg
Wartung:	24 Monate oder nach 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Netzanschlussleitung, Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1038

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.11.1002

Bezeichnung **Hélia S, Art.-Nr. 0402-0029**

Hersteller VITAL AIRE

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Beatmung im häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	bis 70 hPa
Beatmungsfrequenz:	5 1/min bis 40 1/min
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Beatmungsmodi:	PSV (+F) - druckunterstützte Beatmung mit oder ohne Minimalfrequenz, PCV/APCV - druckkontrollierte Beatmung / assestierte druckkontrollierte Beatmung (mit Trigger)
Gewicht:	7 kg
Leistungsaufnahme:	80 W
Stromversorgung:	Netz 230 V 50 Hz, 24 V - 29 V Gleichspannung
Akkubetrieb:	nur mit externem Akku
Wartung:	jährlich
Lieferumfang:	1. Grundgerät Art.-Nr. 0402-0029, ohne Zubehör 2. Mehrfach verwendbares Schlauchsystem, Art.-Nr. 0404-0261 (Erwachsene), 3 Monate verwendbar oder mehrfach verwendbares Schlauchsystem, Art.-Nr. 0404-0243 (Kinder), 3 Monate verwendbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1014

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.11.3002

Bezeichnung **VENTIlogic mit VENTIclick, Art.-Nr. WM 27020**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät mit integriertem Befeuchter zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz mit TA-Funktion. Hierbei wird der Patient mit einem kontrollierten Modus beatmet, wobei sich das Gerät eigenständig an das Beatmungsmuster des Patienten anpasst.
Betriebsarten:	TA, S, ST, T, SX, SXX, CPAP
Einatemdruck:	iPAP 6 - 35 HPa
Ausatemdruck:	(EPAP) 4 - 20 HPA
Beatmungsfrequenz:	6 bis 45 1/min, Verhältnis I:E: 20 % bis 67 % der Atemperiode in 1 %-Schritten einstellbar
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 25 dB(A) bei 10 hPa
Betriebsspannung:	115/230 V, 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 100 W
Größe:	23 x 12,5 x 34 cm
Gewicht:	ca. 5 kg
Wartung:	24 Monate oder nach 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Netzanschlussleitung, Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1039

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 12. 0 004
Bezeichnung	**EV 800 Heimbeatmungsgerät**
Hersteller	DRÄGER
Konstruktions-merkmale	Produkt wird nicht mehr hergestellt / vertrieben. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr. 14.24.09.0001

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.12.0005
Bezeichnung	**Duo Heimbeatmungsgerät**
Hersteller	-
Konstruktions-merkmale	Produkt wird nicht mehr hergestellt / vertrieben. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0002

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0006

Bezeichnung **PLV 100**

Hersteller LIFECARE

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Langzeitbeatmungsgerät (24 h) für den häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	10 hPa bis 100 hPa
Beatmungsflowbereich:	10 l/min bis 120 l/min
Triggerschwellenbereich:	- 6 hPa bis 3 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	analog
Steuerprinzip:	Volumendosierung kontrolliert und kontrolliert/assistiert oder SIMV
Gewicht:	12,8 kg
Stromversorgung:	Netz, 12 V/24 V Gleichspannung, integr. Akku für Notfälle
Lieferumfang:	Grundgerät (Art.-Nr. 347-30500) ohne Zubehör
Sonstiges:	- integr. Anzeigen für Flow, I:E Verhältnis, Atemfrequenz und Atemzugvolumen - diverse Alarmfunktionen

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Optionen: zusätzliche Alarmwächter, Rollstuhlanschluss/-hal-terung, Anfeuchter für Erwachsene/Kinder, Vernebler
Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0003

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0007

Bezeichnung **Duo optimo, Art.-Nr. 347-30500**

Hersteller HOYER MEDIZINTECHNIK

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Langzeitbeatmungsgerät (24 h) für den häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	15 hPa bis 90 hPa
Beatmungsflowbereich:	3 l/min bis 28 l/min
Triggerschwellenbereich:	0 hPa bis 10 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Gewicht:	23 kg
Stromversorgung:	Netz, 12 V Gleichspannung, integr. Akku für Notfälle
Lieferumfang:	Grundgerät (Art.-Nr. 347-30500) ohne Zubehör
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Optionen: beheizbarer Atemgasanfeuchter, Zumischung von Sauerstoff ist möglich.
Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0005

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0008

Bezeichnung **PV501, Art.-Nr. 150010**

Hersteller BREAS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Langzeitbeatmungsgerät (24 h) für den häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	5 hPa bis 50 hPa
Beatmungsflowbereich:	1 l/min bis 28 l/min
Triggerschwellenbereich:	- 4 hPa bis 3 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	analog
Steuerprinzip:	Volumendosierung, zeitgesteuert Volumenkonstant oder druckgesteuert
Gewicht:	9,8 kg
Stromversorgung:	Netz, 24 V Gleichspannung, integr. Akku für 3,5 h Betrieb
Lieferumfang:	Grundgerät (Art.-Nr. 150010) ohne Zubehör

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0006

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0009

Bezeichnung **Home 1, Art.-Nr. 045-61-000**

Hersteller STEPHAN

Konstruktions-merkmale

Gerätetyp:	Langzeitbeatmungsgerät (24 h) für den häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	0 hPa bis 60 hPa
Beatmungsflowbereich:	4 l/min bis 14 l/min
Triggerschwellenbereich:	- 0,25 hPa bis -20 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	bargraf
Steuerprinzip:	zeitgesteuert, volumenkonstant
Gewicht:	11 kg
Stromversorgung:	Netz, 12 V Gleichspannung, integr. Akku für 60 min Betrieb
Lieferumfang:	Grundgerät (Art.-Nr. 045-61-000) ohne Zubehör
Sonstiges:	- Batterie-Anschlußkabel - div. Filter - Feuchtigkeitsaustauscher - Monitoring mit Fehleranzeige in Klartext

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Eigentlicher Hersteller: BioMS, Frankreich
Optionen: beheizbarer Atemgasanfeuchter, externer Akkusatz, externe Sauerstoffzumischung
Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0007

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0010

Bezeichnung **EV 801, Art.-Nr. 8410640**

Hersteller DRÄGER

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Langzeitbeatmungsgerät (24 h) für den häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	bis 80 hPa
Beatmungsflowbereich:	1 l/min bis 28 l/min
Triggerschwellenbereich:	- 3 hPa bis 10 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	analog
Steuerprinzip:	Volumendosierung, zeitgesteuert, volumenkonstant oder druckgesteuert
Gewicht:	16,5 kg
Stromversorgung:	Netz, 12 V Gleichspannung, integr. Akku für 30 min Betrieb
Lieferumfang:	Grundgerät (Art.-Nr. 8410640) ohne Zubehör
Sonstiges:	integriertes Monitoring von Atemwegsdruck, Apnoe, elektrische Versorgung, unzulässige Geräteeinstellungen, Gerätefunktion
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Gerät baugleich mit Pos.Nr. 14.24.12.0013
Optionen: O2-Anreicherungsset, Anfeuchter, zusätzliche Monitoreinheiten
Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.
Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0008

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0011

Bezeichnung **Bear 33, Art.-Nr. 50000-00833**

Hersteller HEINEN + LÖWENSTEIN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Langzeitbeatmungsgerät (24 h) für den häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	10 hPa bis 85 hPa
Beatmungsflowbereich:	0,2 l/min bis 38 l/min
Triggerschwellenbereich:	- 9 hPa bis 19 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	analog
Steuerprinzip:	zeitgesteuert, volumengesteuert, druckgesteuert
Gewicht:	14,5 kg
Stromversorgung:	Netz, 12 V Gleichspannung, integr. Akku für 60 min Betrieb
Lieferumfang:	Grundgerät (Art.-Nr. 50000-00833) mit Patientenschlauchsatz (Art.-Nr. 08020)
Sonstiges:	integriertes Monitoring von Atemwegsdruck, Apnoe, elektrische Versorgung, unzulässige Geräteeinstellungen, Gerätefunktionen

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung
Option: Atemgasanfeuchter, Batteriekabel, Fernalarm
Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0009

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0012

Bezeichnung **PV401, Art.-Nr. 140012**

Hersteller BREAS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Langzeitbeatmungsgerät (24 h) für den häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	6 hPa bis 40 hPa
Beatmungsflowbereich:	2 l/min bis 50 l/min
Triggerschwellenbereich:	- 2 hPa bis 8 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	bargraf
Steuerprinzip:	druckgesteuert
Gewicht:	5,5 kg
Stromversorgung:	Netz, 24 V Gleichspannung, externer Akku für 12 h Betrieb
Lieferumfang:	Grundgerät (Art.-Nr. 140012) ohne Zubehör

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0010

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0013

Bezeichnung **LP 10, Art.-Nr. L-LP10-IG**

Hersteller NELLCOR GMBH

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Langzeitbeatmungsgerät (24 h) für den häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	bis 80 hPa
Beatmungsflowbereich:	1 l/min bis 28 l/min
Triggerschwellenbereich:	- 3 hPa bis 10 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	analog
Steuerprinzip:	Volumendosierung, zeitgesteuert, volumenkonstant oder druckgesteuert
Gewicht:	16,5 kg
Stromversorgung:	Netz, 12 V Gleichspannung, integr. Akku für 30 min Betrieb
Lieferumfang:	Grundgerät (Art.-Nr. L-LP10-IG) ohne Zubehör
Sonstiges:	integriertes Monitoring von Atemwegsdruck, Apnoe, elektrische Versorgung, unzulässige Geräteeinstellungen, Gerätefunktion

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Gerät baugleich mit Pos.Nr. 14.24.12.0010
Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0011

Optionen: O2-Anreicherungsset, Anfeuchter, zusätzliche Monitoreinheiten

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0014

Bezeichnung **Éole 3 + O2-Kit, Art.-Nr. 341-30700**

Hersteller HOYER MEDIZINTECHNIK

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Langzeitbeatmungsgerät (24 h) für den häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	10 hPa bis 80 hPa
Beatmungsflowbereich:	bis 26 l/min
Beatmungsfrequenz:	5 1/min bis 90 1/min
Triggerschwellenbereich:	0,3 hPa bis 2 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Beatmungsmodi:	CV, ACV, IPPB
Gewicht:	8,2 kg bzw. 8,9 kg (je nach Batterietyp)
Stromversorgung:	Netz, 10 V - 30 V Gleichspannung, integr. Akku für Notfälle
Akkubetrieb:	zwischen 3,5 und 6 Stunden mit integriertem Akku (je nach Typ)
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. 341-30700) ohne Zubehör 2. Mehrfach verwendbares Schlauchsystem (Art.Nr. 041-1620150) (mind. 3 Monate verwendbar)
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Optionen: Zumischung von Sauerstoff mit O2-Kit (Art.-Nr. 041-002625) möglich.
Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0012

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0015

Bezeichnung **Éole 3 xO, Art.-Nr. 341-30750**

Hersteller HOYER MEDIZINTECHNIK

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Langzeitbeatmungsgerät (24 h) für den häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	10 hPa bis 80 hPa
Beatmungsflowbereich:	bis 26 l/min
Beatmungsfrequenz:	5 1/min bis 90 1/min
Triggerschwellenbereich:	0,3 hPa bis 2 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Beatmungsmodi:	CV, ACV, IPPB, SIMV
Gewicht:	8,2 kg bzw. 8,9 kg (je nach Batterietyp)
Stromversorgung:	Netz, 10 V - 30 V Gleichspannung, integr. Akku für Notfälle
Akkubetrieb:	zwischen 3,5 und 6 Stunden mit integriertem Akku (je nach Typ)
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. 341-30750) ohne Zubehör 2. Mehrfach verwendbares Schlauchsystem (Art.Nr. 041-1620150) (mind. 3 Monate verwendbar)
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0013

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0016

Bezeichnung **Hélia, Art.-Nr. 341-30800**

Hersteller HOYER MEDIZINTECHNIK

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Langzeitbeatmungsgerät (24 h) für den häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	5 hPa bis 70 hPa
Beatmungsfrequenz:	5 1/min bis 40 1/min
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Beatmungsmodi:	PSV, PCV/APCV, IPPB, PS.Tv
Gewicht:	10 kg
Leistungsaufnahme:	200 W
Stromversorgung:	Netz, 24 V - 29 V Gleichspannung, integr. Akku für Notfälle
Akkubetrieb:	zwischen 3 und 6 Stunden mit integriertem Akku
Wartung:	jährlich
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. 341-30800) ohne Zubehör 2. Mehrfach verwendbares Schlauchsystem (Art.-Nr. 041-1620150) (mind. 3 Monate verwendbar)

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Optionen: Einschlauchsystem für Kinder, Art.-Nr. 041-1620130
Doppelschlauchsysteme, Art.-Nrn. 041-1620160 oder 041-162070
Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0014

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0017

Bezeichnung **Achieva Y-ACH-G**

Hersteller COVIDIEN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Langzeitbeatmungsgerät (24 h) für den häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	0 hPa bis 50 hPa
PEEP:	0 und 3 hPa bis 20 hPa
Triggerschwellenbereich:	1 hPa bis 15 hPa
Beatmungsflowbereich:	2 l/min bis 120 l/min
Beatmungsfrequenz:	ein Atemzug/min bis 80 Atemzüge/min
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Steuerprinzip:	Volumenkontrolliert mit Druckbegrenzungsmöglichkeit; SINV
Gewicht:	14,5 kg
Stromversorgung:	110 V - 240 V, 50 Hz bis 60 Hz 24 V Gleichspannung integr. Akku für Notfälle (4-5 Std.)
Wartung:	alle 5 Monate bzw. 6000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	Grundgerät (Art.-Nr. Y-ACH-G) ohne Zubehör
Eintrag am:	15.12.2007

Bemerkung

Optionen: Wiederverwendbares Patientenschlauchsystem Art.-Nr. L-6262-0, externes Batterieset Art.-Nr. L-CGVP24-E
Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0015

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0018

Bezeichnung **Achieva PS Y-ACH-PS-G**

Hersteller COVIDIEN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Langzeitbeatmungsgerät (24 h) für den häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	0 hPa bis 50 hPa
PEEP:	0 und 3 hPa bis 20 hPa
Triggerschwellenbereich:	1 hPa bis 15 hPa
Beatmungsflowbereich:	2 l/min bis 120 l/min
Beatmungsfrequenz:	ein Atemzug/min bis 80 Atemzüge/min
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Steuerprinzip:	Volumenkontrolliert mit Druckbegrenzungsmöglichkeit; SINV mit Druckunterstützung; Spontanatmung mit Druckunterstützung und mit CPAP
Gewicht:	14,5 kg
Stromversorgung:	110 V - 240 V, 50 Hz bis 60 Hz 24 V Gleichspannung integr. Akku für Notfälle (4-5 Std.)
Wartung:	alle 5 Monate bzw. 6000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	Grundgerät (Art.-Nr. Y-ACH-PS-G) ohne Zubehör
Sonstiges:	Interne O2-Mischung möglich

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Optionen: Wiederverwendbares Patientenschlauchsystem Art.-Nr. L-6262-0, externes Batterieset Art.-Nr. L-CGVP24-E
Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0016

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0019

Bezeichnung **PV 403 Art.-Nr. 143012-1**

Hersteller BREAS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur Beatmung im häuslichen Einsatz Beatmungsdruckbereich: bis 50 hPa EPAP 4 hPa bis 18 hPa
Beatmungsfrequenz:	4 1/min bis 40 1/min
Druckanzeige:	digital
Beatmungsmodi:	PSV, PCV, VCV, SIMV
Gewicht:	5,5 kg
Leistungsaufnahme:	keine Angabe
Stromversorgung:	Netz 230 V, 50 Hz 12 V/24 V Gleichspannung Akkubetrieb nur mit externem Akku Akku für Notbetrieb im Gerät integriert
Wartung:	jährlich
Lieferumfang:	- Grundgerät Art.-Nr. 143012-1 ohne Zubehör - mehrfach verwendbares Schlauchsystem, Art.-Nr. 000402 incl. Ausatemventil 22 mm mit PAP autoklavierbar
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0017

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0020

Bezeichnung **VS Ultra, Art.-Nrn. 0101-0033/0101-0034**

Hersteller SAIME

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur Beatmung im häuslichen Einsatz, Ausführung 0101-0034 mit Ventilblock und Ausführung 0101-0033 ohne Ventilblock (Ventilblock wird zum Betrieb mit Doppelschlauchsystem benötigt)
Beatmungsdruckbereich:	bis 90 hPa EPAP bis 20 hPa
Beatmungsfrequenz:	je nach Einstellungsmodus zwischen 0 und 60 l/min
Druckanzeige:	digital
Beatmungsmodi:	S/ST, A(PC), PSV (A)PCV, PS.Pv, (A)VCV
Größe:	135 mm x 204 mm x 285 mm
Gewicht:	3,5 kg
Leistungsaufnahme:	52 W
Stromversorgung:	Netz 230/100 V, 50 bis 60 Hz Wechselspannung 26 V +/- 10 % Gleichspannung Akkubetrieb mit internem Akku 24 V für zwei bis vier Stunden Akku für Notbetrieb im Gerät integriert
Wartung:	alle 6 Monate eine sicherheitstechnische Kontrolle, alle 12 Monate eine Wartung
Lieferumfang:	Grundgerät incl. Gerätetasche, interner Akku und O2-Anschluss, Art.-Nr. 0101-0033 oder Grundgerät mit Ventilblock für Doppelschlauchsystem incl. Tasche, interner Akku und O2-Anschluss, Art.-Nr. 0101-0034 sowie zusätzlich Schlauchsysteme in Kinder- und Erwachsenenausführung, jeweils als Standard- und Doppelschlauchsystem in verschiedenen Ausführungen

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0018

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0021

Bezeichnung **VS Integra Art.-Nr. 0101-0032**

Hersteller SAIME

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur Beatmung im häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	bis 50 hPa EPAP bis 20 hPa
Beatmungsfrequenz:	je nach Einstellungsmodus zwischen 0 und 50 l/min
Druckanzeige:	digital
Beatmungsmodi:	S/ST, A(PC), PSV (A)PCV,
Größe:	135 mm x 204 mm x 285 mm
Gewicht:	3,5 kg
Leistungsaufnahme:	52 W
Stromversorgung:	Netz 230/100 V, 50 bis 60 Hz Wechselspannung 26 V +/- 10 % Gleichspannung Akkubetrieb mit internem Akku 24 V für zwei bis vier Stunden Akku für Notbetrieb im Gerät integriert
Wartung:	alle 6 Monate eine sicherheitstechnische Kontrolle, alle 12 Monate eine Wartung
Lieferumfang:	Grundgerät incl. Gerätetasche, interner Akku und O2-Anschluss, Art.-Nr. 0101-0032 sowie zusätzlich Schlauchsysteme in Kinder- und Erwachsenenausführung, jeweils als Standard- und Doppelschlauchsystem in verschiedenen Ausführungen

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0019

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0022

Bezeichnung **Easy Vent 5000, Art.-Nr. I-000X/2002**

Hersteller MEDIZIN & SERVICE

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur Beatmung im häuslichen Einsatz auf Modulbasis zur Kurzzeit-, Langzeit- und Dauerbeatmung
Beatmungsdruckbereich:	bis 70 hPa
Beatmungsfrequenz:	zwischen 6 und 40 Atemzüge pro Minute
Beatmungsflow:	zwischen 1 bis 100 l/min I:E-Verhältnis 1:5 bis 5:1, einstellbares Atemzugvolumen, 40 ml bis 300 ml PEEP von 1 hPa bis 20 hPa
Druckanzeige:	digital
Beatmungsmodi:	kontrollierte und assistierte Beatmung, volumen- und druckkontrolliert intermittierende Beatmung (S-IMV) Durch spezielle Software können Sonderbeatmungsformen individuell konfiguriert werden.
Größe:	198 mm x 356 mm x 288 mm
Gewicht:	10,5 kg
Leistungsaufnahme:	40 bis 72 W, max. 150 VA
Stromversorgung:	110 V bis 230 V, 50 bis 60 Hz Wechselspannung oder 12 bis 24 V Gleichspannung Akkubetrieb mit internem Akku für ca. eine Stunde 24 V
Wartung:	alle 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	Grundgerät incl. Transporttasche, interner Akku Patientenschlauchsystem, Art.-Nr. KT.09-000324 Je 2 x Grobpartikelabtropf- und Bakterienfilter 4 Feinpartikelfilter

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0020

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0023

Bezeichnung **Twinair Beatmungsgerät, Art.-Nr. M84600-00**

Hersteller AIROX

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur Beatmung im häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	bis 40 hPa
Beatmungsfrequenz:	6 und 40 Atemzüge pro Minute
Druckanzeige:	digital
Beatmungsmodi:	druckunterstützte Beatmung APCMV druckkontrollierte Beatmung PCMV volumenkontrollierte Beatmung CMV synchronisierte intermittierende Beatmung SIMV
Größe:	300 mm x 340 mm x 280 mm
Gewicht:	9,5 kg
Leistungsaufnahme:	max. 150 W
Stromversorgung:	115 / 230 V +/- 10 %, 50 / 60 Hz Wechselspannung oder 24 V +/- 2,5 V Gleichspannung
Wartung:	mind. 1 x jährlich Lieferumfang: 1 x Geräteanschlussleitung 1 x Sauerstoffanreicherungsadapter 1 x Gebrauchsanweisung 1 x Grundgerät Einfachschlauchsystem Twinair mit Adapter, Art.-Nr. M80060-02100
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Produkt kann mit einem Atemzugvolumenmesset ausgerüstet werden und trägt dann die Art.-Nr. M84610-00 unter der Bezeichnung Twinair Plus.
Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0021

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0024

Bezeichnung **Legendair Beatmungsgerät, Art.-Nr. M84000-00**

Hersteller AIROX

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur Beatmung im häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	bis 40 hPa
Beatmungsfrequenz:	4 und 60 Atemzüge pro Minute
Druckanzeige:	digital
Beatmungsmodi:	druckunterstützte Beatmung PSV/PSVST-Modus druckkontrollierte Beatmung PCV/PACV volumenkontrollierte Beatmung CV/ACV synchronisierte intermittierende Beatmung SIMV
Größe:	315 mm x 235 mm x 154 mm
Gewicht:	4,5 kg
Leistungsaufnahme:	max. 90 W
Stromversorgung:	115 / 230 V +/- 10 %, 50 / 60 Hz Wechselspannung oder 24 V +/- 2,5 V Gleichspannung
Wartung:	mind. 1 x jährlich Lieferumfang: 1 x Grundgerät 1 x Einfachschlauchsystem 1 x Geräteanschlussleitung 1 x Tragetasche 1 x 6er-Pack Gummifilter 1 x Gebrauchsanweisung incl. Medizinproduktebuch

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Produkt kann mit einem Atemzugvolumenmessset ausgerüstet werden und trägt dann die Art.-Nr. M84000-01 unter der Bezeichnung Legendair Plus.
Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0022

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0025

Bezeichnung **Carina Home, Art.-Nr. 570 31 00**

Hersteller DRÄGER HOMECARE

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden und dauernden Beatmung im häuslichen Einsatz
Betriebsart:	CPAP, PSV, PCV,(Assist), PCV-PR (Assist), integrierter PEEP von 3 bis 20 mbar
Triggerempfindlichkeit:	einstellbar
Beatmungsdruckbereich:	5 - 50 mbar
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Gewicht:	4,8 kg
Größe:	385 x 175 x 275 mm
Betriebsspannung:	100 - 240 V, 50 - 60 Hz oder 12 - 24 V Gleichspannung, integrierte Batterie für mind. 2-stündigen Betrieb
Wartung:	alle 12 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Netzteil und Bedienungsanleitung sowie internem Akku 2. Wiederverwendbares Schlauchsystem 2 m, Art.-Nr. 25703875 3. Ausatemventil Art.-Nr. 5730003
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Gerät wurde bis 31.12.2005 unter dem Namen Camena mit ein-geschränktem Funktionsumfang gefertigt.
Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0024

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0026

Bezeichnung **CARAT II, Typ 9 LV201, Art.-Nr. 00004002**

Hersteller HOFFRICHTER

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden und dauernden Beatmung im häuslichen Einsatz. Gerät ist für den Betrieb in einem Ein- bzw. Zweischlauchsystem vorgesehen.
Betriebsart:	PCV, PSV, SINV, VCV
Triggerempfindlichkeit:	einstellbar
Beatmungsdruckbereich:	4 - 50 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Gewicht:	6,4 kg
Größe:	310 x 320 x 160 mm
Betriebsspannung:	100 - 250 V, 50 - 60 Hz oder 24 V Gleichspannung, integrierte Gelakkus für mind. 6-stündigen Betrieb
Wartung:	alle 6 Monate
Lieferumfang:	1. Beatmungsgerät incl. Netzkabel, Schaltnetzteil und Bedienungsanleitung sowie internem Akku 2. Wiederverwendbares Zweischlauchsystem 3. Adapter für Steuerschlauch 4. Ersatzfilterkassette sowie Ersatzgrob- und -feinfilter 5. Transporttasche

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0026

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0027

Bezeichnung **Elisée 150, Art.-Nr. 0101-0150**

Hersteller SAIME

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Turbinengetriebenes druck- und volumenkontrolliertes Beatmungsgerät für die Beatmung von Erwachsenen und Kindern. Das Gerät kann wahlweise mit einem Doppelschlauchsystem oder einem Einschlauchsystem mit Expirationsventil verwendet werden. Für die Therapie von beatmungsabhängigen Patienten mit einem Einschlauchsystem ist gemäß Herstellerangaben über ein zusätzliches CO2-Monitoring oder eine expiratorische Volumenüberwachung erforderlich.
Betriebsart:	VAC, APCV, PSV, PC.Tv, SINV, PSIMV
Triggerempfindlichkeit:	einstellbar
Beatmungsdruckbereich:	abhängig von der Betriebsart max. 60 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Gewicht:	4,2 kg
Größe:	130 x 290 x 250 mm
Betriebsspannung:	100 - 230 V, 50 - 60 Hz oder 12 - 28 V Gleichspannung, integrierter NiMH-Akku für ca. 5 bis 7 Stunden Betriebszeit, externer Akku anschließbar
Wartung:	alle 12 Monate oder 10.000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät Eliseé incl. Netzteil und Netzkabel 2. 20 Staubfilter 3. Sauerstoff-Niederdruckadapter 4. Externer Akku mit Anschlusskabel 5. Ventilblock-Doppelschlauchsystem 6. Ventilblock-Einschlauchsystem 7. Schlauchsystem 8. Transporttasche

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0027

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.0028

Bezeichnung **CARAT I, Typ 9 LV101, Art.-Nr. 00004001**

Hersteller HOFFRICHTER

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden und dauernden Beatmung im häuslichen Einsatz. Gerät ist für den Betrieb in einem Einschlauchsystem vorgesehen.
Betriebsart:	PCV, PSV, SINV, VCV
Triggerempfindlichkeit:	einstellbar
Beatmungsdruckbereich:	4 - 50 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Gewicht:	6,4 kg
Größe:	310 x 320 x 160 mm
Betriebsspannung:	100 - 250 V, 50 - 60 Hz oder 24 V Gleichspannung, integrierte Gelakkus für mind. 6-stündigen Betrieb
Wartung:	alle 6 Monate
Lieferumfang:	1. Beatmungsgerät incl. Netzkabel, Schaltnetzteil und Bedienungsanleitung sowie internem Akku 2. Wiederverwendbares Einschlauchsystem 3. Adapter für Steuerschlauch 4. Ersatzfilterkassette sowie Ersatzgrob- und -feinfilter 5. Transporttasche
Eintrag am:	15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0025

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.12.1003

Bezeichnung **Smartair Plus, Art.-Nr. 80120-00**

Hersteller AIROX

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden und dauernden Beatmung im häuslichen Einsatz
Betriebsart:	PCV / PSV S / PSV ST
Beatmungsdruckbereich:	4 - 30 mbar
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Gewicht:	3,2 kg
Betriebsspannung:	115/230 V, 50 Hz / 60 Hz oder 24 V Gleichspannung,
Leistungsaufnahme:	max. 90 W
Wartung:	alle 12 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Netzteil und Bedienungsanleitung sowie internem Akku 2. Lufteinlassfilter, 5er Pack 3. Tragetasche 4. Patientenschlauchsystem mit Ausatemventil, spülmaschinenfest, Art.-Nr. M80060-11600
Sonstiges:	Gerät verfügt über die Möglichkeit, ein Zielatemvolumen (PAfTV-Funktion) einzustellen. Hierbei wird automatisch die Druckunterstützung den Patientenbedürfnissen angepasst und dem Patienten mit dem voreingestellten Ziel-Tidalvolumen zu versorgen.
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.0023

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.14.0005

Bezeichnung **ClevAir Modul FIO2, Art.-Nr. M86100-01700**

Hersteller MPV

Konstruktions-merkmale

Gerätetyp:
Ergänzungsmodul für ClevAir Grundmodul, Pos.-Nr. 14.24.15.1002, in Verbindung mit Modul 14.24.15.8002 oder 14.24.15.9002

Ergänzungsmodul für Clevair-Beatmungsgeräte:
Clev Air S - Pos.Nr. 14.24.10.2002
Clev Air - Pos.Nr. 14.24.11.2002
Clev Air Plus - Pos.Nr. 14.24.12.0002
Clev Air Plus Auto - Pos.Nr. 14.24.12.1002

Verwendungszweck gemäß Herstellerangabe:
Mit Hilfe des FiO2-Moduls werden die o.g. Beatmungsgeräte um eine Möglichkeit der Überwachung des Sauerstoffgehaltes in der zugeführten Atemluft ergänzt. Das Modul wird in die vor-handene Hardware integriert und ist dann mit dem Alarm- und Gerätemanagement des Grundgerätes verbunden. Über die Mess-zelle kann Niederflow-Sauerstoff aus einem Konzentrator oder Flüssiggasbehältersystem dem Atemgas zugemischt werden.

Lieferumfang: 1. Adapter zum Anschluss von Niederflow-Sauerstoff
2. Sauerstoffmesszelle
3. Softwareerweiterung

Sonstiges: Eine Kombination mit weiteren Modulen ist möglich
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Indikationsbereiche:
Es gelten die jeweiligen Indikationen des Grundmoduls, (siehe 14.24.15.1002) bzw. der Clevair-Beatmungsgeräte.

Das Produkt dient der Sauerstoffüberwachung bei Patienten die während der Beatmung neben der Umgebungsluft mit 21%-Sauerstoffanteil zusätzlichen Sauerstoff benötigen (siehe Indikationsbereiche der jeweiligen Produktart des verord-neten Sauerstoffgerätes).

Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.16.0002
Bezeichnung	**SOMNOmask, Art.-Nrn. WM 25110, 25120 und 25130**
Hersteller	WEINMANN
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensystem für Systeme zur Schlafapnoebehandlung. Art.-Nrn.: WM 25110 (Größe S), WM 25120 (Größe M), WM 25130 (Größe L), WM 25100 (größe XS) Lieferumfang: 1. Maskenkörper farblos transparent bzw. blau transparent, in entsprechender Größe (Art.-Nr. WM 25112 bzw. WM 25122 bzw. WM 25132 bzw. WM 25102) 2. Maskenwulst in entsprechender Größe (Art.-Nr. WM 25111 bzw. WM 25121 bzw. WM 25131 bzw. WM 25101) 3. Winkelanschluss, Art.-Nr. WM 25145 4. Stirnpolster, farblos transparent oder blau transparent, Art.Nr. WM 25152 5. Verschlusskappe, Art.-Nr. WM 25165 Zubehör: 1. Ausatemsystem, Schalldämpfer (WM 23685) oder Silentflow (WM 23600) 2. eine Kopfhaube in entsprechender Größe (Art.-Nrn. WM 23120, WM 23182, WM 23175, WM 23686 und WM 23687) oder eine Kopfbänderung (Art.-Nr. WM 23180) Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5002

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 0 003
Bezeichnung	**JOYCE NV, Art.-Nrn. WM 26160, WM 26170, WM 26180**
Hersteller	WEINMANN
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasenmaskensystem für Systeme zur Schlafapnoe-Behandlung und Heimbeatmung, zur Behandlung mit Drücken bis 30 hPa. Art.-Nr.: WM 26160, WM 26170, WM 26180 Lieferumfang: Maskengrundsystem incl. Kopfbänderung Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr. 14.24.07.5029

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 0 004
Bezeichnung	**JOYCE NV 40 hPa, Art.-Nrn. WM 26161, WM 26171, WM 26181**
Hersteller	WEINMANN
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasenmaskensystem für Systeme zur Schlafapnoe-Behandlung und Heimbeatmung, zur Behandlung mit Drücken bis 40 hPa. Art.-Nr.: WM 26161, WM 26171, WM 26181 Lieferumfang: Maskengrundsystem incl. Kopfbänderung Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5030

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 1 003
Bezeichnung	**YARA NV 40 hPa**
Hersteller	WEINMANN
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Mund-Nasenmaskensystem für Systeme zur Schlafapnoe-Behandlung und Heimbeatmung in den Größen S, M und L für einen Beatmungsdruck bis 40 hPa. Das Produkt verfügt nicht über ein Ausatemventil und darf nur an Beat-mungsggeräte mit aktivem Ausatemventil genutzt werden. Art.-Nr.: WM 26461, WM 26471, WM 26481 Lieferumfang: Maskengrundsystem incl. Kopfbänderung Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5033

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 2 003
Bezeichnung	**Mirage Atemmaske, Art.-Nrn. 16518 und 16519**
Hersteller	RESMED
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensystem für Systeme zur Schlafapnoebehandlung, komplett. Art.-Nrn.: 16518 (Größe Standard) 16519 (Größe Large/groß) Lieferumfang: 1. Maskengestell komplett mit verstellbaren Ausleger und Stirnbauteil, Art.-Nr. 16505 2. Maskeneinsatz Standard, Art.-Nr. 16520 oder Groß Art.-Nr. 16521 3. Kopfband, Art.-Nr. 16508 4. Anschlussschlauch, kurz, Art.-Nr. 16503 5. Verschlusskappe, Art.-Nr. 16511 6. Stirnpolster komplett, Art.-Nr. 16513 7. 2 x Luftauslass, Art.-Nr. 16509 8. Haltearm, Art.-Nr. R165-705 Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Optionen: - Zusätzliches Stabilisierungsband bei schlechtem Maskensitz, Art.-Nr. 16527 - Verlängerungsstück (16 mm) bei zu tief sitzendem Stirnpolster, Art.-Nr. 16528 Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5001

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.16.2004
Bezeichnung	**Ultra Mirage Atemmaske, Art.-Nrn. 16545, 16546, 16547**
Hersteller	RESMED
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensystem für Systeme zur Schlafapnoebehandlung, komplett. Art.-Nrn.: 16545 (Größe: Standard) 16546 (Größe: groß) 16547 (Größe: flach) Lieferumfang: 1. Maskengestell komplett mit verstellbaren Ausleger und Stirnbauteil, Art.-Nr. 16562 2. Maskeneinsatz Größe "Standard" Art.-Nr. 16556, Größe "Groß" Art.-Nr. 16557, Größe "Flach" Art.-Nr. 16558 3. Kopfband, Art.-Nr. 16564 4. Stirnpolster (zwei Stück), Art.-Nr. 16561 5. Drehadapter, Art.-Nr. 16565 Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5004

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 2 005
Bezeichnung	**Serenity Silikonmaske, Art.-Nrn. 9352D und 9352S**
Hersteller	SUNRISE MEDICAL
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensystem für Systeme zur Schlafapnoebehandlung, komplett. Art.-Nrn.: 9352D (Größe Medium) 9352S (Größe Klein) Lieferumfang: 1. Maskengestell komplett mit verstellbarem Ausleger und Stirnbauteil (Art.-Nrn. 9352D-612 sowie 9352D-011) 2. Stirnauflagepads, Art.-Nr. 9352D-604 3. Maskenpolster in medium oder small (Art.-Nr. 9352D-601 oder 9352S-601) 4. Kopfgurt, Art.-Nr. 9352D-019 incl. Schnell-verschluss Art.-Nr. 300-202 Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5006

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.16.2006
Bezeichnung	**SOMNOplus, Art.-Nrn. WM 25710, 25720 und 25730**
Hersteller	WEINMANN
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensystem für Systeme zur Schlafapnoebehandlung. Art.-Nrn.: WM 25710 (Größe S), WM 25720 (Größe M), WM 25730 (Größe L) Lieferumfang: 1. Maskenkörper farblos transparent in entsprechender Größe (Art.-Nr. WM 25112 bzw. WM 25122 bzw. WM 25132) 2. Maskenwulst in entsprechender Größe (Art.-Nr. WM 25111 bzw. WM 25121 bzw. WM 25131) 3. Ausatemanschluss, Art.-Nr. WM 25705 4. Stirnstütze, farblos transparent, Art.Nr. WM 25180 5. Verschlusskappe, Art.-Nr. WM 25165 6. Kopfbefestigung SOMNOstrep blau, Art.-Nr. WM 23695 Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5007

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 2 007
Bezeichnung	**ComfortSelect Nasalmask, Art.-Nrn. 1008462, 1008463, 1008464**
Hersteller	RESPIRONICS
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensysteme für Schlafapnoege-räte der Fa. Respironics. Art.-Nrn.: 1008462 (mittel), 1008463 (klein), 1008464 (klein, breit) Lieferumfang: 1. Maskenkörper farblos transparent in entsprechender Größe 2. ComfortSelect Kissen in entsprechenden Größen, Art.-Nrn. 1007936, 1007935, 1007937 3. ComfortSelect Stirnpolster, Art.-Nr. 1007938 oder ComfortSelect einteiliges Silikonstirnkissen, Art.-Nr. 1011543 4. Deluxe Maskenhalterung, Art.-Nr. 1002801 5. Gekrümmtes Ausatemstück incl. Montagezubehör Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5008

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 2 008
Bezeichnung	**Papillon-Maske, Art.-Nrn. 632053 und 632054**
Hersteller	MAP
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensysteme für Schlafapnoege-räte Art.-Nrn.: 632053 (Größe 1) und 632054 (Größe 2) Lieferumfang: 1. Maskenrahmen, Art.-Nr. 632033 2. Maskenkissen Größe 1 bzw. 2, Art.-Nrn. 632031 bzw. 632032 3. Dreiteiliges Anschlusssystem Art.-Nr. 632034 4. Stirnpolster für Papillon-Maske, Art.-Nr. 632035 5. AeroFix II Kopfband incl. Schnellver-schluss und Gebrauchsanweisung, Art.-Nr. 632027 Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5009

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 2 009
Bezeichnung	**Samba Nasalmaske mit Kopfriemen, Art.-Nrn. 1015691, 1015693, 1015694**
Hersteller	HEINEN + LÖWENSTEIN
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensysteme für Schlafapnoege-räte der Fa. Respironics. Art.-Nrn.: 1015691 (klein), 1015693 (mittel), 1015694 (klein, breit) Lieferumfang: 1. Maskenkörper farblos transparent in entsprechender Größe 2. Samba Kissen in entsprechenden Größen, Art.-Nrn. 1007936, 1007935, 1007937 3. Samba Stirnpolster, Art.-Nr. 1007938 oder Samba einteiliges Silikonstirnkissen, Art.-Nr. 10111543 4. Samba Haltering, Art.-Nr. 1008814 5. Gekrümmtes Ausatemstück, Art.-Nr. 1004395, incl. Montagezubehör Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5010

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 2 010
Bezeichnung	**ComfortGel Nasalmaske**
Hersteller	RESPIRONICS
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensysteme für CPAP- und BiLevel-Geräte in zwei Ausführungen, mit oder ohne Atemven-til. Art.-Nrn.: 1009044 sehr klein, mit Ausatemventil 1009045 klein, mit Ausatemventil 1009046 mittel, mit Ausatemventil 1009047 groß, mit Ausatemventil 1010642 sehr klein, ohne Ausatemventil 1010643 klein,ohne Ausatemventil 1010644 mittel, ohne Ausatemventil 1010645 groß, ohne Ausatemventil Lieferumfang: 1. Maskenkörper farblos transparent in entsprechender Größe 2. Gelkissen in entsprechenden Größen, Art.-Nrn. 1009048 bis 1009051, bläulich eingefärbt 3. Silikon-Stirnpolster, Art.-Nr. 1009722 4. Maskenhalterung in entsprechender Größe, Maskendrehgelenk, Drehgelenkclips, Diffisionsausatemstück (nur bei Masken mit Ausatemventil), Stützbügel der Stirnstütze sowie Silikonklappe in entsprechender Größe 5. Kopfbänderung Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5011

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.16.2 011
Bezeichnung	**FlexAire Art.-Nr. 9353D**
Hersteller	SUNRISE MEDICAL
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensysteme für CPAP-, selbst-justierende CPAP und BiLevel-CPAP-Geräte zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe. Art.-Nrn.: 9353D Lieferumfang: 1. Maskengrundsystem incl. aufpumpbare Masken-polster mit integrierter Maskenpolsterpumpe 2. Stirnpolster, Stirnauflage, spezielle Kopf-bänderung sowie optionaler Schlauchgurt für Überkopfführung Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5012

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 2 012
Bezeichnung	**Mirage Activa Atemmaske, Art.-Nrn. 60103, 60104, 60105**
Hersteller	RESMED
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensystem für Systeme zur Schlafapnoebehandlung, komplett. Art.-Nrn.: 60103 (Größe: Standard) 60104 (Größe: groß) 60105 (Größe: flach) Lieferumfang: 1. Maskengestell komplett mit Stirnbauteil, Art.-Nr. 60122 2. Maskeneinsatz Größe "Standard" Art.-Nr. 60117, Größe "Groß" Art.-Nr. 60118, Größe "Flach" Art.-Nr. 60119 3. Kopfband, Art.-Nr. 60114 4. Stirnpolster, Art.-Nr. 60123 5. Drehadapter, Art.-Nr. 60014 Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5014

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 2 013
Bezeichnung	**Mirage Vista Maskensystem, Art.-Nrn.60003 und 60004**
Hersteller	RESMED
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensystem für Systeme zur Schlafapnoebehandlung, komplett. Art.-Nrn.: 60003 (Größe Standard) 60004 (Größe Tief) Lieferumfang: 1. Maskenhalter Art.-Nr.60924 2. Maskeneinsatz in 60921 oder 60922 3. 2-Punkt Kopfband, Art.-Nr. 60919 Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5016

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 2 014
Bezeichnung	**FlexSet, Art.Nr. 9354G**
Hersteller	SUNRISE MEDICAL
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasen-Maskensysteme für CPAP-, selbst-justierende CPAP und BiLevel-CPAP-Geräte zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe. Art.-Nrn.: 9354G Lieferumfang: 1. Maskengrundsystem incl. Gelmaskenpolster 2. Stirnpolster, Stirnauflage, spezielle Kopf-bänderung sowie optionaler Schlauchgurt für Überkopfführung Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5019

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.16.2 015
Bezeichnung	**Aclaim 2, Art.-Nr. HC401U (Single)**
Hersteller	FISHER & PAYKEL
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasenmaskensystem für Schlafapnoe-Therapiesysteme zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe. Art.-Nr.: HC401U (Singel) Lieferumfang: 1 x Maske mittel/groß mit Kopfband 1 x Silikonaufsatz mittel/klein 4 x Ersatz-Ausatemluft-Verteilerpads 1 x Ersatz-Ausatemluft-Verteilerhalterung Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5021

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 2 016
Bezeichnung	**Nasenmaske HC405, Art.-Nr. HC405U (Single)**
Hersteller	FISHER & PAYKEL
Konstruktionsmerkmale	Mehrfach verwendbares Nasenmaskensystem für Schlafapnoe-Therapiesysteme zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe. Art.-Nr.: HC405U (Singel) Lieferumfang: 1 x Maske mittel/groß mit Kopfband 1 x Silikonaufsatz mittel/klein 4 x Ersatz-Ausatemluft-Verteilerpads 1 x Ersatz-Ausatemluft-Verteilerhalterung Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5022

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 2 017
Bezeichnung	**Silent Papillon Maske, Art.-Nrn. 632063, 632064**
Hersteller	MAP
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasenmaskensystem für Systeme zur Schlafapnoe-Behandlung. Art.-Nr.: 632063 (Standard), 632064 (Large) Lieferumfang: 1. Maskenrahmen komplett incl. Maskenkissen 2. Stirnpolster incl. Stirnstütze 3. Ausatemsystem 4. Aerofix Plus und Aerofix Zwo Kopfbänderung incl. Klettverschlüsse Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5024

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 2 018
Bezeichnung	**HC407, Art.-Nr. HC407U (Single)**
Hersteller	FISHER & PAYKEL
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasenmaskensystem für Systeme zur Schlafapnoe-Behandlung. Art.-Nr.: HC407U (Single) Lieferumfang: 1. Maske mit Kopfband 2. Adapter Sauerstoff/Druckluft Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5026

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 2 019
Bezeichnung	**JOYCE, Art.-Nrn. WM 26110, WM 26120, WM 26130**
Hersteller	WEINMANN
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasenmaskensystem für Systeme zur Schlafapnoe-Behandlung, zur Behandlung mit Drücken bis 30 hPa. Art.-Nr.: WM 26110, WM 26120, WM 26130 Lieferumfang: Maskengrundsystem incl. Kopfbänderung und Ausatemventil Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5027

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 2 020
Bezeichnung	**JOYCE 40 hPa, Art.-Nrn. WM 26111, WM 26121, WM 26131**
Hersteller	WEINMANN
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasenmaskensystem für Systeme zur Schlafapnoe-Behandlung, zur Behandlung mit Drücken bis 40 hPa. Art.-Nr.: WM 26111, WM 26121, WM 26131 Lieferumfang: Maskengrundsystem incl. Kopfbänderung und Ausatemventil Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5028

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.16.3 003
Bezeichnung	**ComfortLite Nasal Mask**
Hersteller	RESPIRONICS
Konstruktions-merkmale	Bei der ComfortLite handelt es sich um eine reine Nasenmaske mit sehr kleinen Maskengrößen bzw. Nasenkanülen. Die Maske kann für den Einsatz im Rahmen einer Schlafapnoetherapie ge-nutzt werden. Die ComfortLite besteht aus einem speziellen Tragegestell, einem luftzuführenden Schlauch und einem Na-senadapter, welche dem Patienten die Atemluft ohne die Mas-kenauflage im Gesicht zuführt. Art.-Nrn.: 1014946 (Maske Combo mit Halterung - 4, 5, S, N) 1014947 (Maske Combo mit Halterung - 5, 6, M, L) 1014948 (Maske mit Halterung, direkt anliegen-des Polster, 4, 5, 6) 1014949 (Maske mit Halterung, einfaches Pol-ster - S, M, L) O.g. Artikelnummern immer incl. Maskenhalte-rung, Stirnband, anpassbarem Hinterkopfband und Scheitelband sowie verschiedenen Nasenver-bindungspolstern) Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5019

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 3 004
Bezeichnung	**ComfortCurve, Art.-Nr. 1019191**
Hersteller	RESPIRONICS
Konstruktions-merkmale	Es handelt sich um eine reine Nasenmaske, welche für den Einsatz im Rahmen einer Schlafapnoetherapie genutzt werden kann. Das Produkt besteht aus einem speziellen Tragegestell, einem luftzuführenden Schlauch und einem speziellen Silikon-kissen, welche dem Patienten die Atemluft direkt zur Nase zuführen. Eine Kopfbänderung sowie ein zusätzlicher Atem-schlauch sind im Lieferumfang enthalten. Ebenso im Liefer-umfang enthalten sind immer die Silikonkissen der Größen S, M und L. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5020

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.16.3 005
Bezeichnung	**Mirage Swift Nasenpolstersystem, Art.-Nr. 60506**
Hersteller	RESMED
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasenmaskensystem zur Schlafapnoe-Be-handlung. Art.-Nr.: 60506 Lieferumfang: 1. Maskehalter incl. Clipp und Kappe, Art.-Nr. 60527 2. Kopfband, Art.-Nr. 60526 3. Schlauch incl. Drehadapter und Halter sowie alle erforderlichen Anschlüsse 4. Transport und Aufbewahrungstasche Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5023

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 3 006
Bezeichnung	**Mirage Swift II Nasenpolstersystem, Art.-Nr. 60513**
Hersteller	RESMED
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Nasenmaskensystem zur Schlafapnoe-Be-handlung. Art.-Nr.: 60513 Lieferumfang: 1. Maskehalter incl. Clipp und Kappe, Art.-Nr. 60536 2. Kopfband, Art.-Nr. 60526 3. Schlauch incl. Drehadapter und Halter sowie alle erforderlichen Anschlüsse 4. Transport und Aufbewahrungstasche Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5034

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 3 007
Bezeichnung	**ComfortFusion Mask**
Hersteller	RESPIRONICS
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Maskensystem zum Anschluss an CPAP- oder Bilevel-Geräte zur Schlafapnoebehandlung. In den An-schluss ist ein Ausatemventil integriert, so dass keine se-parate Ausatemvorrichtung benötigt wird. Art.-Nr.: 1040768, 1040769, 1040770, 1040836, 1042205, 1042206 Lieferumfang: 1. Maskengrundsystem inklusive Stirnstütze 2. Integriertes Ausatemventil 3. Maskenpolster in Größe M und/oder S 4. Kopfband (Version 1040768 - 1040770) Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.16.4 002
Bezeichnung	**Nasal-Aire II**
Hersteller	MODERN MEDICAL
Konstruktions-merkmale	Bei der Nasal-Aire II handelt es sich um eine nasalappli-zierbare Kanülenmaske, die für den Einsatz im Rahmen einer Schlafapnoetherapie genutzt werden kann. Sie besteht aus einem weichen, aus 100 % Silikon, auswechselbaren Nasenstück mit Atemdurchlässen und einem ebenfalls einem weichen Sili-konschlauch, einer Kopfhalterung und Nackenband. Diese wer-den mittels Haltevorrichtung über die Ohren geführt. Die zwei Schlauchenden werden am Hals entlang nach vorne auf die Brust geführt und mit einem Y-Adapter verbunden. Die Unter-seite des Y-Adapters befindet sich ein steifer Durchlass für die Verbindung der Nasal-Aire II Maske zum Überdruck-Thera-piegerät. Durch die verschiedenen Ausführungen (Durchmesser) des Nasenstückes wird eine gute Abdichtung im Bereich der Nasenlöcher erreicht. Art.-Nrn.: XL306 Größe X-Large LG305 Größe Large MP304 Größe Medium Plus PM303 Größe Medium SM302 Größe Small XS301 Größe X-Small Lieferumfang: 1. Schlauchsystem 2. Nasenkanülen in entsprechender Größe 3. Kopfhalterung und Nackenband 4. Y-Adapter Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5017

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.16.6005
Bezeichnung	**Mirage FullFace Maskensystem, Art.-Nrn. 16601 und 16603**
Hersteller	RESMED
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Mund-Nasen-Maskensystem für Systeme zur Schlafapnoebehandlung, komplett. Art.-Nrn.: 16601 (Größe S) 16602 (Größe M) 16603 (Größe L) Lieferumfang: 1. Maskenhalter Größen S, M oder L, komplett mit Sicherheitsventil, Art.-Nrn. 16607 bis 16609 2. Maskeneinsatz Größen S, M oder L, Art.-Nrn. 16604 bis 16606 3. Kopfband, Art.-Nrn. 16614 mit Schnellöff-nungsgriff Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5003

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.16.6 006
Bezeichnung	**ComfortFull FaceMask, Art.-Nrn. 1004881 (S), 1004873 (M), 1004951 (L)**
Hersteller	RESPIRONICS
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Mund-Nasen-Maskensystem zur Verwendung bei Erwachsenen (> 30 kg) als Anschluss an CPAP- und BiLe-vel-Geräte. Die Maske bedeckt Nase und Mund. Ein Ausatemven-til ist in die Maske integriert und eignet sich nicht für lebenserhaltende Beatmung. Art.-Nrn.: 1004881 klein, 1004873 mittel, 1004951 groß Lieferumfang: Maskenhalterung incl. Comfort-Headgear, Art.-Nr. 1014334, Stirnstütze und Polster, Art.-Nr. 1018401, Belüftungsventil Drehgelenk, Art.-Nr. 1004871 Kugelgelenkclips für Maskenhalterung, 2er-Packung, Art.-Nr. 1009723 Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5013

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 6 015
Bezeichnung	**Ultra Mirage FullFace Maskensystem, Art.-Nrn. 60610 bis 60615**
Hersteller	RESMED
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Mund-Nasen-Maskensystem für Systeme zur Schlafapnoebehandlung, komplett. Art.-Nrn.: 60610 (Größe S Standard) 60611 (Größe S shallow) 60612 (Größe M Standard) 60613 (Größe M shallow) 60614 (Größe L Standard) 60615 (Größe L shallow) Lieferumfang: 1. Maskenhalter Größen S, M oder L und auch jeweils in Shallow, komplett, Art.-Nr. 16604 bis 16606 und 16671 bis 16673 2. Maskenhalter in S, M, L, Art.-Nrn. 60670 bis 60672 3. Kopfband, Art.-Nr. inkl. Clips 60674 Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5016

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.16.6 016
Bezeichnung	**HC431, Art.-Nr. HC431U (Single)**
Hersteller	FISHER & PAYKEL
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbare Mund-Nasenmaske für Systeme zur Schlaf-apnoe-Behandlung. Art.-Nr.: HC431U (Single) Lieferumfang: 1. Maske mit Kopfband 2. Silikonaufsatz Standard 3. Silikonaufsatz Small (klein) 4. Adapter Sauerstoff/Druckluft Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5025

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 6 017
Bezeichnung	**YARA**
Hersteller	WEINMANN
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Mund-Nasenmaskensystem für Systeme zur Schlafapnoe-Behandlung und Heimbeatmung in den Größen S, M und L Art.-Nr.: WM 26410, WM 26420, WM 26430 Lieferumfang: Maskengrundsystem incl. Kopfbänderung Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.5031

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14. 24. 16. 6 018
Bezeichnung	**YARA 40 hPa**
Hersteller	WEINMANN
Konstruktions-merkmale	Mehrfach verwendbares Mund-Nasenmaskensystem für Systeme zur Schlafapnoe-Behandlung und Heimbeatmung in den Größen S, M und L für einen Beatmungsdruck bis 40 hPa Art.-Nr.: WM 26411, WM 26421, WM 26431 Lieferumfang: Maskengrundsystem incl. Kopfbänderung
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.17.1002

Bezeichnung **HumiCare 200, Art.-Nr. 000292**

Hersteller GRÜNDLER

Konstruktions-merkmale

HumiCare ist ein aktiver Atemgasbefeuchter für Beatmungsge-räte. Das von einem Beatmungsgerät zugeführte Gasgemisch wird über einen Verbindungsschlauch in die Befeuchterkammer des Atemgasbefeuchters eingeleitet und dort mittels tempo-riertem Wasser erwärmt und befeuchtet. Über einen beheizten Inspirationsschlauch wird das warme und feuchte Atemgas an-schließend vom Ausgang der Befeuchterkammer zum Patienten geleitet. Durch aktive Flüssigkeitsumwälzung wird eine Ver-größerung der Wasser-/Gaskontaktfläche erreicht. Die Befeuchtungsleistung ist bei einer Temperatur von 25°C bis 39°C (einstellbar, wird konstant gehalten) weitgehend vom aktuellen Gasfluss unabhängig Befeuchtungsleistung. Überhitzung des Atemgases sind somit ausgeschlossen, In- und Expirationsschlauch sind beheizt zur Vermeidung von Kondensatbildung. Gemäß Herstellerangabe ist das Produkt kombinierbar mit Beatmungsgeräten, welche über einen 22 mm Schlauchkonnektor verfügen. Nähere Angaben zu technischen Ausführungen finden sich in der Gebrauchsanweisung. In jedem Fall sind aber die Angaben des Herstellers des Beatmungsge-rätes zu beachten. Das Gerät ist zur Verwendung mit einem 2-Schlauch-System ausgestattet.

Technische Daten:

Abmessung:	160 x 310 x 210 mm
Gewicht:	ca. 3,6 kg unbefüllt
Energieversorgung:	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	300 W
max. zulässiger Betriebsbereich für Dauerflow:	im Intubationsmodus 60 l/min im Maskenmodus bis 100 l/min im benutzerdefinierten Modus bis 25 l/min
Anfeuchterleistung:	im Intubationsmodus < 33 mmg/l und > 44 mmg/l im Maskenmodus < 10 mmg/ und > 34 mmg/l im benutzerdefinierten Modus < 10 mmg/l und > 48 mmg/l
Betriebsgeräusch:	> 50 dB
Lieferumfang:	1 x Zentraleinheit H200 230 V/50 Hz. autoklavierbare Befeuchterkammer C200M Inspirationsschlauch I200M (beheizt und autoklavierbar) 1 x Expirationsschlauch E200M (beheizt und autoklavierbar) 1 x Verbindungsschlauch V200M (unbeheizt und autoklavierbar) Länderkitt H200D, Schokustecker Gerätepapiere in deutscher Sprache

Geändert am: 15.08.2007
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.4001

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.17.1 003

Bezeichnung **HumiCare 200, Art.-Nr. 000302**

Hersteller GRÜNDLER

Konstruktions-merkmale

HumiCare ist ein aktiver Atemgasbefeuchter für Beatmungsge-räte. Das von einem Beatmungsgerät zugeführte Gasgemisch wird über einen Verbindungsschlauch in die Befeuchterkammer des Atemgasbefeuchters eingeleitet und dort mittels tempo-riertem Wasser erwärmt und befeuchtet. Über einen beheizten Inspirationsschlauch wird das warme und feuchte Atemgas an-schließend vom Ausgang der Befeuchterkammer zum Patienten geleitet. Durch aktive Flüssigkeitsumwälzung wird eine Ver-größerung der Wasser-/Gaskontaktfläche erreicht und somit Wassertemperatur und für max. 39°C ausreichend für eine gute vom aktuellen Gasfluss unabhängige Befeuchtungsleistung. Überhitzung des Atemgases sind somit ausgeschlossen, In- und Expirationsschlauch sind beheizt zur Vermeidung von Kondensatbildung. Gemäß Herstellerangabe ist das Produkt kombinierbar mit Beatmungsgeräten, welche über einen 21 mm Schlauchkonnektor verfügen. Nähere Angaben zu technischen Ausführungen finden sich in der Gebrauchsanweisung. In jedem
Fall sind aber die Angaben des Herstellers des Beatmungsge-rätes zu beachten. Das Gerät ist zur Verwendung mit einem 1-Schlauch-System ausgestattet.

Technische Daten:

Abmessung:	160 x 310 x 210 mm
Gewicht:	ca. 3,6 kg unbefüllt
Energieversorgung:	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	300 W
max. zulässiger Betriebsbereich für Dauerflow:	im Intubationsmodus 60 l/min im Maskenmodus bis 100 l/min im benutzerdefinierten Modus bis 25 l/min
Anfeuchterleistung:	im Intubationsmodus < 33 mmg/l und > 44 mmg/l im Maskenmodus < 10 mmg/ und > 34 mmg/l im benutzerdefinierten Modus < 10 mmg/l und > 48 mmg/l
Betriebsgeräusch:	> 50 dB
Lieferumfang:	1 x Zentraleinheit H200 230 V/50 Hz. autoklavierbare Befeuchterkammer C200M Inspirationsschlauch I200M (beheizt und autoklavierbar) 1 x Verbindungsschlauch V200M (unbeheizt und autoklavierbar) Länderkitt H200D, Schokustecker Gerätepapiere in deutscher Sprache

Geändert am: 15.08.2007
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.4002

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.17.2005

Bezeichnung **Luftbefeuchter für minni Max nCPAP-Geräte, 163481,163482,163483,163485,163486**

Hersteller MAP

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Integrierbarer Luftbefeuchter für minni Max nCPAP-Geräte der Fa. MAP
Gewicht:	620 g
Leistungsaufnahme:	30 W
Befeuchterleistung:	93 % relative Feuchtigkeit bei 23°C Umgebungstemperatur und 60 % +/- 15 % R.H. bei 10 hPa, 50 l/m und max. Befeuchterleistung
Lieferumfang:	Doppelkammerbefeuchter mit Reinigungsbürste, Verriegelungsstiften und Gebrauchsanweisung

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7001

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.17.2 006

Bezeichnung **Somnowave**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Warmluftbefeuchter für nCPAP-Geräte in verschiedenen Ausführungen (sh. Artikelnummern)
Art.-Nrn.:	WM 23055 (für alle cPAP- und BiPAP-Geräte geeignet) WM 23040 für Somnotron 2/3 WM 23045 für Somnotron 4 WM 23030 für Somnotron 4 WM 23050 für Somnosmart WM 23035 für Somnosmart
Gewicht:	ca. 0,95 kg
Größe:	155 mm x 140 mm x 200 mm
Leistungsaufnahme:	70 W an 230 V
Füllmenge:	max. 300 ml
max. zul. Betriebsdruck:	30 HPa
max. zul. Flow:	200 l/min.
max. Maskentemperatur:	37°C
Druckabfall:	bei einem Flow von 50 l/min = 0,12 hPa, 100 l/min = 0,46 hPa, 150 l/min = 0,94 hPa
Wartung:	keine
Lieferumfang:	1. Somnowave Grundgerät (Art.-Nr. WM 23005 2. Befeuchterkammer montiert, Art.-Nr. WM 23390 3. Schlauchsystem u. Halterung (nicht bei Somnowave Universal, Art.-Nr. WM 23055)
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7002

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.17.2007

Bezeichnung **Atemluftanfeuchter Resp: H2O, Art.-Nr. 5730059**

Hersteller DRÄGER HOMECARE

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Warmluftbefeuchter für nCPAP-Gerät Typ Respicare
Gewicht:	ca. 0,95 kg
Größe:	155 mm x 140 mm x 200 mm
Leistungsaufnahme:	70 W an 230 V
Füllmenge:	max. 300 ml
max. zul. Betriebsdruck:	30 HPa
max. zul. Flow:	200 l/min.
max. Maskentemperatur:	37°C
Druckabfall:	bei einem Flow von 50 l/min = 0,12 hPa, 100 l/min = 0,46 hPa, 150 l/min = 0,94 hPa
Wartung:	keine
Lieferumfang:	1. Grundgerät Art.-Nr. 5730031 2. Befeuchterkammer Art.-Nr. 5730051 3. Schlauchsystem incl. Atemschlauch, Adapter, Druckmeßleitung, Tülle und Anschlußschlauch 4. Schlauchhalter 5. Ausatemventil E-Vent H

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.
Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7003

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.17.2008

Bezeichnung **Sullivan HumidAire**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Warmluftbefeuchter für nCPAP-Geräte, BiLevel und Auto-CPAP-Systemen
Gewicht:	ca. 2,3 kg
Größe:	95 mm x 230 mm x 325 mm
Leistungsaufnahme:	180 W an 230 V
Füllmenge:	max. 600 ml
Wartung:	keine
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Bedienungsanleitung 2. kurzer Atemschlauch

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7004

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.17.2009
Bezeichnung	**REMstar heizbarer Befeuchter, Art.-Nr. 1005792**
Hersteller	RESPIRONICS
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Warmluftbefeuchter für nCPAP-Geräte der Fa. Respironics Gewicht: ca. 0,84 kg Größe: 33 cm x 16,5 cm x 5,4 cm Leistungsaufnahme: k.A. Füllmenge: max. 400 ml Wartung: keine Temperaturregelung: zwischen 40°C bis 65°C Heizplatten-Temperatur Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Bedienungsanleitung 2. Befeuchterkammer (wiederverwendbar) Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7006

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.17.2 010
Bezeichnung	**Warmluftbefeuchter HA 50, Art.-Nr. 001555**
Hersteller	BREAS
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Warmluftbefeuchter für nCPAP-Geräte Gewicht: ca. 0,9 kg Größe: 150 mm x 175 mm x 170 mm Leistungsaufnahme: 140 W Füllmenge: max. 500 ml Wartung: einmal jährlich Lieferumfang: 1. Grundgerät HA 50 incl. Bedienungsanleitung 2. Mehrfachbefeuchterkammer 3. Atemschlauch Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7007

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.17.2 011

Bezeichnung **SOMNOclick, Art.-Nr. WM 24030**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Integrierbarer Warmluftbefeuchter für nCPAP-Geräte, Art.-Nr. WM 24030 ergänzen SOMNOcomfort bzw. SOMNOvent
Gewicht:	ca. 0,19 kg
Größe:	8,5 cm x 10 cm x 14 cm
Leistungsaufnahme:	15 W an 230 V
Füllmenge:	max. 200 ml
max. zul. Betriebsdruck:	30 hPa
max. zul. Flow:	180 l/min
max. Maskentemperatur:	36°C
Druckabfall:	bei einem Flow von 50 l/min = 0,5 hPa 100 l/min = 2,2 hPa 150 l/min = 5 hPa
Wartung:	keine
Lieferumfang:	SOMNOclick Grundgerät, Art.-Nr. WM 24185 incl. Gehäuseober- und -unterteil, Dichtungen, Heizstab und Gebrauchsanweisung
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7008

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.17.2012
Bezeichnung	**H2 Heizbarer Befeuchter, Art.-Nr. 1007603**
Hersteller	RESPIRONICS
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Warmluftbefeuchter für nCPAP-Geräte der Fa. Respironics Gewicht: ca. 750 g Größe: 14 cm x 17 cm x 13 cm Leistungsaufnahme: max. 140 W an 230 V Füllmenge: max. 400 ml Wartung: keine Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Bedienungsanleitung 2. erforderliches Atemschlauchsystem Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.17.2013
Bezeichnung	**Warmluftanfeuchter 9300, Art.-Nr. 9300 SE-Kit**
Hersteller	SUNRISE MEDICAL
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Warmluftbefeuchter für nCPAP-Geräte der Fa. Sunrise Medical (DeVilbis) Gewicht: ca. 910 g Größe: 4,6 cm x 20,3 cm x 36,1 cm Leistungsaufnahme: max. 85 W an 230 V Füllmenge: k.A. Wartung: keine Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Bedienungsanleitung 2. erforderliches Atemschlauchsystem Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7010

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.17.2014
Bezeichnung	**Atemluftbefeuchter Sirius, Art.-Nr. 800-0001**
Hersteller	HEINEN + LÖWENSTEIN
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Warmluftbefeuchter für nCPAP-Geräte Gewicht: ca. 1,5 kg Größe: 230 x 68 x 365 mm Leistungsaufnahme: ca. 110 W an 230 V Füllmenge: max. 500 ml Volumenstrom durch Wasserbehälter: max. 60 ml/min Temperaturein stellung: von 25°C bis 50°C Wartung: keine Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Bedienungsanleitung und Netzkabel 2. erforderliches Atemschlauchsystem Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7011

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.17.2 015
Bezeichnung	**Salina 8 CP 901, Art.-Nr. 00002004**
Hersteller	HEINEN + LÖWENSTEIN
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Warmluftbefeuchter für Atemtherapiegeräte Viva, Prisma BiLevel und Melody Bi-Level ST 20 der Fa. Heinen & Löwenstein Gewicht: ca. 350 g Größe: 130 x 140 x 115 mm Leistungsaufnahme: 0 - 20 W Füllmenge: max. 250 ml Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Bedienungsanleitung 2. Befeuchterkammer Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7013

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.17.2 016
Bezeichnung	**AquaTrend III-H5 Typ 5CP961, Art.-Nr. 00007890**
Hersteller	HOFFRICHTER
Konstruktionsmerkmale	Gerätetyp: Warmluftbefeuchter für Atemtherapiegeräte Trend und Calypso der Fa. Hoffrichter Gewicht: ca. 290 g Größe: 100 x 109 x 157 mm Leistungsaufnahme: 0 - 20 W Füllmenge: max. 200 ml Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Bedienungsanleitung 2. Befeuchterkammer Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7014

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.17.2017

Bezeichnung **HumidAire 2i, Art.-Nr. 30903**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Warmluftanfeuchter für Atemtherapiegeräte der Fa. Resmed, hier VPAP III Geräteserie und Autoset CS2
Gewicht:	ca. 900 g
Größe:	121 mm x 183 mm x 218 mm
Leistungsaufnahme:	max. 120 W
Füllmenge:	k.A.
Lieferumfang:	Andockstation und Befeuchterkammer Bedienungsanleitung

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7015

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.17.2 018
Bezeichnung	**AquaDROP Typ 8CP981, Art.-Nr. 0202-0023**
Hersteller	VITAL AIRE
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Warmluftbefeuchter für Atemtherapiegeräte Vector II der Fa. VitalAire Gewicht: ca. 290 g Größe: 100 x 109 x 157 mm Leistungsaufnahme: 0 - 20 W Füllmenge: max. 200 ml Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Bedienungsanleitung 2. Befeuchterkammer Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7016

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.17.2019

Bezeichnung **SOMNOclick 300, Art.-Nr. WM 24375**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Integrierbarer Warmluftbefeuchter für nCPAP-Geräte der Fa. Weinmann
Gewicht:	ca. 0,22 kg
Größe:	8,5 cm x 12 cm x 155 cm
Stromversorgung:	durch nCAP-Gerät
Leistungsaufnahme:	15 W
Füllmenge:	max. 300 ml
max. zul. Betriebsdruck:	30 hPa
max. zul. Flow:	180 l/min
max. Maskentemperatur:	36°C
Druckabfall:	bei einem Flow von 50 l/min = 0,5 hPa 100 l/min = 1,9 hPa 150 l/min = 4,1 hPa
Wartung:	keine
Lieferumfang:	SOMNOclick Grundgerät, incl. Gehäuse-ober- und -unterteil, Dichtungen, Heizstab und Gebrauchsanweisung

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7017

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.17.2020

Bezeichnung **Samoa Befeuchter 900-0010**

Hersteller HEINEN + LÖWENSTEIN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Integrierbarer Warmluftbefeuchter für nCPAP-Gerät Samoa der Fa. Heinen + Löwenstein
Gewicht:	ca. 0,6 kg
Größe:	ca. 9 cm x 14,7 cm x 19,8 cm
Stromversorgung:	durch nCAP-Gerät
Leistungsaufnahme:	k.A.
Wartung:	keine
Lieferumfang:	Grundgerät und Gebrauchsanweisung

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7018

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.17.2021

Bezeichnung **HumidAire3i, Art.-Nr. 33911**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Warmluftanfeuchter für Atemtherapiegeräte der Fa. Resmed, hier S8-Spirit-Geräteserie
Gewicht:	ca. 700 g
Größe:	118 x 170 x 212 mm
Leistungsaufnahme:	max. 140 W
Füllmenge:	k.A.
Lieferumfang:	1. Andockstation und Befeuchterkammer 2. Bedienungsanleitung 3. Verschlusshilfe zur Reinigung

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7019

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.17.2022

Bezeichnung **GoodKnight H20, Art.-Nr. M-114600 EU**

Hersteller COVIDIEN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Warmluftanfeuchter für Atemtherapiegeräte der Fa. Covidien
Gewicht:	ca. 800 g
Größe:	170 x 95 x 280 mm
Leistungsaufnahme:	k.A.
Füllmenge:	350 ml
Lieferumfang:	Steuereinheit, Netzanschlusskabel, Befeuchterkammer (wiederverwendbar), Anschlussadapter

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7020

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.17.2023

Bezeichnung **SOMNOaqua, Art.-Nr. WM 24403**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Warmluftbefeuchter für nCPAP-Geräte vom Typ SOMNOcomfort der Fa. Weinmann
Gewicht:	ca. 300 g
Größe:	10 x 14 x 12,1 cm
Leistungsaufnahme:	k.A.
Füllmenge:	max. 350 ml
Wartung:	alle 5000 Betriebsstunden oder alle 2 Jahre
Lieferumfang:	1 x Grundgerät SOMNOaqua, bestehend aus Gehäuseunterteil WM 24412 und Gehäuseoberteil WM 24411 Heizstab WM 24264 incl. Einfüllstopfendichtung und Reinigungsstopfen

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7022

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.17.2024
Bezeichnung	**M Series heizbarer Befeuchter, Art.-Nr. 1022256**
Hersteller	RESPIRONICS
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Warmluftbefeuchter für nCPAP-Geräte der Fa. Respironics (M Series) Gewicht: ca. 1 kg Größe: 31,7 x 16,5 x 5,4 cm Füllmenge: ca. 325 ml Wartung: keine Lieferumfang: Grundgerät incl. Bedienungsanleitung Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7023

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.17.2025
Bezeichnung	**Beheizbarer Luftbefeuchter der M-Serie, Art.-Nr. 1036933**
Hersteller	HEINEN + LÖWENSTEIN
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Warmluftbefeuchter für nCPAP-Geräte der Fa. Heinen+Löwenstein (M Series) Gewicht: ca. 1 kg Größe: 31,7 x 16,5 x 5,4 cm Füllmenge: ca. 325 ml Wartung: keine Lieferumfang: Grundgerät incl. Bedienungsanleitung Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7024

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.17.2026

Bezeichnung **HC014M Umbau-Kit**

Hersteller FISHER & PAYKEL

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Warmluftbefeuchter für nCPAP-Gerät HC236AUU der Fa. Fisher & Paykel
Gewicht:	ca. 200 g
Wartung:	keine
Lieferumfang:	1. 1 x Befeuchterkammer HC355, wiederverwendbar 2. 1 x Montagematerial 3. 1 x Bedienungsanleitung für den HC238

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7025

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.17.2027
Bezeichnung	**Aquila, Art.-Nrn. 441240, 441241**
Hersteller	VIASYS
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Warmluftbefeuchter für nCPAP-Geräte der Fa. VIASYS Healthcare GmbH Gewicht: ca. 300 g Wartung: keine Lieferumfang: 1. 1 x Befeuchterkammer, wiederverwendbar 2. 1 x Heizplatte 3. Bedienungsanleitung Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7026

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.17.3002

Bezeichnung **HC 100 AGU/W mit Befeuchterkammer HC 300**

Hersteller FISHER & PAYKEL

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Warmluftbefeuchter für nCPAP- und Beatmungsgeräte
Gewicht:	ca. 0,8 kg
Größe:	6,5 cm x 13,5 cm x 15 cm
Leistungsaufnahme:	92 W
Füllmenge:	max. 500 ml
Wartung:	keine
Temperaturregelung:	zwischen 47°C bis 65°C Heizplatten-Temperatur
Lieferumfang:	1. Grundgerät HC 100 incl. Bedienungsanleitung 2. Befeuchterkammer HC 300 3. Atemschlauch incl. Adapterstück

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7005

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.17.3 003

Bezeichnung **HC 150 AUU/W mit Befeuchterkammer HC 300**

Hersteller FISHER & PAYKEL

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Warmluftbefeuchter für nCPAP- und Beatmungsgeräte
Gewicht:	ca. 0,7 kg
Größe:	5,4 cm x 13,2 cm x 14,6 cm
Leistungsaufnahme:	92 W
Füllmenge:	max. 500 ml
Wartung:	keine
Temperaturregelung:	zwischen 30°C bis 65°C Heizplatten-Temperatur
Lieferumfang:	1. Grundgerät HC 150 incl. Bedienungsanleitung 2. Befeuchterkammer HC 300 3. Atemschlauch incl. 2 x Adapterstück

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7012

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.17.3 004
Bezeichnung	**Luftbefeuchter HA01, Art.-Nr. 003530**
Hersteller	BREAS
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Warmluftanfeuchter für Atemtherapie- und Beatmungsgeräte der Fa. BREAS (iSleep und Vivo) Gewicht: 255 g Größe: 140 x 120 x 60 mm Leistungsaufnahme: k.A. Füllmenge: ca. 350 ml Lieferumfang: komplette Befeuchtereinheit Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.7021

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.20.0005
Bezeichnung	**Max II, Art.-Nrn. 163411 bis 163414**
Hersteller	MAP
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät Beatmungsdruckbereich: 4 hPa bis 18 hPa Beatmungsdruckanzeige: digital Betriebsgeräusch: max. 35 dB(A) Gewicht: 4,0 kg Wartung: alle 12 Monate bzw. 4000 Betriebs-stunden Lieferumfang: 1. Grundgerät mit Netzkabel und Be-dienungsanleitung 2. Atemschlauch, Art.-Nr. 631624 3. Ersatzfilter Sonstiges: - Betrieb an 12 V/24 V Gleichspannung möglich - Start-Stopp Automatik über Maske - Einschlaframpe 0 - 45 min Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0011

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.0006

Bezeichnung **Somnotron 4, Art.-Nr. WM 23910**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 18,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 28,2 dB(A)bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 3 kg
Wartung:	alle 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. WM 23910) mit Netzkabel (Art.-Nr. WM 13421) und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsystem WM 23830
Sonstiges:	- Möglichkeit der Zuschaltung eines verzögerten Druckaufbaus in den ersten 30 Minuten (Startrampe) - integrierter Therapiekalender zur Therapiekontrolle
Eintrag am:	15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.14.0029

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.0007

Bezeichnung **Vector 7 CP 101, Art.-Nr. 00007100**

Hersteller HOFFRICHTER

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	3,0 hPa bis 18,0 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 5 kg
Leistungsaufnahme:	25 W Betrieb / 5 W Standby
Wartung:	alle 12 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. 00007100) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch Art.-Nr. 00007116 (AEROtube) 3. 2 Grobstaubfilter, 3 Feinstaubfilter (Wechselintervall nicht vorgegeben, auswaschbar)
Sonstiges:	Einschlafhilfe (60 min) zuschaltbar
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Produkt kann zum Bilevel-Gerät aufgerüstet werden.
Produkt wird nicht mehr hergestellt / vertrieben.
Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0032

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.0008

Bezeichnung **minni Max nCPAP, Art.-Nrn. 163471, 163472, 163473, 163475, 163476, 163673**

Hersteller MAP

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4 hPa bis 18 hPa
Druckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	< 30 dB(A)
Leistungsaufnahme:	28 W
Gewicht:	2,3 kg
Wartung:	keine erforderlich
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit den Art.-Nrn. 163471, 163472, 153473, 163475, 163476 mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem, 1,8 m
Sonstiges:	Gerät kann mit integriertem Kalt- und Warmluftbefeuchter nachgerüstet werden

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.97.0034

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.20.0009
Bezeichnung	**RespiCare nCPAP, Art.-Nr. 5730000**
Hersteller	DRÄGER HOMECARE
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 18,0 hPa Beatmungsdruckanzeige: digital Betriebsgeräusch: ca. 28,2 dB(A)bei 10 hPa Gewicht: ca. 3 kg Wartung: alle 5000 Betriebsstunden oder alle zwei Jahre Lieferumfang: 1. Grundgerät (Art.-Nr. 5730046) mit Netzkabel (Art.-Nr. 5730042) und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsystem Art.-Nr. 5730054 3. Serviceset Art.-Nr. 5730053 4. Ausatemventil E-Vent N, Art.-Nr. 8413825 Sonstiges: - Möglichkeit der Zuschaltung eines verzögerten Druckaufbaus in den ersten 30 Minuten (Startrampe) - integrierter Therapiekalender zur Therapiekontrolle Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Produkt baugleich mit dem Produkt auf der Pos.-Nr. 14.24.07.0029 Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben. Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0035

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.20.0010
Bezeichnung	**CPAP S6, Art.-Nr. 21115**
Hersteller	RESMED
Konstruktionsmerkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät Beatmungsdruckbereich: 4 hPa bis 18 hPa Druckanzeige: bargraph Betriebsgeräusch: < 29 dB(A) bei 10 hPa Gewicht: 1,78 kg Wartung: alle 2 Jahre Lieferumfang: 1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung, Art.-Nr. 21115 2. Schlauchsystem Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0036

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.0011

Bezeichnung **Rumeditec good night RGN 01, Art.-Nr. 110000000**

Hersteller RUMEDITEC

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 16,0 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 22 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 6,1 kg
Leistungsaufnahme:	max. 80 W Betrieb
Wartung:	alle 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. 110000000) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsystem Art.-Nr. 120000500 3. Ersatzfilter, 10 Stück, Art.-Nr. 115200014
Sonstiges:	Einschlafhilfe zuschaltbar
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0037

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.0012

Bezeichnung **PV 100, Art.-Nr. 100012**

Hersteller BREAS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4 hPa bis 16 hPa
Betriebsgeräusch:	< 30 dB (A)
Gewicht:	2,4 kg
Leistungsaufnahme:	keine Angabe
Wartung:	alle 12 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsystem
Sonstiges:	Einschlafhilfe zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Zum Auslesen der Therapiestunden wird ein herkömmlicher Win-dows-PC benötigt, welcher mit einer optional erhältlichen Software und einem speziellen Datentransferkabel ausgerüstet
sein muss. Da sich der Bakterienfilter im Ansaugteil des Gerätes befindet, sollte bei einem geplanten Wiedereinsatz des Produktes ein weiterer Bakterienfilter am Luftauslass integriert werden.
Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0040

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.0013

Bezeichnung **SOMNOcomfort Art.-Nr. WM 24000**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 18,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 23 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 3,4 kg
Wartung:	alle 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. WM 24010) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsystem WM 24130
Sonstiges:	- Möglichkeit der Zuschaltung eines verzögerten Druckaufbaus in den ersten 30 Minuten (Startrampe) - integrierter Therapiekalender zur Therapiekontrolle

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0041

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.0014

Bezeichnung **Vector 7 CP 102**

Hersteller HOFFRICHTER

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	3,0 hPa bis 18,0 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 5 kg
Leistungsaufnahme:	25 W Betrieb / 5 W Standby
Wartung:	alle 12 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. 00007100) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch Art.-Nr. 00007116 (AEROtube) 3. 2 Grobstaubfilter, 3 Feinstaubfilter (Wechselintervall nicht vorgegeben, auswaschbar)
Sonstiges:	Einschlafhilfe (60 min) zuschaltbar
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Produkt kann zum Bilevel-Gerät aufgerüstet werden.
Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0043

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.20.0015
Bezeichnung	**Sansibar Modell 2000 Art.-Nrn. PR101600 und 171600**
Hersteller	HEINEN + LÖWENSTEIN
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät Beatmungsdruckbereich: 4 hPa bis 18 hPa Beatmungsdruckanzeige: digital Betriebsgeräusch: max. 30 dB(A) Gewicht: 2,4 kg Wartung: alle 12 Monate bzw. 4000 Betriebs-stunden Lieferumfang: Grundgerät mit Netzkabel und Bedie-nungsanleitung Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0044

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.20.0016
Bezeichnung	**Phoenix CPAP-System Art.-Nr. 1005659**
Hersteller	HEINEN + LÖWENSTEIN
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät Beatmungsdruckbereich: 4 hPa bis 20 hPa Beatmungsdruckanzeige: digital Betriebsgeräusch: max. > 29 dB(A) bei 10 hPa Gewicht: 1,8 kg Wartung: Das Gerät muß nicht regelmäßig gewartet werden Lieferumfang: Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung sowie Schlauchsystem Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0045

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.0017

Bezeichnung **Somnia CPAP-System Art.-Nr. 1005659**

Hersteller ANAMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4 hPa bis 20 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	max. > 29 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	1,8 kg
Wartung:	Das Gerät muß nicht regelmäßig gewartet werden
Lieferumfang:	Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung sowie Schlauchsystem

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Das Produkt ist baugleich mit dem Produkt Phoenix CPAP-System der Fa. Heinen & Löwenstein, gelistet unter der Pos.-Nr. 14.24.20.0016
Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0046

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.0018

Bezeichnung **RemStar Nova CPAP-System Art.-Nr. 1005659**

Hersteller RESPIRONICS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4 hPa bis 20 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	max. > 29 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	1,8 kg
Wartung:	Das Gerät muss nicht regelmäßig gewartet werden
Lieferumfang:	Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung sowie Schlauchsystem

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Das Produkt ist baugleich mit dem Produkt Phoenix CPAP-System der Fa. Heinen & Löwenstein, gelistet unter der Pos.-Nr. 14.24.20.0016
Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0047

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.20.0019
Bezeichnung	**Good Knight 420 S Art.-Nr. M-113913-DE**
Hersteller	COVIDIEN
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät Beatmungsdruckbereich: 4 hPa bis 20 hPa Beatmungsdruckanzeige: digital Betriebsgeräusch: ca. 25 dB(A) bei 10 hPa Gewicht: 760 g Wartung: einmal jährlich Lieferumfang: Grundgerät mit Netzkabel und Bedie- nungsanleitung sowie Schlauchsystem Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0048

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.0020

Bezeichnung **Trend 200 5 CP 201, Art.-Nr. 00007820**

Hersteller HOFFRICHTER

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	3,0 hPa bis 18,0 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,5 kg
Leistungsaufnahme:	22 W Betrieb / 2,5 W Standby
Wartung:	alle 24 Monate bzw. 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. 00007820) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch 3. zwei Filterkassetten 4. Ersatzsicherungen
Sonstiges:	Einschlafhilfe (60 min) zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.
Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0049

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.20.0021
Bezeichnung	**Horizon 9001 Standard, Art.-Nr. 9001SE-Kit**
Hersteller	SUNRISE MEDICAL
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät Beatmungsdruckbereich: 3,0 hPa bis 20,0 hPa Gewicht: ca. 1,7 kg Leistungsaufnahme: 65 W Betrieb Wartung: alle 12 Monate Lieferumfang: 1. Grundgerät Modell 9001 mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch, mehrfach verwendbar Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0051

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.20.0022
Bezeichnung	**RemStar C-Flex CPAP-System, Art.-Nr. 1012257**
Hersteller	RESPIRONICS
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät Beatmungsdruckbereich: 4 hPa bis 20 hPa Beatmungsdruckanzeige: digital Betriebsgeräusch: max. > 29 dB(A) bei 10 hPa Gewicht: 1,8 kg Wartung: Das Gerät muss nicht regelmäßig gewartet werden Lieferumfang: Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung sowie Schlauchsystem Besonderheiten: Während der Ausatmung kann der CPAP-Druck in drei Stufen kurzfristig abgesenkt werden. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0052

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.0023

Bezeichnung **Viva 8 CP 101 Art.-Nr. 00002001**

Hersteller HEINEN + LÖWENSTEIN

Konstruktions-merkmale

Gerätetyp: nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 18,0 hPa
Betriebsgeräusch: kleiner 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht: ca. 2,0 kg
Leistungsaufnahme: 10 W Betrieb / 3,5 W Standby
Wartung: alle 24 Monate Lieferumfang: 1. Viva nCPAP-Gerät Art.-Nr. 00002001
2. Netzteil Art.-Nr. 00002021
3. Netzanschlusskabel Art.-Nr. 31100001
4. Patientenschlauch Art.-Nr. 00007116
5. 5 x Feinfilter Art.-Nr. 00002023
6. 2 x Grobfilter Art.-Nr. 00002024
7. Tasche Art.-Nr. 00002025
8. Bedienungsanleitung BA-0127

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0053

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.20.0024
Bezeichnung	**SomnioBene, Art.-Nr. 1700100**
Hersteller	JON F. SYSTEME
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 18,0 hPa Betriebsgeräusch: 18,4 dB(A) bei 10 hPa Gewicht: ca. 3,8 kg Leistungsaufnahme: 21 W Wartung: jährlich Lieferumfang: Ein nCPAP-Grundgerät Netzanschlusskabel Schlauchsystem mit Druckmessschlauch 1,8 m Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0054

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.20.0025
Bezeichnung	**Calypso, Art.-Nr. 05010070**
Hersteller	TAKE AIR MEDICAL
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 18,0 hPa Betriebsgeräusch: > 27 dB(A) bei 10 hPa Gewicht: ca. 2,3 kg Leistungsaufnahme: ca. 10 W Betrieb, ca. 3,5 W Standby Wartung: jährlich Lieferumfang: nCPAP-Grundgerät Netzanschlusskabel Schlauchsystem mit Druckmessschlauch 1,8 m Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0055

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.20.0026
Bezeichnung	**Dorado, Art.-Nrn. 441200, 441201, 441202**
Hersteller	VIASYS
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 18,0 hPa Betriebsgeräusch: ca. 28,8 dB(A) bei 10 hPa Gewicht: ca. 3,8 kg Leistungsaufnahme: 65 VA Wartung: alle 24 Monate Lieferumfang: nCPAP-Grundgerät incl. Atemschlauch und Comfort-Tragetasche Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0056

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.0027

Bezeichnung **VECTOR II 8CP221, Art.-Nr. 0502-0069**

Hersteller VITAL AIRE

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	3,0 hPa bis 18,0 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,5 kg
Leistungsaufnahme:	22 W Betrieb / 2,5 W Standby
Wartung:	alle 24 Monate bzw. 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. 0502-0069) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch 3. zwei Filterkassetten 4. Ersatzsicherungen 5. KFZ-Kabel 6. Bereitschaftstasche
Sonstiges:	Einschlafhilfe (60 min) zuschaltbar
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0057

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.0028

Bezeichnung **Samoa 900-0001**

Hersteller HEINEN + LÖWENSTEIN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 29,4 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 1,8 kg
Leistungsaufnahme:	k.A.
Wartung:	alle 24 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. 0900-0001) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch 900-0016 3. 2 x Pollenfilter 900-0012 4. 5 x Ultrafeinfeilter 900-0013 5. Filterkappe 6. Gerätetasche
Sonstiges:	Einschlafhilfe (30 min) zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0058

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.20.0029
Bezeichnung	**CPAP-Gerät kxs, Art.-Nr. K701-KXS-001-GE**
Hersteller	KAERYS
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 20,0 hPa Betriebsgeräusch: ca. 28,45 dB(A) bei 10 hPa Gewicht: ca. 620 g Leistungsaufnahme: 13 bis 30 W Wartung: keine Lieferumfang: nCPAP-Grundgerät incl. Atemschlauch Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0059

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.0030

Bezeichnung **S8 Elite, Art.-Nr. 33031**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	< 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 1,3 kg
Energieversorgung:	100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz, 12 V oder 24 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	max. 110 W
Wartung:	alle 2 Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch 3. Filter 4. Transporttasche

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0060

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.0031

Bezeichnung **SOMNOsoft+, Art.-Nr. WM24600**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 18,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 26 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 3,4 kg
Energieversorgung:	115 bis 230 V / 50 bis 60 Hz oder 12 / 24 V DC
Leistungsaufnahme:	ca. 23 W
Wartung:	alle 2 Jahre bzw. 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Netzkabel und Bedienungsanleitung (WM 24615) 2. Schlauchsystem (WM 24130) 3. Trocknungsadapter (WM 24203) 4. Transporttasche 5. Fein- und Grobstaubfilter

Besonderheiten:
Während der Ausatmung kann der CPAP-Druck im sog. Soft-PAP-Modus in zwei Stufen abgesenkt werden. Zu Beginn der näch-sten Inspiration wird der Druck wieder auf den Therapiewert angehoben. Treten während des Schlafens Apnoen oder valide Flusslimitationen auf, wird für den entsprechenden Zeitraum automatisch der Soft-PAP-Modus deaktiviert.
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0061

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.

14.24.20.0032

Bezeichnung

REMstar Pro M series CPAP-System, Art.-Nr. DE 402 S

Hersteller

RESPIRONICS

Konstruktions-merkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 29 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 1 kg
Energieversorgung:	100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz oder 12 V DC
Wartung:	keine
Lieferumfang:	1. Grundgerät 2. Externes Netzteil incl. Netzkabel und Anschlusskabel 3. Flexibler Atemschlauch 4. Gerätetasche 5. Wiederverwendbarer Schaumstoff-filter sowie Einwegspezialfilter

Besonderheiten:
Während der Ausatmung kann der CPAP-Druck im sog. C-Flex-Modus in drei Stufen abgesenkt werden. Zu Beginn der näch-sten Inspiration wird der Druck wieder auf den Therapiewert angehoben.
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0062

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.20.0033
Bezeichnung	**iSleep 20+, Art.-Nr. 206003**
Hersteller	BREAS
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 20,0 hPa Beatmungsdruckanzeige: digital Betriebsgeräusch: ca. < 30 dB(A) bei 10 hPa Gewicht: ca. 1,9 kg Energieversorgung: 100 bis 240 V AC oder 24 V Wartung: keine Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Netzteil 2. Schlauchsystem Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0063

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.0034

Bezeichnung **SOMNOcomfort 2, Art.-Nrn. WM 24400 und WM 24465**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 18,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 27 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 1,7 kg
Energieversorgung:	15 bis 230 V AC, 50 - 60 Hz oder 12 bis 24 V DC (- 15 + 25 %)
Wartung:	alle 5000 Betriebsstunden oder alle zwei Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel, Netzteil und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsystem WM 24445 incl. Reinigungsstopfen 3. Transporttasche

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0064

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.0035

Bezeichnung **Somnia 2 (M-Series) mit C-Flex HL404S**

Hersteller HEINEN + LÖWENSTEIN

Konstruktions-merkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 29 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 1 kg
Energieversorgung:	100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz oder 12 V DC
Wartung:	keine
Lieferumfang:	1. Grundgerät 2. Externes Netzteil incl. Netzkabel und Anschlusskabel 3. Flexibler Atemschlauch 4. Gerätetasche 5. Wiederverwendbarer Schaumstoff-filter sowie Einwegspezialfilter

Besonderheiten:
Während der Ausatmung kann der CPAP-Druck im sog. C-Flex-Modus in drei Stufen abgesenkt werden. Zu Beginn der näch-sten Inspiration wird der Druck wieder auf den Therapiewert angehoben.
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0065

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.20.0036
Bezeichnung	**Trend 210 5CP210**
Hersteller	HOFFRICHTER
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 18,0 hPa Beatmungsdruckanzeige: digital Betriebsgeräusch: ca. 27 dB(A) bei 10 hPa Gewicht: ca. 2,5 kg Energieversorgung: 100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz oder 24 V DC Wartung: 2 Jahre Lieferumfang: 1. Grundgerät inkl. Netzkabel 3. Flexibler Atemschlauch 4. Gerätetasche 5. Filter Neben dem konventionellen CPAP-Modus kann eine dem indi-viduellen Atemfluss proportionale Druckererhöhung während der Inspiration und Druckabsenkung während der Exspiration eingeschaltet werden. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0066

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.20.0037
Bezeichnung	**CPAP-Gerät HC236-Sleep Style 200 CPAP Series, Art.-Nr. HC236AUU**
Hersteller	FISHER & PAYKEL
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 20,0 hPa Beatmungsdruckanzeige: digital Betriebsgeräusch: ca. 27 dB(A) bei 10 hPa Gewicht: ca. 1,9 kg Energieversorgung: 100 bis 115 V / 220 bis 240 V 50 bis 60 Hz Wartung: keine Lieferumfang: 1. Grundgerät inkl. Netzkabel 2. Flexibler Atemschlauch 3. Transporttasche Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0067

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.20.0038
Bezeichnung	**TREND life 5CP162, Art.-Nr. 00007809**
Hersteller	HOFFRICHTER
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 8,0 hPa Beatmungsdruckanzeige: digital Betriebsgeräusch: ca. 27 dB(A) bei 10 hPa Gewicht: ca. 2,5 kg Energieversorgung: 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz Wartung: zwei Jahre Lieferumfang: 1. Grundgerät inkl. Netzkabel 2. Flexibler Atemschlauch 3. Filter Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0068

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.20.0039
Bezeichnung	**CPAP 20, Art.-Nrn. WM 27300 / 27305**
Hersteller	WEINMANN
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 20,0 hPa Beatmungsdruckanzeige: digital Betriebsgeräusch: < 30 dB(A) bei 10 hPa Gewicht: ca. 1,25 kg Energieversorgung: 115 bis 230 V AC, 50 - 60 Hz Wartung: alle 5000 Betriebsstunden oder alle zwei Jahre Lieferumfang: 1. Grundgerät incl. Netzteil 2. Flexibler Atemschlauch 3. Filter 4. (nur wenn Version WM 27305) Trans-porttasche Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.0069

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.1005

Bezeichnung **Max II, Art.-Nrn. 163401 - 163404**

Hersteller MAP

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4 hPa bis 18 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	max. 35 dB(A)
Gewicht:	4,0 kg
Wartung:	alle 12 Monate bzw. 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Atemschlauch, Art.-Nr. 631624 3. Ersatzfilter
Sonstiges:	- Betrieb an 12 V/24 V Gleichspannung möglich - Start-Stopp Automatik über Maske - Einschlaframpe 0 - 45 min

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.2001

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.1006

Bezeichnung **Vector plus 7 CP 201, Art.-Nr. 00008100**

Hersteller HOFFRICHTER

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit integriertem Befeuchter
Beatmungsdruckbereich:	3,0 hPa bis 18,0 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 5 kg
Leistungsaufnahme:	65 W Betrieb / 5 W Standby
Wartung:	alle 12 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch Art.-Nr. 00007116 (AEROtube) 3. 2 Grobstaubfilter, 3 Feinstaubfilter (Wechselintervall nicht vorgegeben, Auswaschbar)
Sonstiges:	Einschlafhilfe (60 min) zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Produkt kann zum Bilevel-Gerät aufgerüstet werden.
Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.
Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.2002

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.1007

Bezeichnung **minni Max nCPAP mit integriertem Luftbefeuchter, Nrn. 1001, 1003, 1005, 1006**

Hersteller MAP

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4 hPa bis 18 hPa
Druckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	< 30 dB(A)
Leistungsaufnahme:	43 W
Gewicht:	2,9 kg
Wartung:	keine erforderlich
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit den Art.-Nrn. 163471, 163472, 153473, 163475, 163476 mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem, 1,8 m

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.2003

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.1008

Bezeichnung **Rumeditec good night RGN 02, Art.-Nr. 110000100**

Hersteller RUMEDITEC

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit integriertem Luftbefeuchter
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 16,0 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 21 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 6,7 kg
Leistungsaufnahme:	max. 80 W Betrieb
Wartung:	alle 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. 110000100) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsystem Art.-Nr. 120000500 3. Ersatzfilter, 10 Stück, Art.-Nr. 115200014
Sonstiges:	Einschlafhilfe zuschaltbar
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.2004

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.1009

Bezeichnung **SOMNOcomfort mit SOMNOclick, Art.-Nr. WM 24050**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit integriertem Anfeuchter
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 18,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 23 dB(A)bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 3,6 kg
Wartung:	alle 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. WM 24010) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsystem WM 24130 3. Atemluftbefeuchter SOMNOclick, Art.-Nr. WM 24030
Sonstiges:	- Möglichkeit der Zuschaltung eines verzögerten Druckaufbaus in den ersten 30 Minuten (Startrampe) - integrierter Therapiekalender zur Therapiekontrolle
Eintrag am:	15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.2005

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.1 010

Bezeichnung **Vector plus 7 CP 202**

Hersteller HOFFRICHTER

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit integriertem Befeuchter
Beatmungsdruckbereich:	3,0 hPa bis 18,0 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 5 kg
Leistungsaufnahme:	65 W Betrieb / 5 W Standby
Wartung:	alle 12 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch Art.-Nr. 00007116 (AEROtube) 3. 2 Grobstaubfilter, 3 Feinstaubfilter (Wechselintervall nicht vorgegeben, Auswaschbar)
Sonstiges:	Einschlafhilfe (60 min) zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Produkt kann zum Bilevel-Gerät aufgerüstet werden.
Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.2006

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.1011

Bezeichnung **CPAP-Gerät HC 221 AUU**

Hersteller FISHER & PAYKEL

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit integriertem Befeuchter und Wasserdruckmanometer zur Anzeige des eingestellten Behandlungsdruckes
Beatmungsdruckbereich:	3,0 hPa bis 18,0 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 28,9 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,3 kg
Leistungsaufnahme:	100 W
Wartung:	alle 12 Monate oder 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät HC 221 AUU mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch Art.-Nr. 900 HC 221 3. Filterset, Art.-Nr. 900 HC 222 sowie Bakterienfilter Art.-Nr. 900 HC 227 4. Befeuchterkammer HC 355 (spülmaschinenfest) 5. Wasserdruckmanometer Art.-Nr. 900 HC 224
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.2007

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.1012

Bezeichnung **CPAP-Gerät HC602-Sleep Style 600 CPAP Series, Art.-Nr. HC602AUU**

Hersteller FISHER & PAYKEL

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit integriertem Befeuchter und beheizbarem Schlauch
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 29,3 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,1 kg
Leistungsaufnahme:	ca. 115 W
Wartung:	alle 12 Monate oder 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät HC 602 AUU mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. beheizbarer Patientenschlauch Art.-Nr. 900 HC 522 3. Spülmaschinenfeste Befeuchterkammer HC 360 4. Transporttasche 3. Filter
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.2008

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.1013

Bezeichnung **Samoa mit Befeuchter, Art.-Nrn. 900-0001 + 900-0010**

Hersteller HEINEN + LÖWENSTEIN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit integrierter, abnehmbarer Warmluftbefeuchtung
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 29,4 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,4 kg
Leistungsaufnahme:	k.A.
Wartung:	alle 24 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. 0900-0001) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch 900-0016 3. 2 x Pollenfilter 900-0012 4. 5 x Ultrafeinfeilter 900-0013 5. Filterkappe 6. Gerätetasche 7. Warmluftbefeuchter Samoa komplett 900-0010
Sonstiges:	Einschlafhilfe (30 min) zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.2009

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.1014

Bezeichnung **CPAP-Gerät HC 239, Art.-Nr. HC239AUU**

Hersteller FISHER & PAYKEL

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit integriertem Befeuchter
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Betriebsgeräusch:	28 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	1,9 kg
Leistungsaufnahme:	85 W
Wartung:	alle 12 Monate oder 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät HC 239 mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch 900 HC 221 3. 1 x Befeuchterkammer, wiederverwendbar HC 355 4. 1 x Ersatzfilter 5. Transporttasche
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.2010

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.1015

Bezeichnung **S8 Elite mit HumidAire3i, Art.-Nrn. 33031 + 33911**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit integriertem Anfeuchter
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	< 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2 kg
Energieversorgung:	100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz, 12 V oder 24 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	< 140 W
Wartung:	alle 2 Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Integrierbarer Anfeuchter Humid-Aire3i 3. Patientenschlauch 4. Filter 5. Transporttasche

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.2011

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.1016

Bezeichnung **SOMNOsoft+ mit SOMNOclick, Art.-Nr. WM24610**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit integriertem Anfeuchter
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 18,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 26 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 3,6 kg
Energieversorgung:	115 bis 230 V / 50 bis 60 Hz oder 12 / 24 V DC
Leistungsaufnahme:	ca. 46 W
Wartung:	alle 2 Jahre bzw. 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Netzkabel und Bedienungsanleitung (WM 24615) 2. Schlauchsystem (WM 24130) 3. Trocknungsadapter (WM 24203) 4. Transporttasche 5. Fein- und Grobstaubfilter 6. SOMNOclick-Grundgerät WM 24185

Besonderheiten:
Während der Ausatmung kann der CPAP-Druck im sog. Soft-PAP-Modus in zwei Stufen abgesenkt werden. Zu Beginn der näch-sten Inspiration wird der Druck wieder auf den Therapiewert angehoben. Treten während des Schlafens Apnoen oder valide Flusslimitationen auf, wird für den entsprechenden Zeitraum automatisch der Soft-PAP-Modus deaktiviert.
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.2012

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.1017

Bezeichnung **SOMNOsoft+ mit SOMNOclick 300, Art.-Nr. WM24675**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit integriertem Anfeuchter
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 18,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 26 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 3,6 kg
Energieversorgung:	115 bis 230 V / 50 bis 60 Hz oder 12 / 24 V DC
Leistungsaufnahme:	ca. 46 W
Wartung:	alle 2 Jahre bzw. 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Netzkabel und Bedienungsanleitung (WM 24615) 2. Schlauchsystem (WM 24130) 3. Trocknungsadapter (WM 24203) 4. Transporttasche 5. Fein- und Grobstaubfilter 6. SOMNOclick 300-Grundgerät WM 24372

Besonderheiten:
Während der Ausatmung kann der CPAP-Druck im sog. Soft-PAP-Modus in zwei Stufen abgesenkt werden. Zu Beginn der näch-sten Inspiration wird der Druck wieder auf den Therapiewert angehoben. Treten während des Schlafens Apnoen oder valide Flusslimitationen auf, wird für den entsprechenden Zeitraum automatisch der Soft-PAP-Modus deaktiviert.
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.2013

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.1018

Bezeichnung **iSleep 20+ mit Atemluftbefeuchter HA01, Art.-Nrn. 206003 und 003530**

Hersteller BREAS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit integriertem Befeuchter
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. < 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 1,9 kg
Energieversorgung:	100 bis 240 V AC oder 24 V
Wartung:	keine
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Netzteil 2. Schlauchsystem 3. integrierbarer Atemluftbefeuchter HA01

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.2014

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.1019

Bezeichnung **SOMNOcomfort 2 mit SOMNOaqua, Art.-Nrn. WM 24450 und WM 24420**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit integriertem Anfeuchter
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 18,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 27 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 1,9 kg
Energieversorgung:	15 bis 230 V AC, 50 - 60 Hz oder 12 bis 24 V DC (- 15 + 25 %)
Wartung:	alle 5000 Betriebsstunden oder alle zwei Jahre
Lieferumfang:	1. SOMNOaqua Grundgerät WM 24403 mit Netzkabel, Netzteil und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsystem WM 24445 incl. Reinigungsstopfen 3. Transporttasche
Eintrag am:	15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.2015

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.1020

Bezeichnung **HC 608 Sleep Style 600 CPAP Series**

Hersteller FISHER & PAYKEL

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit integriertem Anfeuchter und Schlauchheizung
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 25 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,1 kg
Energieversorgung:	100 bis 115V bzw. 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz oder
Wartung:	keine
Lieferumfang:	1. Grundgerät inkl. Befeuchterkammer HC 630 2. Beheizter Atemschlauch 3. Transporttasche 4. Filter

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.2016

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.20.1021

Bezeichnung **CPAP-Gerät HC238-Sleep Style 200 CPAP Series, Art.-Nr. HC238AUU**

Hersteller FISHER & PAYKEL

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit integriertem Anfeuchter
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 27 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 1,9 kg
Energieversorgung:	100 bis 115 V / 220 bis 240 V 50 bis 60 Hz
Wartung:	keine
Lieferumfang:	1. Grundgerät inkl. Netzkabel 2. Flexibler Atemschlauch 3. Transporttasche 4. 1 x Befeuchterkammer HC355

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.2017

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.0005

Bezeichnung **Somnosmart, Art.-Nr. WM 23950**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druckeinstellung
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 18,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 34 dB(A)bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,6 kg
Wartung:	alle 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. WM 23960) mit Netzkabel (Art.-Nr. WM 13421) und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsystem WM 23835
Sonstiges:	Integrierter Therapiekalender zur Therapiekontrolle

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8004

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.21.0006
Bezeichnung	**Autoset T, Art.-Nr. 17103**
Hersteller	RESMED
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät mit automatischer Druck-einstellung Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 20,0 hPa Beatmungsdruckanzeige: digital Betriebsgeräusch: ca. 29 dB(A)bei 10 hPa Gewicht: ca. 3,5 kg Wartung: alle 2 Jahre Lieferumfang: 1. Grundgerät (Art.-Nr. 17103) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsystem, Art.-Nr. 1706 Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8005

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.0007

Bezeichnung **Good Knight 418 A, Art.-Nr. M-113511-DE**

Hersteller COVIDIEN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druckeinstellung
Beatmungsdruckbereich:	4 hPa bis 18 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 29 dB(A)bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,8 kg
Energieversorgung:	100 bis 230 V, 50 bis 60 Hz und 24 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	max. 70 W
Wartung:	einmal jährlich
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. M-113511-DE) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsystem

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8006

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.0008

Bezeichnung **Autoset Spirit (ohne Befeuchter), Art.-Nr. 30005**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druckeinstellung
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 25 dB(A)bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,3 kg
Energieversorgung:	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 120 W
Wartung:	alle 2 Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsysteme

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8007

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.0009

Bezeichnung **REMstar Auto CPAP-System, Art.-Nr. 1007382**

Hersteller RESPIRONICS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druckeinstellung
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 29 dB(A)bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 1,8 kg
Wartung:	keine
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Atemschlauch 3. Filter

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8008

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.21.0010
Bezeichnung	**Horizon LT-Plus, Art.-Nr. 8054PB-Kit**
Hersteller	SUNRISE MEDICAL
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät mit automatischer Druck-einstellung Beatmungsdruckbereich: 3,0 hPa bis 20,0 hPa Beatmungsdruckanzeige: digital als externes Display (Zube-hör) Betriebsgeräusch: < 30 dB(A)bei 10 hPa Gewicht: ca. 1,7 kg Wartung: jährlich Lieferumfang: 1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Atemschlauch 3. externes Display Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8009

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.0011

Bezeichnung **Good Knight 420 E, Art.-Nr. M-113912-DE**

Hersteller COVIDIEN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druckeinstellung
Beatmungsdruckbereich:	4 hPa bis 20 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 29 dB(A)bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 0,8 kg (ohne Netzteil)
Energieversorgung:	100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz und 12 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	max. 70 W
Wartung:	Gerät ist wartungsfrei, jedoch wird eine einmal jährliche sicherheitstechnische Prüfung empfohlen
Lieferumfang:	- Grundgerät (Art.-Nr. M-113912-DE) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung - Atemschlauch 1,8 m mit integriertem Druckmessschlauch, Art.-Nr. M261000-27 - Steckernetzteil Art.-Nr. M-413910-00 - Patientenhandbuch - Transporttasche - Verschlussstopfen für Druckmessschlauch (2 x) - Ersatzlufteinlassfilter, Ersatzfeinfilter
Optionales Zubehör:	- Autoklavierbarer Bakterienfilter Art.-Nr. 4-074600-00 oder einmal Bakterienfilter Art.-Nr. 351/5878 bzw. Art.-Nr. 350/5879
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8010

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.21.0012
Bezeichnung	**Delphinus Art.-Nrn. 441200, 441201, 441202**
Hersteller	VIASYS
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät mit automatischer Druck-einstellung Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 18,0 hPa Betriebsgeräusch: ca. 28,8 dB(A) bei 10 hPa Gewicht: ca. 3,8 kg Leistungsaufnahme: 65 VA Wartung: alle 24 Monate Lieferumfang: nCPAP-Grundgerät incl. Atemschlauch und Comfort-Tragetasche Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8011

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.0013

Bezeichnung **Magellan iPAP, Art.-Nr. 163615**

Hersteller MAP

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druck-einstellung
Beatmungsdruckbereich:	4,0 bis 18,0 hPa in 0,1 hPa-Schritten einstellbar
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	max. 30 dB(A)bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 3,5 kg
Energieversorgung:	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 28 W
Wartung:	alle zwei Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsysteme

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8012

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.0014

Bezeichnung **SOMNOsmart 2, Art.-Nr. WM 24900**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druckeinstellung
Beatmungsdruckbereich:	4,0 bis 18,0 hPa in 0,1 hPa-Schritten einstellbar
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	max. 28 dB(A)bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 3,6 kg
Energieversorgung:	115 V - 230 V, 50 - 60 Hz 12 V oder 24 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	k.A.
Wartung:	alle zwei Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsysteme
Sonstiges:	SOMNOsmart 2 ab Softwareversion 6.0 bzw. generell ab Gerätenummer 10.000: Der softPAP-Modus erhöht den Patientencomfort durch eine kurzzeitige Druckabsenkung beim Wechsel von der Inspiration in die Expiration.
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8013

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.21.0015
Bezeichnung	**DeVilbiss RPM AutoAdjust 9054, Art.-Nr. 9054 SE-KIT**
Hersteller	SUNRISE MEDICAL
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: nCPAP-Gerät mit automatischer Druck-einstellung Beatmungsdruckbereich: 3,0 hPa bis 20,0 hPa Beatmungsdruckanzeige: digital Betriebsgeräusch: < 30 dB(A)bei 10 hPa Gewicht: ca. 1,7 kg Wartung: jährlich Lieferumfang: 1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Atemschlauch Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8014

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.0016

Bezeichnung **REMstar Auto mit C-Flex CPAP-System, Art.-Nr. 1017480**

Hersteller RESPIRONICS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druck-einstellung
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 29 dB(A)bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 1,8 kg
Wartung:	keine
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Atemschlauch 3. Filter

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8015

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.0017

Bezeichnung **AutoTREND 5CP252, Art.-Nr. 00007825**

Hersteller HOFFRICHTER

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druckeinstellung
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 18,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	max. 27 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,5 kg
Energieversorgung:	100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 22 W
Wartung:	keine fest vorgegebene Wartungsrhytmen, Wartung gemäß Displayanzeige des Systems
Lieferumfang:	1. Grundgerät Art.-Nr. 00007825 mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch 3. Zwei Filterkassetten 4. Bereitschaftstasche und KFZ-Kabel
Sonstiges:	Einschlafhilfe 60 Min. zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.
Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8016

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.0018

Bezeichnung **minni PAP, Art.-Nr. 73078Z**

Hersteller MAP

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druckeinstellung
Druckbereich (PAP):	4 hPa bis 18 hPa
Druckbereich (CPAP)	4 hPa bis 20 hPa
Beatmungsruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 28 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,3 kg
Energieversorgung:	100 V bis 240 V / 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 27 W
Wartung:	alle 24 Monate oder 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät, Art.-Nr. 73078 mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Hygienebox, Art.-Nr. 554007 3. Atemschlauch mit Druckmessschlauch 180 cm 4. 2 Filter 5. Notfallpass
Sonstiges:	Einschlafhilfe zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8018

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.0019

Bezeichnung **minni PAP Comfort, Art.-Nr. 73080Z**

Hersteller MAP

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Gerät mit automatisch anpassendem Druckniveau (APAP) mit Comfort-Funktion in 3 Stufen (leicht, mittel, stark). Bei eingeschalteter Comfort-Funktion senkt das Gerät automatisch während der Expirationen den Therapiedruck ab und vereinfacht somit die Ausatmung für den Patienten.
Druckbereich (PAP):	4 hPa bis 18 hPa
Druckbereich (CPAP)	4 hPa bis 20 hPa
Beatmungsruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 28 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,3 kg
Energieversorgung:	100 V bis 240 V / 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 27 W
Wartung:	alle 24 Monate oder 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät, Art.-Nr. 73080Z mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Hygienebox, Art.-Nr. 554007 3. Atemschlauch mit Druckmessschlauch 180 cm 4. 2 Filter 5. Notfallpass
Sonstiges:	Einschlafhilfe zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8019

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.0020

Bezeichnung **Vector II Auto 8 CP 252, Art.-Nr. 0502-0107**

Hersteller VITAL AIRE

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druckeinstellung
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 18,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	max. 27 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,5 kg
Energieversorgung:	100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 22 W
Wartung:	keine fest vorgegebene Wartungsrhytmen, Wartung gemäß Displayanzeige des Systems
Lieferumfang:	1. Grundgerät Art.-Nr. 0502-0107 mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch 3. Zwei Filterkassetten 4. Bereitschaftstasche und KFZ-Kabel
Sonstiges:	Einschlafhilfe 60 Min. zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8020

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.0021

Bezeichnung **S8 AutoSet Spirit, Art.-Nr. 33124**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druckeinstellung
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	< 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 1,3 kg
Energieversorgung:	100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz, 12 V oder 24 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	max. 110 W
Wartung:	alle 2 Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch 3. Filter 4. Transporttasche
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8021

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.0022

Bezeichnung **REMstar Auto M Series, Art.-Nrn. DE 502 und DE 5025**

Hersteller RESPIRONICS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Auto-CPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 29 dB(A)
Gewicht:	ca. 1 kg
Energieversorgung:	100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz, oder 12 V DC
Wartung:	keine
Lieferumfang:	1. Grundgerät 2. Externes Netzteil incl. Netzkabel und Anschlusskabel 3. Flexibler Atemschlauch 4. Gerätetasche 5. Wiederverwendbarer Schaumstoff-filter sowie Einweg-Spezialfilter
Besonderheiten:	Während der Ausatmung kann der Druck im sog. C-Flex-Modus (CPAP-Betrieb) in drei Stufen abgesenkt werden sowie in der nächsten Inspiration wird der Druck wieder auf den Therapiewert angehoben. Ab der Serien-Nr. M001514000 ist es möglich, auch im APAP-Betrieb einen Flex-Modus zuzuschalten. Dieser wird mit A-Flex-Modus bezeichnet.

Geändert am: 15.10.2007
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8023

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.0023

Bezeichnung **AutoTREND 5CP253, Art.-Nr. 00007826**

Hersteller HOFFRICHTER

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Auto-CPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 18,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	< 27 dB(A)
Gewicht:	ca. 2,5 kg
Energieversorgung:	100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz
Wartung:	24 Monate oder 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät 2. Flexibler Atemschlauch 3. Gerätetasche
Besonderheiten:	Während der Ausatmung kann im sog. Flexline-Modus eine dem individuellen Atemflow proportionale Druckerhöhung, während der Inspiration und Druckabsenkung, während der Expiration eingestellt werden.
Eintrag am:	15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8024

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.0024

Bezeichnung **Vector II mit Flexline 8 CP 222, Art.-Nr. 0502-0125**

Hersteller VITAL AIRE

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Auto-CPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 18,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	< 27 dB(A)
Gewicht:	ca. 2,5 kg
Energieversorgung:	100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz
Wartung:	24 Monate oder 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät 2. Flexibler Atemschlauch 3. Gerätetasche
Besonderheiten:	Während der Ausatmung kann im sog. Flexline-Modus eine dem individuellen Atemflow proportionale Druckerhöhung, während der Inspiration und Druckabsenkung, während der Expiration eingestellt werden.
Eintrag am:	15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8025

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.0025

Bezeichnung **Phönix 2 (M-Series) mit Auto C-Flex HL 504 S**

Hersteller HEINEN + LÖWENSTEIN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Auto-CPAP-Gerät
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 29 dB(A)
Gewicht:	ca. 1 kg
Energieversorgung:	100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz, oder 12 V DC
Wartung:	keine
Lieferumfang:	1. Grundgerät 2. Externes Netzteil incl. Netzkabel und Anschlusskabel 3. Flexibler Atemschlauch 4. Gerätetasche 5. Wiederverwendbarer Schaumstoff-filter sowie Einweg-Spezialfilter
Besonderheiten:	Während der Ausatmung kann der Druck im sog. C-Flex-Modus in drei Stufen abgesenkt werden sowie in der nächsten Inspiration wird der Druck wieder auf den Therapiewert angehoben.
Eintrag am:	15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8026

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.0026

Bezeichnung **iSleep 20i, Art.-Nr. 207003**

Hersteller BREAS MEDICAL AB

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druckeinstellung
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	< 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 1,7 kg
Energieversorgung:	100 bis 240 V AC/ 50 bis 60 Hz, 12 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	k.A.
Wartung:	alle 2 Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch 3. Filtersystem 4. Transporttasche

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8028

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.1005

Bezeichnung **Autoset Spirit (mit integriertem Befeuchter), Art.-Nrn. 30005 mit 30903**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druckeinstellung und integriertem Warmluftanfeuchter
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 25 dB(A)bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 3,2 kg
Energieversorgung:	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 120 W
Wartung:	alle 2 Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsysteme 3. integrierbarer Befeuchter, Art.-Nr. 30903 Humidaire 2i

Geändert am: 15.08.2007
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.9001

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.1006

Bezeichnung **Magellan iPAP, Art.-Nr. 1614**

Hersteller MAP

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druck-einstellung und integriertem Warm-luftanfeuchter
Beatmungsdruckbereich:	4,0 bis 18,0 hPa in 0,1 hPa-Schritten einstellbar
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	max. 30 dB(A)bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 4 kg
Energieversorgung:	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 38 W
Wartung:	alle zwei Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsysteme 3. integrierter Befeuchter

Geändert am: 15.08.2007
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.9002

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.1007

Bezeichnung **SOMNOsmart 2 mit Somnoclick, Art.-Nr. WM 24950**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druckeinstellung und integrierten Warmluftanfeuchter
Beatmungsdruckbereich:	4,0 bis 18,0 hPa in 0,1 hPa-Schritten einstellbar
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	max. 28 dB(A)bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 3,8 kg
Energieversorgung:	115 V - 230 V, 50 - 60 Hz 12 V oder 24 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	k.A.
Wartung:	alle zwei Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsysteme 3. integrierter Befeuchter Somnoclick
Sonstiges:	SOMNOsmart 2 ab Softwareversion 6.0 bzw. generell ab Gerätenummer 10.000: Der softPAP-Modus erhöht den Patientencomfort durch eine kurzzeitige Druckabsenkung beim Wechsel von der Inspiration in die Expiration.

Geändert am: 15.08.2007
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.9003

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.1008

Bezeichnung **minni PAP mit Luftbefeuchter, Art.-Nr. 73078ZLB**

Hersteller MAP

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druckeinstellung
Druckbereich (PAP):	4 hPa bis 18 hPa
Druckbereich (CPAP)	4 hPa bis 20 hPa
Beatmungsruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 28 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,9 kg
Energieversorgung:	100 V bis 240 V / 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 27 W
Wartung:	alle 24 Monate oder 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät, Art.-Nr. 73078 mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Hygienebox, Art.-Nr. 554007 3. Atemschlauch mit Druckmessschlauch 180 cm 4. 2 Filter 5. Notfallpass 6. Integrierbarer Luftbefeuchter, Art.-Nr. 73056-Z
Sonstiges:	Einschlafhilfe zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.9004

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.1009

Bezeichnung **minni PAP Comfort mit Luftbefeuchter, Art.-Nr. 73089ZLB**

Hersteller MAP

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Gerät mit automatisch anpassendem Druckniveau (APAP) mit Comfort-Funktion in 3 Stufen (leicht, mittel, stark). Bei eingeschalteter Comfort-Funktion senkt das Gerät automatisch während der Expirationen den Therapiedruck ab und vereinfacht somit die Ausatmung für den Patienten.
Druckbereich (PAP):	4 hPa bis 18 hPa
Druckbereich (CPAP)	4 hPa bis 20 hPa
Beatmungsruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 28 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,9 kg
Energieversorgung:	100 V bis 240 V / 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 27 W
Wartung:	alle 24 Monate oder 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät, Art.-Nr. 73080 ZLB mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Hygienebox, Art.-Nr. 554007 3. Atemschlauch mit Druckmessschlauch 180 cm 4. 2 Filter 5. Notfallpass 6. Integrierbarer Luftbefeuchter, Art.-Nr. 73056-Z
Sonstiges:	Einschlafhilfe zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.9005

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.1 010

Bezeichnung **S8 AutoSet Spirit mit HumidAire3i, Art.-Nrn. 33124 + 33911**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druckeinstellung und integriertem Anfeuchter
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	< 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2 kg
Energieversorgung:	100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz, 12 V oder 24 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	< 140 W
Wartung:	alle 2 Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Integrierbarer Anfeuchter HumidAire3i 3. Patientenschlauch 4. Filter 5. Transporttasche

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.9006

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.21.1011

Bezeichnung **iSleep 20i mit Atemluftbefeuchter HA01, Art.-Nrn. 207003 mit 003530**

Hersteller BREAS MEDICAL AB

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	nCPAP-Gerät mit automatischer Druckeinstellung und integriertem Anfeuchter
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	< 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2 kg
Energieversorgung:	100 bis 240 V AC/ 50 bis 60 Hz, 12 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	k.A.
Wartung:	alle 2 Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Integrierbarer Anfeuchter HA01 2. Patientenschlauch 3. Filtersystem 4. Transporttasche

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.9008

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.22.0003

Bezeichnung **Moritz II, Art.-Nrn. 163416 bis 163419**

Hersteller MAP

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Bi-Level-Gerät
Einatemdruck (IPAP):	4 hPa bis 18 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	4 hPa bis 18 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	max. 35 dB(A)
Gewicht:	4 kg
Wartung:	alle 12 Monate bzw. 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem (Art.-Nr. 631624) 3. Ersatzfilter
Sonstiges:	- Betrieb an 12 V/24 V Gleichspannung möglich - Start-Stopp-Automatik - Einschlaframpe 0 - 45 min

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.1003

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.22.0004

Bezeichnung **n-CPAP Flowgenerator, Modell VPAP II, Art.-Nr. 21059**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Bi-Level-Gerät
Einatemdruck (IPAP):	4 hPa bis 20 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	4 hPa bis 20 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	Bargraph
Gewicht:	3,75 kg
Wartung:	alle 12 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. 21059) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsystem

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.1018

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.22.0005
Bezeichnung	**Vector bilevel 7 CP 301, Art.-Nr. 00007500**
Hersteller	HOFFRICHTER
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: BiLevel-Gerät Einatemdruck (IPAP): 3 hPa bis 18 hPa Ausatemdruck (EPAP): 3 hPa bis 18 hPa Betriebsgeräusch: ca. 30 dB(A) bei 10 hPa Leistungsaufnahme: 25 W Betrieb / 5 W Standby Gewicht: ca. 5 kg Wartung: alle 12 Monate Lieferumfang: 1. Grundgerät (Art.Nr. 00007500) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch Art.-Nr. 00007116 (AEROtube) 3. 2 Grobstaubfilter, 3 Feinstaubfilter (Wechselintervall nicht vorgegeben, auswaschbar) Sonstiges: Einschlafhilfe (60 min) zuschaltbar Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben. Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.1019

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.22.0006

Bezeichnung **Rumeditec good night RGN 03, Art.-Nr. 110000200**

Hersteller RUMEDITEC

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-nCPAP-Gerät
Einatemdruck (IPAP):	4,0 hPa bis 16,0 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	4 hPa bis 16 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 22 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 6,1 kg
Leistungsaufnahme:	max. 80 W Betrieb
Wartung:	alle 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. 110000200) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsystem Art.-Nr. 120000500 3. Ersatzfilter, 10 Stück, Art.-Nr. 115200014
Sonstiges:	Einschlafhilfe zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.1020

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.22.0007

Bezeichnung **SOMNOvent S Art.-Nr. WM 24500**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät
Einatemdruck (IPAP):	4 hPa bis 20 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	4 hPa bis 18 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 25 dB(A)
Gewicht:	ca. 4 kg
Leistungsaufnahme:	ca. 25 W
Wartung:	alle 5000 Betriebsstunden / 2 Jahre
Lieferumfang:	- Grundgerät WM 24110 - Schlauchsystem WM 24130 - Trocknungsadapter - Transportnetz - Anschlußleitung - Ersatzfilter
Sonstiges:	Einschlafhilfe 30 min zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.1021

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.22.0008

Bezeichnung **Moritz biLEVEL S**

Hersteller MAP

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Bi-Level-Gerät
Art.-Nrn.:	163716, 163719 und 163718
Einatemdruck (IPAP):	4 hPa bis 18 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	4 hPa bis 18 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	max. 28,8 dB(A)
Gewicht:	4,2 kg
Wartung:	alle 4000 Betriebsstunden bzw. ein bis zwei Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem (Art.-Nr. 631624) 3. Ersatzfilter
Sonstiges:	- Betrieb an 12 V/24 V Gleichspannung möglich - Start-Stopp-Automatik - Einschlaframpe 0 - 45 min

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.1023

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.22.0009
Bezeichnung	**Vector bilevel 7 CP 302**
Hersteller	HOFFRICHTER
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: BiLevel-Gerät Einatemdruck (IPAP): 3 hPa bis 18 hPa Ausatemdruck (EPAP): 3 hPa bis 18 hPa Betriebsgeräusch: ca. 30 dB(A) bei 10 hPa Leistungsaufnahme: 25 W Betrieb / 5 W Standby Gewicht: ca. 5 kg Wartung: alle 12 Monate Lieferumfang: 1. Grundgerät (Art.Nr. 00007500) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch Art.-Nr. 00007116 (AEROtube) 3. 2 Grobstaubfilter, 3 Feinstaubfilter (Wechselintervall nicht vorgegeben, auswaschbar) Sonstiges: Einschlafhilfe (60 min) zuschaltbar Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.1024

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.22.0010

Bezeichnung **Trend 300 5 CP 301, Art.-Nr. 00007830**

Hersteller HOFFRICHTER

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät
Einatemdruck (IPAP):	3,0 hPa bis 18,0 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	3,0 hPa bis 18,0 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,5 kg
Leistungsaufnahme:	22 W Betrieb / 2,5 W Standby
Wartung:	alle 24 Monate bzw. 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. 00007830) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch 3. zwei Filterkassetten 4. Ersatzsicherungen
Sonstiges:	Einschlafhilfe (60 min) zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.1025

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.22.0011

Bezeichnung **Prisma 8 CP 201, Art.-Nr. 00002002**

Hersteller HEINEN + LÖWENSTEIN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät
Einatemdruck (IPAP):	5,0 hPa bis 18,0 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	5,0 hPa bis 18,0 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 29 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,0 kg
Leistungsaufnahme:	10 W Betrieb / 3,5 W Standby
Wartung:	alle 12 Monate bzw. nach Meldung "Service" im Display des Gerätes
Lieferumfang:	1. Prisma Bilevelgerät (Art.-Nr. 00002002) 2. Netzteil Art.-Nr. 00002021 3. Netzanschlusskabel Art.-Nr. 31100001 4. Patientenanschlussschlauch Art.-Nr. 00007116 5. 5 x Feinfilter Art.-Nr. 00002023 6. 2 x Grobfilter Art.-Nr. 00002024 7. Tasche Art.-Nr. 00002025 8. Bedienungsanleitung BA-0126

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.1027

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.22.0012

Bezeichnung **VPAP III, Art.-Nr. 24105-Z**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät zur Anwendung bei schlafbezogenen Atemstörungen
Betriebsart:	BiLevel S
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 25,0 hPa (iPAP sowie ePAP)
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. < 28 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,3 kg
Betriebsspannung:	100 V bis 240 V; 50 Hz - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	100 W
Wartung:	alle 2 Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.1028

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.22.0013

Bezeichnung **DeVILBISS RPM BiLevel 9055, Art.-Nr. 9055SE-KIT**

Hersteller SUNRISE MEDICAL

Konstruktions-merkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät zur Anwendung bei schlafbezogenen Atemstörungen
Betriebsart:	BiLevel S
Beatmungsdruckbereich:	3 bis 25 cm H2O Beatmungsdruckanzeige: digital
Betriebsgeräusch:	ca. < 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 1,7 kg
Betriebsspannung:	100 V bis 240 V; 50 Hz - 60 Hz oder 125 V 400 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 65 W
Wartung:	jährlich
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.1029

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.22.0014

Bezeichnung **VECTOR II Bilevel 8 CP 321, Art.-Nr. 0502-0075**

Hersteller VITAL AIRE

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät
Einatemdruck (IPAP):	3,0 hPa bis 18,0 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	3,0 hPa bis 18,0 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,5 kg
Leistungsaufnahme:	22 W Betrieb / 2,5 W Standby
Wartung:	alle 24 Monate bzw. 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. 0502-0075) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch 3. zwei Filterkassetten 4. Ersatzsicherungen 5. KFZ-Kabel 6. Bereitschaftstasche
Sonstiges:	Einschlafhilfe (60 min) zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.1030

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.22.0015

Bezeichnung **GoodKnight 425, Art.-Nr. M-114500-DE**

Hersteller COVIDIEN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät
Einatemdruck (IPAP):	3 hPa bis 25 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	3 hPa bis 25 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 25,5 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 780 g
Betriebsspannung:	100 bis 240 V; 50 bis 50 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 40 W
Wartung:	keine / Empfehlung einmal pro Jahr
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. M114500-DE) 2. Atemschlauch, 1,80 m, Art.-Nr. M261000-27 3. externes Netzteil, Art.-Nr. M-414510-00 incl. Netzkabel, Art.-Nr. M660600-04 4. Patientenhandbuch und Transporttasche 5. 2 x Verschlussstopfen für Druckmessschlauch 6. 2 x Lufteinlassfilter 7. 10 x Feinstfilter

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.1031

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.22.0016

Bezeichnung **BiPAP Pro 2 mit Bi-Flex, Art.-Nr. 1017455**

Hersteller RESPIRONICS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät mit 3-stufiger Anpassung des Behandlungsdruckes zur Ein- und Ausatemunterstützung
Einatemdruck (IPAP):	4 hPa bis 20 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	4 hPa bis 20 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 28,8 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	< 3 kg
Betriebsspannung:	100 bis 240 V; 50 bis 60 Hz 12 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	k.A.
Wartung:	keine
Lieferumfang:	1. Grundgerät 2. Atemschlauch, 1,83 m 3. externes Netzteil incl. Netzkabel 4. Patientenhandbuch 5. 2 x Schaumstofffilter grau 6. 1 x Ultrafeinfilter 7. 1 x Encore PRo SmartCard 8. 1 x Filterabdeckung

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.1032

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.22.0017
Bezeichnung	**iSleep 22, Art.-Nr. 208003**
Hersteller	BREAS
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: BiLevel-Gerät zur Anwendung bei schlafbezogenen Atemstörungen Betriebsart: BiLevel S Beatmungsdruckbereich: 4,0 hPa bis 25,0 hPa Beatmungsdruckanzeige: digital Betriebsgeräusch: ca. < 30 dB(A) bei 10 hPa Gewicht: ca. 1,9 kg Betriebsspannung: 100 V bis 240 V AC, 24 V Leistungsaufnahme: keine Angabe Wartung: keine Lieferumfang: 1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.1033

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.22.1003

Bezeichnung **Moritz II, Art.-Nrn. 163406 bis 163409**

Hersteller MAP

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Bi-Level-Gerät
Einatemdruck (IPAP):	4 hPa bis 18 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	4 hPa bis 18 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	max. 35 dB(A)
Gewicht:	4 kg
Wartung:	alle 12 Monate bzw. 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem (Art.-Nr. 631624) 3. Ersatzfilter
Sonstiges:	- Betrieb an 12 V/24 V Gleichspannung möglich - Start-Stopp-Automatik - Einschlaframpe 0 - 45 min

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.4001

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.22.1004

Bezeichnung **Vector plus bilevel 7 CP 401, Art.-Nr. 00008500**

Hersteller HOFFRICHTER

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät mit integriertem Anfeuchter
Einatemdruck (IPAP):	3 hPa bis 18 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	3 hPa bis 18 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 30 dB(A) bei 10 hPa
Leistungsaufnahme:	65 W Betrieb / 5 W Standby
Gewicht:	ca. 5 kg
Wartung:	alle 12 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.Nr. 00008500) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch Art.-Nr. 00007116 (AEROtube) 3. 2 Grobstaubfilter, 3 Feinstaubfilter (Wechselintervall nicht vorgegeben, auswaschbar)
Sonstiges:	Einschlafhilfe (60 min) zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.
Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.4002

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.22.1006

Bezeichnung **Moritz biLEVEL S mit integrierter Anfeuchtung**

Hersteller MAP

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Bi-Level-Gerät
Art.-Nrn.:	163706, 163709 und 163708
Einatemdruck (IPAP):	4 hPa bis 18 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	4 hPa bis 18 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	max. 28,8 dB(A)
Gewicht:	4,5 kg
Wartung:	alle 4000 Betriebsstunden bzw. ein bis zwei Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem (Art.-Nr. 631624) 3. Ersatzfilter
Sonstiges:	- Betrieb an 12 V/24 V Gleichspannung möglich - Start-Stopp-Automatik - Einschlaframpe 0 - 45 min

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.4004

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.22.1007

Bezeichnung **SOMNOvent S mit SONOclick, Art.-Nr. WM 24550**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät mit integriertem Anfeuchter
Einatemdruck (IPAP):	4 hPa bis 20 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	4 hPa bis 18 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 25 dB(A)
Gewicht:	ca. 4 kg
Leistungsaufnahme:	ca. 25 W
Wartung:	alle 5000 Betriebsstunden / 2 Jahre
Lieferumfang:	- Grundgerät - Schlauchsystem WM 24130 - Trocknungsadapter - Transportnetz - Anschlußleitung - Ersatzfilter
Sonstiges:	Einschlafhilfe 30 min zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.4005

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.22.1008
Bezeichnung	**Vector plus bilevel 7 CP 402**
Hersteller	HOFFRICHTER
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: BiLevel-Gerät mit integriertem Anfeuchter Einatemdruck (IPAP): 3 hPa bis 18 hPa Ausatemdruck (EPAP): 3 hPa bis 18 hPa Betriebsgeräusch: ca. 30 dB(A) bei 10 hPa Leistungsaufnahme: 65 W Betrieb / 5 W Standby Gewicht: ca. 5 kg Wartung: alle 12 Monate Lieferumfang: 1. Grundgerät (Art.Nr. 00008500) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauch Art.-Nr. 00007116 (AEROtube) 3. 2 Grobstaubfilter, 3 Feinstaubfilter (Wechselintervall nicht vorgegeben, auswaschbar) Sonstiges: Einschlafhilfe (60 min) zuschaltbar Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.4006

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.22.1009

Bezeichnung **VPAP III mit HumidAire 2i, Art.-Nr. 24105-Z2i**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät zur Anwendung bei schlafbezogenen Atemstörungen
Betriebsart:	BiLevel S
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 25,0 hPa (iPAP sowie ePAP)
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. < 28 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,3 kg
Betriebsspannung:	100 V bis 240 V; 50 Hz - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	100 W
Wartung:	alle 2 Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem 3. integrierter Atemluftbefeuchter HumidAire 2i

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.4007

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.22.1 010

Bezeichnung **iSleep 22 mit Atemluftanfeuchter HA01, Art.-Nrn. 208003 und 003530**

Hersteller BREAS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät mit integrierter Anfeuchtung zur Anwendung bei schlafbezogenen Atemstörungen
Betriebsart:	BiLevel S
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 25,0 hPa Beatmungsdruckanzeige: digital
Betriebsgeräusch:	ca. < 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2 kg
Betriebsspannung:	100 V bis 240 V AC, 24 V Leistungsaufnahme: keine Angabe
Wartung:	keine
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem 3. integrierter Atemluftbefeuchter HA01

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.4008

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.23.0003

Bezeichnung **BiPAP Auto mit Bi-Flex, Art.-Nr. 1017446**

Hersteller RESPIRONICS

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel nCPAP-Gerät mit automatischer Druckeinstellung für Inspirations- und Expirationsdruck. Das Gerät bietet die Möglichkeit, im Automodus eine flowabhängige automatische Modifikation des Einatemdruckes sowie des Ausatemdruckes einzustellen. Die jeweilige individuelle Änderung des Ein- bzw. Ausatemdruckes wird automatisch durch das Gerät in Abhängigkeit vom Flow ermittelt. Hierdurch soll gemäß Herstellerangabe ein niedriger Ein- und Ausatemdruck im Mittel erreicht werden können.
Beatmungsdruckbereich:	4,0 hPa bis 25,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	< 30 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 3,2 kg
Energieversorgung:	100 bis 240 V / 50 bis 60 Hz, oder 24 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	max. 125 W
Wartung:	keine
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Smartcard 3. wiederverwendbare Schaumstofffilter und einmal Ultrafein-Filter 4. externes Netzteil 5. Patientenschlauch 1,8 m

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.8022

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.24.0004

Bezeichnung **Sullivan VPAP II ST Flowgenerator, Art.-Nr. 21062**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	2,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	bargraf
Betriebsgeräusch:	ca. 34 dB(A)
Gewicht:	ca. 4,1 kg
Wartung:	alle 6 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem
Eintrag am:	15.12.2007

Bemerkung Produkt ist bauglich mit Produkt der Pos.-Nr. 14.24.10.006, jedoch ohne erweiterte Alarmfunktionen.
Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1000

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.24.0005
Bezeichnung	**BiPAP S/T, Art.-Nr. 332409**
Hersteller	RESPIRONICS
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz Beatmungsdruckbereich: IPAP 4 hPa bis 20 hPa EPAP 4 hPa bis 20 hPa Betriebsart: spontan / zeitgesteuert spontan zeitgesteuert CPAP Wartung: alle 12 Monate Lieferumfang: 1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem, Art.-Nr. 301016 Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1001

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.24.0006
Bezeichnung	**PV 201, Art.-Nr. 120010**
Hersteller	BREAS
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz Beatmungsfrequenz: 4 bis 20 Atemzüge/min Inspirationszeit: 1 bis 3 sec Beatmungsdruckbereich: max. 20 hPa Beatmungsarten: kontrolliert / assistiert / atemzug-getriggert Energieversorgung: 230 V-Netzspannung bzw. 10 bis 15 V DC Leistungsaufnahme: 30 Watt Gewicht: 5,3 kg Lieferumfang: 1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Beatmungsschlauch mit Ausatemventil, Art.-Nr. 20000 Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1005

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.24.0007

Bezeichnung **Moritz biLEVEL ST**

Hersteller MAP

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Bi-Level-Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz
Art.-Nrn.:	163736, 163739 und 163738
Einatemdruck (IPAP):	4 hPa bis 18 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	4 hPa bis 18 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsart:	spontan/zeitgesteuert spontan zeitgesteuert CPAP
Betriebsgeräusch:	max. 28,8 dB(A)
Gewicht:	4,5 kg
Wartung:	alle 4000 Betriebsstunden bzw. ein bis zwei Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem (Art.-Nr. 631624) 3. Ersatzfilter
Sonstiges:	- Betrieb an 12 V/24 V Gleichspannung möglich - Start-Stopp-Automatik - Einschlaframpe 0 - 45 min

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1011

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.24.0008

Bezeichnung **Vector bilevel ST 20 7 CP 1202**

Hersteller HOFFRICHTER

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-ST-Gerät
Einatemdruck (IPAP):	3 hPa bis 18 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	3 hPa bis 18 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 30 dB(A) bei 10 hPa
Leistungsaufnahme:	25 W Betrieb / 5 W Standby
Gewicht:	ca. 5 kg
Wartung:	alle 12 Monate
Lieferumfang:	Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung Patientenschlauch Art.-Nr. 00007116 (AEROtube) 2 Grobstaubfilter, 3 Feinstaubfilter (Wechselintervall nicht vorgegeben, auswaschbar)
Sonstiges:	Einschlafhilfe (60 min) zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1012

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.24.0009

Bezeichnung **SOMNOvent ST, Art.-Nr. WM 24700**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz
Beatmungsdruckbereich:	IPAP 4 hPa bis 20 hPa EPAP 4 hPa bis 18 hPa
Beatmungsfrequenz:	5 1/min bis 45 1/min
I:E-Verhältnis:	25 % bis 67 % per Atemperiode
Betriebsart:	CPAP, BiLevel S, BiLevel ST, BiLevel T
Besonderheiten:	Softstart in CPAP und BiLevel S-Modus Druckanstiegsgeschwindigkeit einstellbar in drei Stufen, Triggerschwelle einstellbar in fünf Stufen
Betriebslautstärke:	26 dB(A) bei 10 mbar
Wartung:	alle 2 Jahre bzw. 5000 Betriebsstunden
Netzspannung:	230 V 50 Hz bzw. DC 24 V, 12 V
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung, Art.-Nr. WM 24710 2. Schlauchsystem, Art.-Nr. WM 24130 3. Trocknungsadapter, Art.-Nr. WM 24203 4. Transporttasche 5. Ersatzfilterset

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1015

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.24.0010

Bezeichnung **Trend 400 Typ 5CP401, Art.Nr. 00004840**

Hersteller HOFFRICHTER

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz, laut Herstellerangabe nur bei obstruktiver Schlafapnoe einsetzbar
Betriebsart:	Bi-Level ST / T / S
Beatmungsdruckbereich:	5,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 29 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,5 kg
Betriebsspannung:	100 V bis 240 V; 50 Hz - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	22 W
Wartung:	alle 12 Monate
Sonstiges:	Start-Stopp Automatik Alarmfunktionen, Startrampen
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte pOs.-Nr.: 14.24.09.1018

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.24.0011

Bezeichnung **Trend 500 Typ 5CP501, Art.Nr. 00007855**

Hersteller HOFFRICHTER

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz, laut Herstellerangabe bei obstruktiver Schlafapnoe, Upper-Airway-Resitance-Syndrom, zentrales Schlafapnoesyndrom und bei COPD sowie deren Mischformen; wieder einsetzbar
Betriebsart:	Bi-Level ST (S-CPPC) / T / S
Beatmungsdruckbereich:	3,0 hPa bis 33,0 hPa (iPAP sowie ePAP)
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. < 29 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,5 kg
Betriebsspannung:	100 V bis 240 V; 50 Hz - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Wartung:	keine Zeitangabe möglich, Gerät gibt Wartungsintervalle selbständig vor
Sonstiges:	Start-Stopp Automatik Alarmfunktionen, Startrampen
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1019

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.24.0012

Bezeichnung **VPAP III ST, Art.-Nr. 24108-Z**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät zur nichtinvasiven Beatmung bei schlafbezogenen Atemstörungen sowie bei chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen
Betriebsart:	BiLevel ST
Beatmungsdruckbereich:	2,0 hPa bis 25,0 hPa (iPAP sowie ePAP)
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. < 28 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,3 kg
Betriebsspannung:	100 V bis 240 V; 50 Hz - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	100 W
Wartung:	alle 6 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1020

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.24.0013

Bezeichnung **GoodKnight 425 ST, Art.-Nr. M-114502-DE**

Hersteller COVIDIEN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät zur nichtinvasiven Beatmung bei schlafbezogenen Atemstörungen
Betriebsart:	CPAP BiLevel ST
Einatemdruck (IPAP):	3 hPa bis 25 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	3 hPa bis 25 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 25,5 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 780 g
Betriebsspannung:	100 bis 240 V; 50 bis 50 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 40 W
Wartung:	keine / Empfehlung einmal pro Jahr
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. M114500-DE) 2. Atemschlauch, 1,80 m, Art.-Nr. M261000-27 3. externes Netzteil, Art.-Nr. M-414510-00 incl. Netzkabel, Art.-Nr. M660600-04 4. Patientenhandbuch und Transporttasche 5. 2 x Verschlussstopfen für Druckmessschlauch 6. 2 x Lufteinlassfilter 7. 10 x Feinstfilter

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1030

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.24.0014

Bezeichnung **BiLevel ST 22, Art.-Nr. WM 27500**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz
Betriebsarten:	S, T, ST, CPAP
Einatemdruck:	iPAP 6 - 22 HPa
Ausatemdruck:	(EPAP) 4 - 20 HPA
Beatmungsfrequenz:	6 bis 45 1/min, Verhältnis I:E: 20 % bis 67 % der Atemperiode in 1 %-Schritten einstellbar
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 26 dB(A) bei 10 hPa
Betriebsspannung:	115/230 V, 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 100 W
Größe:	23 x 12 x 28 cm
Gewicht:	ca. 3,7 kg
Wartung:	24 Monate oder nach 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Netzanschlussleitung, Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem

Eintrag am: 15.04.2007
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1041

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.24.0015

Bezeichnung **Melody Bilevel ST 20, Art.-Nr. 00002003**

Hersteller HEINEN + LÖWENSTEIN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz, laut Herstellerangabe bei OSAS, UARS, ZSAS, COPD und deren Mischformen einsetzbar
Betriebsart:	Bi-Level ST / T / S
Beatmungsdruckbereich:	5,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 29 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	kleiner 5,5 kg
Betriebsspannung:	100 V bis 240 V; 50 Hz - 60 Hz, 24 V DC
Leistungsaufnahme:	Standby 45 W in Betrieb
Wartung:	alle 12 Monate
Sonstiges:	Start-Stopp-Automatik, Alarmfunktionen, Startrampen, Leckage-Test bis 90 s
Lieferumfang:	1. Grundgerät, Art.-Nr. 00002003 2. Netzteil, Art.-Nr. 00002021 3. Anschlusskabel, Art.-Nr. 3110000-1 4. Patientenschlauch, Art.-Nr. 00007116 5. 5 x Feinfilter, Art.-Nr. 00002023 6. 2 x Grobfilter, Art.-Nr. 00002024 7. Tasche, Art.-Nr. 00002025 8. Bedienungsanleitung BA-0125

Eintrag am: 15.12.2007
Geändert am: 15.01.2008

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1024

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.24.0015

Bezeichnung **Melody Bilevel ST 20, Art.-Nr. 00002003**

Hersteller HEINEN + LÖWENSTEIN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz, laut Herstellerangabe bei OSAS, UARS, ZSAS, COPD und deren Mischfprmen einsetzbar
Betriebsart:	Bi-Level ST / T / S
Beatmungsdruckbereich:	5,0 hPa bis 20,0 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 29 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	kleiner 5,5 kg
Betriebsspannung:	100 V bis 240 V; 50 Hz - 60 Hz, 24 V DC
Leistungsaufnahme:	Standby 45 W in Betrieb
Wartung:	alle 12 Monate
Sonstiges:	Start-Stopp-Automatik, Alarmfunktionen, Startrampen, Leckage-Test bis 90 s
Lieferumfang:	1. Grundgerät, Art.-Nr. 00002003 2. Netzteil, Art.-Nr. 00002021 3. Anschlusskabel, Art.-Nr. 3110000-1 4. Patientenschlauch, Art.-Nr. 00007116 5. 5 x Feinfilter, Art.-Nr. 00002023 6. 2 x Grobfilter, Art.-Nr. 00002024 7. Tasche, Art.-Nr. 00002025 8. Bedienungsanleitung BA-0125

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1024

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.24.1004

Bezeichnung **Moritz biLEVEL ST mit integriertem Luftbefeuchter**

Hersteller MAP

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Bi-Level-Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz
Art.-Nrn.:	163726, 163729 und 163728
Einatemdruck (IPAP):	4 hPa bis 18 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	4 hPa bis 18 hPa
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsart:	spontan/zeitgesteuert spontan zeitgesteuert CPAP
Betriebsgeräusch:	max. 28,8 dB(A)
Gewicht:	4,2 kg
Wartung:	alle 4000 Betriebsstunden bzw. ein bis zwei Jahre
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem (Art.-Nr. 631624) 3. Ersatzfilter
Sonstiges:	- Betrieb an 12 V/24 V Gleichspannung möglich - Start-Stopp-Automatik - Einschlaframpe 0 - 45 min

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1010

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.24.1 005
Bezeichnung	**Vector plus bilevel ST 20**
Hersteller	HOFFRICHTER
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: BiLevel-ST-Gerät mit integriertem Anfeuchter Einatemdruck (IPAP): 3 hPa bis 18 hPa Ausatemdruck (EPAP): 3 hPa bis 18 hPa Betriebsgeräusch: ca. 30 dB(A) bei 10 hPa Leistungsaufnahme: 65 W Betrieb / 5 W Standby Gewicht: ca. 5 kg Wartung: alle 12 Monate Lieferumfang: Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung Patientenschlauch, Art.-Nr. 00007116 (AEROtube) 2 Grobstaubfilter, 3 Feinstaubfilter (Wechselintervall nicht vorgegeben, auswaschbar) Sonstiges: Einschlafhilfe (60 min) zuschaltbar Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1013

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.24.1006

Bezeichnung **SOMNOvent ST mit SOMNOclick, Art.-Nr. WM 24750**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz mit integriertem Atemluftbefeuchter
Beatmungsdruckbereich:	IPAP 4 hPa bis 20 hPa EPAP 4 hPa bis 18 hPa
Beatmungsfrequenz:	5 1/min bis 45 1/min
I:E-Verhältnis:	25 % bis 67 % per Atemperiode
Betriebsart:	CPAP, BiLevel S, BiLevel ST, BiLevel T
Besonderheiten:	Softstart in CPAP und BiLevel S-Modus Druckanstiegsgeschwindigkeit einstellbar in drei Stufen, Triggerschwelle einstellbar in fünf Stufen
Betriebslautstärke:	26 dB(A) bei 10 mbar
Wartung:	alle 2 Jahre bzw. 5000 Betriebsstunden
Netzspannung:	230 V 50 Hz bzw. DC 24 V, 12 V
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung, Art.-Nr. WM 24710 2. Schlauchsystem, Art.-Nr. WM 24130 3. Trocknungsadapter, Art.-Nr. WM 24203 4. Transporttasche 5. Ersatzfilterset 6. SOMNOclick Grundgerät, Art.-Nr. WM 24185
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1016

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.24.1007

Bezeichnung **VPAP III ST mit HumidAire 2i, Art.-Nr. 24108-Z2i**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-Gerät zur nichtinvasiven Beatmung bei schlafbezogenen Atemstörungen sowie bei chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen
Betriebsart:	BiLevel ST
Beatmungsdruckbereich:	2,0 hPa bis 25,0 hPa (iPAP sowie ePAP)
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. < 28 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 2,3 kg
Betriebsspannung:	100 V bis 240 V; 50 Hz - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	100 W
Wartung:	alle 6 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Schlauchsystem 3. integrierter Atemluftbefeuchter HumidAire 2i

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1021

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.24.1008

Bezeichnung **BiLevel ST 22 mit Befeuchter VENTIclick, Art.-Nr. WM 27520**

Hersteller WEINMANN

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät mit integriertem Befeuchter zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz
Betriebsarten:	S, T, ST, CPAP
Einatemdruck:	iPAP 6 - 22 HPa
Ausatemdruck:	(EPAP) 4 - 20 HPA
Beatmungsfrequenz:	6 bis 45 1/min, Verhältnis I:E: 20 % bis 67 % der Atemperiode in 1 %-Schritten einstellbar
Beatmungsdruckanzeige:	digital
Betriebsgeräusch:	ca. 26 dB(A) bei 10 hPa
Betriebsspannung:	115/230 V, 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 110 W
Größe:	23 x 12 x 39,5 cm
Gewicht:	ca. 4 kg
Wartung:	24 Monate oder nach 5000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät incl. Netzanschlussleitung, Bedienungsanleitung 2. Befeuchtereinheit 3. Schlauchsystem

Eintrag am: 15.04.2007
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1040

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.24.1009

Bezeichnung **Rumeditec good night RGN 04, Art.-Nr. 110000300**

Hersteller RUMEDITEC

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-nCPAP-Gerät
Einatemdruck (IPAP):	4,0 hPa bis 16,0 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	4 hPa bis 16 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 22 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 6,1 kg
Leistungsaufnahme:	max. 80 W Betrieb
Wartung:	alle 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. 110000300) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsystem Art.-Nr. 120000500 3. Ersatzfilter, 10 Stück, Art.-Nr. 115200014
Sonstiges:	Einschlafhilfe zuschaltbar

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.4003

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.24.1009

Bezeichnung **Rumeditec good night RGN 04, Art.-Nr. 110000300**

Hersteller RUMEDITEC

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	BiLevel-nCPAP-Gerät
Einatemdruck (IPAP):	4,0 hPa bis 16,0 hPa
Ausatemdruck (EPAP):	4 hPa bis 16 hPa
Betriebsgeräusch:	ca. 22 dB(A) bei 10 hPa
Gewicht:	ca. 6,1 kg
Leistungsaufnahme:	max. 80 W Betrieb
Wartung:	alle 4000 Betriebsstunden
Lieferumfang:	1. Grundgerät (Art.-Nr. 110000300) mit Netzkabel und Bedienungsanleitung 2. Patientenschlauchsystem Art.-Nr. 120000500 3. Ersatzfilter, 10 Stück, Art.-Nr. 115200014
Sonstiges:	Einschlafhilfe zuschaltbar

Eintrag am: 15.01.2008

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.07.4003

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.25.0003

Bezeichnung **Autoset CS, Art.-Nr. 25005**

Hersteller RESMED

Konstruktionsmerkmale

Gerätetyp:	Beatmungsgerät zur intermittierenden Therapie im häuslichen Einsatz, insbesondere bei Cheyne-Stokes-Atmung
Beatmungsfrequenz:	automatische Einstellung
Beatmungsdruckbereich:	4 hPa bis 20 hPa
Beatmungsarten:	AZMV
Energieversorgung:	230 V-Netzspannung Leistungsaufnahme: 200 Watt
Gewicht:	5,7 kg
Wartung:	alle 6 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Bedienungsanleitung, Art.-Nr. 25005 2. Beatmungsschlauch komplett, Art.-Nr. 25902, incl. Sensorschläuche Art.-Nr. 25903
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.1006

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.25.0004

Bezeichnung **AutoSet CS 2, Art.-Nr. 26003-Z**

Hersteller RESMED

Konstruktions-merkmale

Gerätetyp:
Beatmungsgerät (Servo-Ventilator) zur Druckunterstützung und Stabilisierung der Atmung bei erwachsenen Patienten mit Ateminsuffizienzen aufgrund von Cheyne-Stokes-Atmung oder zentraler Schlafapnoe. Das Gerät stellt die Ventilation in-nerhalb kurzer Zeit selbständig ein, so dass Hyperventila-tionen verhindert werden. Die im Gerät genutzten Algorhyth-men bestimmen aufgrund der beim Patienten gemessenen Atmung im Rahmen der vom Arzt vorgenommenen Geräteeinstellung den Druck der zugeführten Luft selbständig. Das Gerät verfügt ferner über Alarmsignale, die dem Benutzer auf Fehlfunktio-nen (z.B. zu hoher oder zu niedriger Druck) aufmerksam machen. Ein integriertes Patientenmanagementsystem erhöht die Compliance und die Anpassungsmöglichkeiten durch den Arzt.

Beatmungsfrequenz:	automatische Einstellung
Beatmungsdruckbereich:	4 hPa bis 20 hPa
Beatmungsarten:	adaptive Servoventilation (ASV)
Energieversorgung:	110 bis 120 V und 220 bis 240 V 50 bis 60 Hz, 30 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	60 W
Gewicht:	3,7 kg
Schalldruckpegel:	< 30 dB(A) bei 10 hPa
Wartung:	alle 6 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Be-dienungsanleitung, Art.-Nr. 26003 2. Hytrel Schlauchsystem für ACS 2 incl. Durcksensor-Schlauchsystem 3. Filter für AutoSet CS 2 4. Patientenpass incl. Gerätetasche

Geändert am: 15.08.2007
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.2001

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.25.0005

Bezeichnung **BiPAP autoSV, Art.-Nr. 1008628**

Hersteller RESPIRONICS

Konstruktions-merkmale

Gerätetyp:
Beatmungsgerät (Servo-Ventilator) zur Druckunterstützung und Stabilisierung der Atmung bei erwachsenen Patienten mit Ateminsuffizienzen aufgrund von Cheyne-Stokes-Atmung oder zentraler Schlafapnoe. Das Gerät stellt die Ventilation in-nerhalb kurzer Zeit selbständig ein, so dass Hyperventila-tionen verhindert werden. Die im Gerät genutzten Algorhyth-men bestimmen aufgrund der beim Patienten gemessenen Atmung im Rahmen der vom Arzt vorgenommenen Geräteeinstellung den Druck der zugeführten Luft selbständig. Das Gerät verfügt ferner über Alarmsignale, die dem Benutzer auf Fehlfunktio-nen (z.B. zu hoher oder zu niedriger Druck) aufmerksam machen.

Beatmungsfrequenz:	automatische Einstellung
Beatmungsdruckbereich:	4 hPa bis 30 hPa
Beatmungsarten:	adaptive Servoventilation (ASV)
Energieversorgung:	110 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, 12 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	k.A.
Gewicht:	2,7 kg
Schalldruckpegel:	k.A.
Wartung:	alle 12 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Be-dienungsanleitung 2. Wiederverwendbares Schlauchsystem 3. Filter

Geändert am: 15.08.2007
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.2002

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr.	14.24.25.0006
Bezeichnung	**BiPAP autoSV, Art.-Nr. 1038916**
Hersteller	RESPIRONICS
Konstruktions-merkmale	Gerätetyp: Beatmungsgerät (Servo-Ventilator) zur Druckunterstützung und Stabilisierung der Atmung bei erwachsenen Patienten mit Ateminsuffizienzen aufgrund von Cheyne-Stokes-Atmung oder zentraler Schlafapnoe. Das Gerät stellt die Ventilation in-nerhalb kurzer Zeit selbständig ein, so dass Hyperventila-tionen verhindert werden. Die im Gerät genutzten Algorhyth-men bestimmen aufgrund der beim Patienten gemessenen Atmung im Rahmen der vom Arzt vorgenommenen Geräteeinstellung den Druck der zugeführten Luft selbständig. Das Gerät verfügt ferner über Alarmsignale, die dem Benutzer auf Fehlfunktio-nen (z.B. zu hoher oder zu niedriger Druck) aufmerksam machen. Beatmungsfrequenz: automatische Einstellung Beatmungsdruckbereich: 4 hPa bis 30 hPa Beatmungsarten: adaptive Servoventilation (ASV) Energieversorgung: 110 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, 12 V Gleichspannung Leistungsaufnahme: k.A. Gewicht: 2,7 kg Schalldruckpegel: k.A. Wartung: alle 12 Monate Lieferumfang: 1. Grundgerät mit Netzkabel und Be-dienungsanleitung 2. Wiederverwendbares Schlauchsystem 3. Filter Geändert am: 15.08.2007 Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.2003

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positions Nr. 14.24.25.1003

Bezeichnung **AutoSet CS 2 mit HumidAire 2i, Art.-Nr. 26003-Z2i**

Hersteller RESMED

Konstruktions-merkmale

Gerätetyp:
Beatmungsgerät (Servo-Ventilator) zur Druckunterstützung und Stabilisierung der Atmung bei erwachsenen Patienten mit Ateminsuffizienzen aufgrund von Cheyne-Stokes-Atmung oder zentraler Schlafapnoe. Das Gerät stellt die Ventilation in-nerhalb kurzer Zeit selbständig ein, so dass Hyperventila-tionen verhindert werden. Die im Gerät genutzten Algorhyth-men bestimmen aufgrund der beim Patienten gemessenen Atmung im Rahmen der vom Arzt vorgenommenen Geräteeinstellung den Druck der zugeführten Luft selbständig. Das Gerät verfügt ferner über Alarmsignale, die dem Benutzer auf Fehlfunktio-nen (z.B. zu hoher oder zu niedriger Druck) aufmerksam machen. Ein integriertes Patientenmanagementsystem erhöht die Compliance und die Anpassungsmöglichkeiten durch den Arzt. Das Gerät verfügt über einen integrierten Atemluftbe-feuchter.

Beatmungsfrequenz:	automatische Einstellung
Beatmungsdruckbereich:	4 hPa bis 20 hPa
Beatmungsarten:	adaptive Servoventilation (ASV)
Energieversorgung:	110 bis 120 V und 220 bis 240 V 50 bis 60 Hz, 30 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme:	60 W
Gewicht:	3,7 kg
Schalldruckpegel:	< 30 dB(A) bei 10 hPa
Wartung:	alle 6 Monate
Lieferumfang:	1. Grundgerät mit Netzkabel und Be-dienungsanleitung, Art.-Nr. 26003 2. Atemluftbefeuchter HumidAire 2i, Art.-Nr. 30903 3. Hytrel Schlauchsystem für ACS 2 incl. Durcksensor-Schlauchsystem 4. Filter für AutoSet CS 2 5. Patientenpass incl. Gerätetasche

Geändert am: 15.08.2007
Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Alte Pos.-Nr.: 14.24.09.3001

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 15 Inkontinenzhilfen

Positions Nr.	15. 25. 01. 2 146
Bezeichnung	**DELTA-San Nr. 10, Art.-Nr. 308840**
Hersteller	ABENA
Konstruktions-merkmale	Anatomisch geformte Einmalvorlage mit Saugkissen, undurch-lässiger Aussenhülle, zur Fixierung mit einer Netzhose. Abmessungen: 72 x 35 x 23,5/37 cm Saugleistung: 1387,67 g Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 15 Inkontinenzhilfen

Positions Nr.	15.25.03.0134
Bezeichnung	**Molicare comfort super small, Art.-Nr. 165 240**
Hersteller	HARTMANN
Konstruktions-merkmale	Einmalslip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfach-klebebändern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saug-leistung 862,05 g. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 15 Inkontinenzhilfen

Positions Nr.	15. 25. 03. 0 135
Bezeichnung	**Molicare comfort extra small, Art.-Nr. 165 220**
Hersteller	HARTMANN
Konstruktions-merkmale	Einmalslip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfach-klebebändern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saug-leistung 590,54 g. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 15 Inkontinenzhilfen

Positions Nr.	15. 25. 03. 1 286
Bezeichnung	**EGOSAN Medium Super, Art.-Nr. REF XMM3110C-30**
Hersteller	SANTEX
Konstruktions-merkmale	Einmalslip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachkle-bebändern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleis-tung 911,30 g. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 15 Inkontinenzhilfen

Positions Nr.	15. 25. 03. 1 287
Bezeichnung	**Molicare comfort extra medium, Art.-Nr. 165 320**
Hersteller	HARTMANN
Konstruktions-merkmale	Einmalslip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachkle-bebändern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleis-tung 755,29 g. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 15 Inkontinenzhilfen

Positions Nr.	15. 25. 03. 1 288
Bezeichnung	**Molicare comfort super medium, Art.-Nr. 165 340**
Hersteller	HARTMANN
Konstruktions-merkmale	Einmalslip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachkle-bebändern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleis-tung 1189,65 g. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 15 Inkontinenzhilfen

Positions Nr.	15. 25. 03. 1 289
Bezeichnung	**DELTA-Form M3, Art.-Nr. 308872**
Hersteller	ABENA
Konstruktions-merkmale	Einmalslip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachkle-bebändern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleis-tung 1667,45 g. Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 15 Inkontinenzhilfen

Positions Nr.	15. 25. 03. 2 322
Bezeichnung	**EGOSAN Large Super, Art.-Nr. REF XML3110C-15**
Hersteller	SANTEX
Konstruktions-merkmale	Einmalslip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachkle-bebändern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleis-tung 1092,68 g. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 15 Inkontinenzhilfen

Positions Nr.	15. 25. 03. 2 323
Bezeichnung	**EGOSAN Extra Large, Art.-Nr. REF XMX2100C-15**
Hersteller	SANTEX
Konstruktions-merkmale	Einmalslip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachkle-bebändern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleis-tung 1243,87 g. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 15 Inkontinenzhilfen

Positions Nr.	15. 25. 03. 2 324
Bezeichnung	**Molicare comfort super large, Art.-Nr. 165 440**
Hersteller	HARTMANN
Konstruktions-merkmale	Einmalslip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachkle-bebändern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleis-tung 1333,48 g. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 15 Inkontinenzhilfen

Positions Nr.	15. 25. 03. 2 325
Bezeichnung	**Molicare comfort extra large, Art.-Nr. 165 420**
Hersteller	HARTMANN
Konstruktions-merkmale	Einmalslip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachkle-bebändern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleis-tung 1004,85 g. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 15 Inkontinenzhilfen

Positions Nr.	15. 25. 03. 2 326
Bezeichnung	**DELTA-Form L3, Art.-Nr. 308873**
Hersteller	ABENA
Konstruktions-merkmale	Einmalslip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachkle-bebändern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleis-tung 1758,20 g. Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 15 Inkontinenzhilfen

Positions Nr.	15. 25. 03. 2 327
Bezeichnung	**DELTA-Form XL3, Art.-Nr. 308874**
Hersteller	ABENA
Konstruktions-merkmale	Einmalslip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachkle-bebändern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleis-tung 1762,06 g. Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 15 Inkontinenzhilfen

Positions Nr.	15. 25. 06. 1 038
Bezeichnung	**Mobipur Urinbeutel, Art.-Nr. 800 002**
Hersteller	UROCLEAN
Konstruktions-merkmale	Urinbettbeutel aus PVC, 2000 ml Inhalt, Rücklaufsperre, Ablaufschlauch 90 cm lang, unsteril, Adapter. Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 15 Inkontinenzhilfen

Positions Nr.	15. 25. 06. 3 021
Bezeichnung	**Urinbeutel, steril, Art.-Nr. 690220**
Hersteller	ASID BONZ
Konstruktions-merkmale	Urinbettbeutel aus PVC, 2000 ml Inhalt, Rückflusssperre, Ab-lasshahn, steril, Schlauchlänge 90 cm. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 15 Inkontinenzhilfen

Positions Nr.	15. 25. 15. 6 117
Bezeichnung	**Transurethraler Silikon Ballonkatheter, Nelaton**
Hersteller	M.C.S. CONPHARM
Konstruktions-merkmale	Verweilkatheter aus Silikon, Nelatonspitze, zwei Augen, Ballon 5 bis 10 ml oder 30 ml, 40 cm lang, CH 12 bis CH 24, steril. Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	Art.-Nrn.: 68TUSI12400N bis 68TUSI24400N 68TUSI1640030N bis 68TUSI2440030N

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 16 Kommunikationshilfen

Positions Nr. 16.99.03.2015

Bezeichnung **Dynavox V, Art.-Nrn. 12600 bis 12604**

Hersteller DYNAVOX

Konstruktions-merkmale

Dynavox V ist eine portable Kommunikationshilfe mit dynami-schem Display und natürlicher Sprachausgabe. Es besitzt ein Farbdisplay mit Touchscreen (8,4 Zoll) und die klare Sprach-wiedergabe von individuell aufgenommenen Aussagen. Die per-sönliche Anpassung ist besonders schnell zu realisieren. PCS-Symbole in unterschiedlicher Anzahl und Größe können auf
dem Bildschirm platziert werden. Das Programmieren der Sei-ten geht schnell: durch Angabe der Anzahl der Zeilen und Spalten wird automatisch ein Buttonraster erstellt, das di-rekt mit eigenen Inhalten gefüllt werden kann. Der Import von Bildern und Sounds gestattet es, Seiten zu gestalten, die optimal an den Anwender angepasst sind. Die erstellten Seiten können sehr leicht über einen mitgelieferten USB-Stick gesichert werden. Eine integrierte Umfeldsteuerung über Infrarot ermöglicht die Ansteuerung von Geräten im Haushalt.

Anwendungsbereich:

Die Kommunikationshilfe Dynavox V kann von allen Personen, bei denen eine lautsprachliche Kommunikation nicht oder nur unzureichend möglich ist, genutzt werden. Für die Nutzung des Kommunikationssystems muss der Anwender folgende kogni-tive Eigenschaften mitbringen:

- zeitlich und räumliche Orientierung
- Eigenwahrnehmung, insbesondere bezogen auf die eigene Sprachstörung
- Symbol- und/oder Lesesinnverständnis (auf Wortebene)
- Wunsch zur Kommunikation

Geräteart:	Mobile Kommunikationshilfe auf Symbol- und Schriftbasis (mittels Touchscreen) zur Sprachausgabe mittels natürlich klingender, synthetischer Sprachausgabe
Energieversorgung:	7,5 V Li-Ionen-Akku
Speicher:	bis zu 25 Minuten Sprachausgabe
Anschlüsse:	2 externe Standardtaster, 2 USB Slave, 2 USB Master, serielle Schnittstelle, Lautsprecherausgang (auch für Audio-scanning), Infrarot für Umfeldsteuerung 1 Kartenfach (CompactFlash)
Auswahl:	Touch-Screen Tastenscanning Audioscanning
Betriebsdauer:	5 Stunden bei max. Leistung
Abmessungen (HxBxT):	230 mm x 220 mm x 70 mm
Tastenfeld (BxT):	-
Display:	8,4 Zoll
Gewicht:	Panal 2120 g (inkl. Akku)
Lieferumfang:	1 x Dynavox V, Art.-Nrn. 12600 - 12604 1 x Externes Ladegerät 1 x 7,5 V Lithium-Ionen-Akku 1 x Bedienungsanleitung 1 x Bedienstift 1 x 1 GB USB-Stick 1 x Trageriemen 1 x PC-Software

Eintrag am: 15.01.2008

Bemerkung

Das Produkt ist in verschiedenen Farbgebungen erhältlich:
Dynavox V, schwarz, Art.-Nr. 12600
Dynavox V, silber, Art.-Nr. 12601
Dynavox V, blau, Art.-Nr. 12602
Dynavox V, grün, Art.-Nr. 12603
Dynavox V, pink, Art.-Nr. 12604

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 16 Kommunikationshilfen

Positions Nr. 16.99.03.2016

Bezeichnung **Dynavox Vmax, Art.-Nrn. 12650 bis 12654**

Hersteller DYNAVOX

Konstruktions-merkmale

Dynavox Vmax ist eine portable Kommunikationshilfe mit dyna-mischem Display und natürlicher Sprachausgabe. Es besitzt ein Farbdisplay mit Touchscreen (12,4 Zoll) und die klare Sprachwiedergabe von individuell aufgenommener Aussagen. Die
persönliche Anpassung ist besonders schnell zu realisieren. PCS-Symbole in unterschiedlicher Anzahl und Größe können auf
dem Bildschirm platziert werden. Das Programmieren der Sei-ten geht schnell: durch Angabe der Anzahl der Zeilen und Spalten wird automatisch ein Buttonraster erstellt, das dir-ekt mit eigenen Inhalten gefüllt werden kann. Der Import von
Bildern und Sounds gestattet es, Seiten zu gestalten, die optimal an den Anwender angepasst sind. Die erstellten Sei-ten können sehr leicht über einen mitgelieferten USB-Stick gesichert werden. Eine integrierte Umfeldsteuerung über In-frarot ermöglicht die Ansteuerung von Geräten im Haushalt.

Anwendungsbereich:

Die Kommunikationshilfe Dynavox Vmax kann von allen Perso-nen, bei denen eine lautsprachliche Kommunikation nicht oder
nur unzureichend möglich ist, genutzt werden. Für die Nut-zung des Kommunikationssystems muss der Anwender folgende kognitive Eigenschaften mitbringen:

- Zeitlich und räumliche Orientierung
- Eigenwahrnehmung, insbesondere bezogen auf die eigene Sprachstörung
- Symbol- und/oder Lesesinnverständnis (auf Wortebene)
- Wunsch zur Kommunikation

Geräteart:	Mobile Kommunikationshilfe auf Symbol- und Schriftbasis (mittels Touchscreen) zur Sprachausgabe mittels natürlich klingender, synthetischer Sprachausgabe
Energieversorgung:	7,5 V Li-Ionen-Akku
Speicher:	bis zu 25 Minuten Sprachausgabe
Anschlüsse:	2 externe Standardtaster, 2 USB Slave, 2 USB Master, serielle Schnittstelle, Lautsprecherausgang (auch für Audio-scanning), Infrarot für Umfeldsteuerung 1 Kartenfach (CompactFlash)
Auswahl:	Touch-Screen Tastenscanning Audioscanning
Betriebsdauer:	6 Stunden bei max. Leistung
Abmessungen (HxBxT):	320 mm x 250 mm x 76 mm
Tastenfeld (BxT):	-
Display:	12,1 Zoll
Gewicht:	Panal 3120 g (inkl. Akku)
Lieferumfang:	1 x Dynavox Vmax, Art.-Nrn. 12650 bis 12654 1 x Externes Ladegerät 1 x 7,5 V Lithium-Ionen-Akku 1 x Bedienungsanleitung 1 x Bedienstift 1 x 1 GB USB-Stick 1 x Trageriemen

1 x PC-Software
Eintrag am: 15.01.2008

Bemerkung

Das Produkt ist in verschiedenen Farbgebungen erhältlich:
Dynavox Vmax, schwarz, Art.-Nr. 12650
Dynavox Vmax, silber, Art.-Nr. 12651
Dynavox Vmax, blau, Art.-Nr. 12652
Dynavox Vmax, grün, Art.-Nr. 12653
Dynavox Vmax, pink, Art.-Nr. 12654

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 16 Kommunikationshilfen

Positions Nr. 16.99.09.3012

Bezeichnung **Digitalwecker DS-1mit Vibrationskissen, Art.-Nr. A-3116/K**

Hersteller KIND

Konstruktions-merkmale

Der Wecker lisa DS-1 A-3116/K ist eine elektronische Uhr mit digitaler Zeitanzeige. Er weckt mit akustischem Signal, das in der Tonfrequenz und in der Lautstärke verändert werden kann. Weiterhin ist ein separates Vibrationskissen an-schließbar.

Größe (HxBxT):	65 mm x 152 mm x 134 mm
Gewicht:	577 g
Spannungsversorgung:	9 V Steckernetzteil an 230 V / 50 Hz
Lieferumfang:	1 x Digitalwecker DS-1, Art.-Nr. A-3116/K
	1 x 9 V Steckernetzteil
	1 x Bedienungsanleitung
	1 x Vibrationskissen

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 16 Kommunikationshilfen

Positions Nr.	16.99.09.3013
Bezeichnung	**Digitalwecker DS-1 mit Blitzmodul, Art.-Nr. A-3117/K**
Hersteller	KIND
Konstruktions-merkmale	Der Wecker lisa DS-1 A-3117/K ist eine elektronische Uhr mit digitaler Zeitanzeige. Er weckt mit akustischem Signal, das in der Tonfrequenz und in der Lautstärke verändert werden kann. Weiterhin ist ein separates Blitzmodul anschließbar. Größe (HxBxT): 65 mm x 152 mm x 134 mm Gewicht: 577 g Spannungsversorgung: 9 V Steckernetzteil an 230 V / 50 Hz Lieferumfang: 1 x Digitalwecker DS-1, Art.-Nr. A-3117/K 1 x 9 V Steckernetzteil 1 x Bedienungsanleitung 1 x Blitzmodul MF-1 Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 16 Kommunikationshilfen

Positions Nr.	16.99.09.3014
Bezeichnung	**Digitalwecker DS-1/RF mit Vibrationskissen, Art.-Nr. A-3255/K**
Hersteller	KIND
Konstruktions-merkmale	Der Wecker lisa DS-1/RF A-3255/K ist eine elektronische Uhr mit digitaler Zeitanzeige. Er weckt mit akustischem Signal, das in der Tonfrequenz und in der Lautstärke verändert wer-den kann. Lisa DS-1/RF integriert zusätzlich die komplette Funktionalität eines lisa-Funk-Empfängers. Weiterhin ist ein separates Vibrationskissen anschließbar. Größe (HxBxT): 65 mm x 152 mm x 134 mm Gewicht: 577 g Spannungsversorgung: 9 V Steckernetzteil an 230 V / 50 Hz Lieferumfang: 1 x Digitalwecker DS-1/RF, Art.-Nr. A-3255/K 1 x 9 V Steckernetzteil 1 x Bedienungsanleitung 1 x Vibrationskissen Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 16 Kommunikationshilfen

Positions Nr.	16.99.09.3015
Bezeichnung	**Digitalwecker DS-1/RF mit Blitzmodul, Art.-Nr. A-3256/K**
Hersteller	KIND
Konstruktions-merkmale	Der Wecker lisa DS-1/RF A-3256/K ist eine elektronische Uhr mit digitaler Zeitanzeige. Er weckt mit akustischem Signal, das in der Tonfrequenz und in der Lautstärke verändert wer-den kann. Lisa DS-1/RF integriert zusätzlich die komplette Funktionalität eines lisa-Funk-Empfängers. Weiterhin ist ein separates Blitzmodul anschließbar. Größe (HxBxT): 65 mm x 152 mm x 134 mm Gewicht: 577 g Spannungsversorgung: 9 V Steckernetzteil an 230 V / 50 Hz Lieferumfang: 1 x Digitalwecker DS-1/RF, Art.-Nr. A-3256/K 1 x 9 V Steckernetzteil 1 x Bedienungsanleitung 1 x Blitzmodul MF-1 Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positions Nr.	17.06.04.0076
Bezeichnung	**Venotrain soft A-T, Art.-Nr. 2121001xxxxxxx**
Hersteller	BAUERFEIND
Konstruktions-merkmale	Zweizugkompressions-Strumpfhose, KKL 1, Größen S, M, L, XL. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positions Nr.	17.06.04.1143
Bezeichnung	**Venotrain soft A-T, Art.-Nr. 2121001xxxxxxx**
Hersteller	BAUERFEIND
Konstruktions-merkmale	Zweizugkompressions-Strumpfhose, KKL 2, Größen S, M, L, XL. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 18 Krankenfahrzeuge

Positions Nr.	18.50.02.2096
Bezeichnung	**Breezy BasiX, Art.-Nr. 06400 - 001**
Hersteller	SUNRISE MEDICAL
Konstruktions-merkmale	Greifreifenrollstuhl mit einem mittels Kreuzstrebe faltbaren Rohrrahmen, abnehmbaren Antriebsrädern hinten, frei mitlau-fenden Schwenkrädern vorne, textiler Sitz- und im Durchhang einstellbarer Rückenbespannung, Sitzkissen, rückschwenkbaren Seitenteilen mit gepolsterten Armlehnen, abnehmbaren, ab-schwenkbaren und höhenverstellbaren Einzelfußauflagen, Posi-tion der Antriebsräder variierbar. Sitzbreite: 41, 43, 46, 48, 52 cm Sitztiefe: 41, 43 cm einstellbar Rückenhöhe: 41,5, 43,5 cm einstellbar Rückenwinkel: 90° Sitzhöhe: 42, 46, 48,5, 51 cm einstellbar Leergewicht: ab 14,9 kg Zul. Nutzergewicht: 125 kg Gesamtbreite: Sitzbreite + 19 cm Bereifung hinten: 24 Zoll pannensicher Bereifung vorne: 8 Zoll pannensicher Bremse: Druckbremse, optional Trommelbremse Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 18 Krankenfahrzeuge

Positions Nr.	18.50.02.2097
Bezeichnung	**Breezy RubiX, Art.-Nr. 06400 - 002**
Hersteller	SUNRISE MEDICAL
Konstruktions-merkmale	Greifreifenrollstuhl mit einem mittels Kreuzstrebe faltbaren Rohrrahmen, abnehmbaren Antriebsrädern hinten, frei mitlau-fenden Schwenkrädern vorne, textiler Sitz- und im Durchhang einstellbarer Rückenbespannung, Sitzkissen, rückschwenkbaren Seitenteilen mit gepolsterten Armlehnen, abnehmbaren, ab-schwenkbaren und höhenverstellbaren Einzelfußauflagen, Posi-tion der Antriebsräder variierbar. Sitzbreite: 38, 41, 43, 46, 48, 52 cm Sitztiefe: 41, 43,5, 46 cm einstellbar Rückenhöhe: 41, 43,5, 46 cm einstellbar Rückenwinkel: 90° Sitzhöhe: 38,5, 41, 42, 46, 48,5, 51 cm einstell-bar Leergewicht: ab 15,3 kg Zul. Nutzergewicht: 125 kg Gesamtbreite: Sitzbreite + 19 cm Bereifung hinten: 22, 24 Zoll pannensicher Bereifung vorne: 6, 8 Zoll pannensicher Bremse: Druckbremse, optional Trommelbremse Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 18 Krankenfahrzeuge

Positions Nr.	18.50.02.3029
Bezeichnung	**Breezy RubiX XL, Art.-Nr. 06400 - 003**
Hersteller	SUNRISE MEDICAL
Konstruktions-merkmale	Greifreifenrollstuhl mit einem mittels Kreuzstrebe faltbaren Rohrrahmen, abnehmbaren Antriebsrädern hinten, frei mitlau-fenden Schwenkrädern vorne, textiler Sitz- und im Durchhang einstellbarer Rückenbespannung, Sitzkissen, rückschwenkbaren Seitenteilen mit gepolsterten Armlehnen, abnehmbaren, ab-schwenkbaren und höhenverstellbaren Einzelfußauflagen, Posi-tion der Antriebsräder variierbar. Sitzbreite: 52, 56, 60 cm Sitztiefe: 41, 43,5, 46, 48 cm einstellbar Rückenhöhe: 41, 43,5, 46 cm einstellbar Rückenwinkel: 90° Sitzhöhe: 38,5, 41, 42, 46, 48,5, 51 cm einstell-bar Leergewicht: ab 16,5 kg Zul. Nutzergewicht: 125 kg Gesamtbreite: Sitzbreite + 19 cm Bereifung hinten: 22, 24 Zoll pannensicher Bereifung vorne: 6, 8 Zoll pannensicher Bremse: Druckbremse, optional Trommelbremse Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 18 Krankenfahrzeuge

Positions Nr.	18.51.05.0005
Bezeichnung	**Scooter Monarch Royale PT7**
Hersteller	HEARTWAY MEDICAL PRO
Konstruktions-merkmale	Elektromobil mit pulverbeschichtetem Stahlrohrrahmen und Kunststoffkarosserie mit integrierten Kotflügeln, gefedertem Fahrwerk, vorne mit Teleskopfedergabel, Sitzeinheit höhen-einstellbar, seitlich schwenkbar und in Längsrichtung ver-schiebbar, Armlehnen hochschwenkbar, Rückenlehne winkelver-stellbar, Lenksäule neigungsverstellbar, Hinterradantrieb mittels Elektromotor und Differenzialgetriebe, Vorderrad mit manuell feststellbarer Trommelbremse, Ladegerät, Batterien, Rückspiegel und Sicherheitsgurt im Lieferumfang enthalten. Sitzbreite: 50 cm Sitztiefe: 45 cm Rückenhöhe: 50 cm Rückenwinkel: 30° - 135° Gesamtbreite: 76 cm Gesamtlänge: 158 cm Leergewicht: 110 kg Zul. Nutzergewicht: 160 kg Bereifung hinten: 400 x 100 mm Luft Bereifung vorne: 400 x 100 mm Luft Batterien: 2 Stück 12 V, 75 Ah (20 h) Gel Anwendungsklasse: C Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 18 Krankenfahrzeuge

Positions Nr. 18.99.01.2073

Bezeichnung **Twist EASyS Sitzeinheit mit A Untergestell**

Hersteller THOMASHILFEN

Konstruktions-merkmale

Rehakarre bestehend aus einem faltbaren Rohrrahmen, mit freilaufenden Rädern vorne und bremsbaren (Feststellbremse) Räder hinten, abnehmbarer, schalenartiger, gefederter Sitz-einheit, in und entgegen der Fahrtrichtung montierbar, be-stehend aus festen Elementen, mit gepolstertem Bezug abge-deckt, Kopfstützen und Abduktionskeile anbringbar, Rücken-lehnenverstellung bis in Liegeposition, Sitzkantelung mög-lich, verstellbare Fußauflage an die Beinlänge anpassbar, Sitzeinheit in Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe ver-stellbar, verschiedene Begurtungen lieferbar.

Sitzbreite:	19 - 31 cm	25 - 36 cm
Sitztiefe:	19 - 30 cm	27 - 38 cm
Rückenhöhe:	40 - 68 cm	64 - 88 cm
Sitzwinkel:	-15° - 45°	-10° bis 40°
Sitzhöhe:	48 cm	54 cm
Rückenwinkel:	90° - 158°	90° bis 180°
Gesamtbreite:	59 cm	69,5 cm
Zul. Nutzergewicht:	35 kg	40 kg
Leergewicht:	15,9 kg	18,6 kg
Bereifung vorne:	7 1/2 Zoll	7 1/2 Zoll
Bereifung hinten:	10 Zoll	10 Zoll

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung Art.-Nrn. 6688 mit 6201 und 6788 mit 6401

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 18 Krankenfahrzeuge

Positions Nr.	18.99.01.2074
Bezeichnung	**EASyS Sitzeinheit mit A Untergestell**
Hersteller	THOMASHILFEN
Konstruktions-merkmale	Rehakarre bestehend aus einem faltbaren Rohrrahmen, mit freilaufenden Rädern vorne und bremsbaren (Feststellbremse) Rädern hinten, abnehmbarer, schalenartiger, gefederter Sitz-einheit, in und entgegen der Fahrtrichtung montierbar, be-stehend aus festen Elementen, mit gepolstertem Bezug abge-deckt, Kopfstützen und Abduktionskeile anbringbar, Rücken-lehnenverstellung bis in Liegeposition, Sitzkantelung mög-lich, verstellbare Fußauflage an die Beinlänge anpassbar, Sitzeinheit in Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe ver-stellbar, verschiedene Begurtungen lieferbar. Sitzbreite: 19 - 31 cm 25 - 36 cm Sitztiefe: 19 - 30 cm 27 - 38 cm Rückenhöhe: 40 - 65 cm 53 - 73 cm Sitzwinkel: -15° - 45° -10° bis 40° Sitzhöhe: 48 cm 54 cm Rückenwinkel: 90° - 180° 90° bis 180° Gesamtbreite: 59 cm 69,5 cm Zul. Nutzergewicht: 35 kg 40 kg Leergewicht: 15,9 kg 18,6 kg Bereifung vorne: 7 1/2 Zoll 7 1/2 Zoll Bereifung hinten: 10 Zoll 10 Zoll Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Art.-Nrn. 6609 mit 6201 und 6709 mit 6401

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 18 Krankenfahrzeuge

Positions Nr.	18.99.01.2075
Bezeichnung	**TWIST EASyS Sitzeinheit mit J Untergestell (JAZZ)**
Hersteller	THOMASHILFEN
Konstruktions-merkmale	Rehakarre bestehend aus einem faltbaren Rohrrahmen, mit freilaufenden Rädern vorne und bremsbaren (Feststellbremse) Rädern hinten, abnehmbarer, schalenartiger, gefederter Sitz-einheit, in und entgegen der Fahrtrichtung montierbar, be-stehend aus festen Elementen, mit gepolstertem Bezug abge-deckt, Kopfstützen und Abduktionskeile anbringbar, Rücken-lehnenverstellung bis in Liegeposition, Sitzkantelung mög-lich, verstellbare Fußauflage an die Beinlänge anpassbar, Sitzeinheit in Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe ver-stellbar, verschiedene Begurtungen lieferbar. Sitzbreite: 19 - 31 cm 25 - 36 cm Sitztiefe: 19 - 30 cm 27 - 38 cm Rückenhöhe: 40 - 68 cm 64 - 88 cm Sitzwinkel: -15° - 45° -10° bis 40° Sitzhöhe: 48 cm 54 cm Rückenwinkel: 90° - 158° 90° bis 180° Gesamtbreite: 60 cm 70,5 cm Zul. Nutzergewicht: 35 kg 40 kg Leergewicht: 15,9 kg 18,6 kg Bereifung vorne: 7 1/2 Zoll 7 1/2 Zoll Bereifung hinten: 10 Zoll 10 Zoll Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Art.-Nrn. 6688 mit 6603 und 6788 mit 6703

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 18 Krankenfahrzeuge

Positions Nr.	18.99.03.2012
Bezeichnung	**Vollelektrischer Aufstehrollstuhl SMFE Version 2 mit viskoelastischem Sitzkissen**
Hersteller	STAND MOBILITY
Konstruktions-merkmale	Elektrorollstuhl mit korrosionsgeschütztem Rohrrahmen, Antriebsrädern vorne, freilaufenden Schwenkrädern hinten, zusätzlichen Stützrollen vorne, Sitzkissen und gepolsterter textiler Rückenbespannung, Fußstützen, hochklappbaren und gepolsterten Armlehnen, elektromotorische Stehfunktion, Kniepelotten und Brustgurt zur Fixierung des Körpers in der Stehphase. Sitzbreite: 40, 44, 48 cm Sitztiefe: 44, 47, 50 cm (einstellbar) Rückenhöhe: 41 cm Sitzhöhe: 51 cm Rückenwinkel: elektromotorisch verstellbar Gesamtbreite: 63 cm Leergewicht: 80 kg Zul. Nutzergewicht: 120 kg Bereifung hinten: 175 mm pannensicher Bereifung vorne: 320 mm Luft Batterien: 2 Stück 12 V, 42 Ah C20 Gel Anwendungsklasse: A (Innenbereich) Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 18 Krankenfahrzeuge

Positions Nr.	18.99.05.1014
Bezeichnung	**Rollstuhl-Aufsteck-/Radnabenantrieb e-drive, Art.-Nrn. MED1050 und MED1100**
Hersteller	DECON WHEEL
Konstruktions-merkmale	In den Antriebsrädern integrierter elektrischer Rollstuhl-antrieb zur Montage an Greifreifenrollstühlen. Antriebsradaufnahme: Schnellwechselvorrichtung Bereifung: 24 x 1 3/8 Zoll optional: 22 Zoll Batterien: 1 Stück 24 V, 6,7 Ah (C5), NiMH Ladegerät: Extern Steuerung: Optionale Ausstattung mit Begleitper-sonensteuerung möglich Zuladung: 120 kg bzw. abhängig vom Rollstuhl Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 18 Krankenfahrzeuge

Positions Nr.	18.99.09.0001
Bezeichnung	**Dreimalin - Manueller Rollstuhlantrieb, Art.-Nrn. DE 198 001 - 05**
Hersteller	DREIMALIN-SYSTEM
Konstruktionsmerkmale	Handkurbel-/Greifreifenantrieb mit Kettentrieb zu den Hinterrädern manueller Rollstühle in Form eines Nachrüstsatzes für den Greifreifenrollstuhl 3.600 der Firma Meyra. Das Produkt ermöglicht einen wahlweisen Antrieb des Rollstuhls mittels nach vorne und nach oben verlagerten Handrädern oder mit in diesen Handrädern ein-/ausklappbaren Handkurbeln. Der Antrieb wird fest mit dem Rollstuhl verschraubt, ein Abnehmen der Seitenteile/Armlehnen ist bei montiertem Antrieb nicht möglich, ein seitliches Umsetzen in oder aus dem Rollstuhl kann daher nicht durchgeführt werden. Bei einem Schiebebetrieb laufen die Handräder mit. Das Lenken des Rollstuhls erfolgt indirekt durch Drehzahlunterschiede der Handräder. Das Eigengewicht des Antriebes beträgt 6,8 kg. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	Verwendungszweck: Der Zusatzantrieb kann Verwendung finden, wenn Versicherte den Greifreifenantrieb eines Standardrollstuhles oder eines Adaptivrollstuhles auch mit restkraftunterstützendem Greifreifenantrieb der Produktuntergruppe 18.99.08 nicht ausrei-chend nutzen können, da die hierfür erforderlichen Schubbewegungen, z.B. durch Einschränkungen im Schultergelenk, nicht durchgeführt werden können, aufgrund der höher und weiter vorne gelegenen Positionierung der Handkurbeln/Greifreifen ein selbstständiger Antrieb jedoch möglich ist. Dies kann bei folgender Indikation gegeben sein: Beeinträchtigung der Schulter-/Armfunktion Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 19 Krankenpflegeartikel

Positions Nr. 19.40.01.7 010

Bezeichnung **Pflegebett Allura, Art.-Nr. 51.5024.33**

Hersteller BURMEIER

Konstruktions-merkmale

Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.

Größe der Liegefläche:	200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche:	Federholzleisten
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Liegehöhe:	30 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung:	in Betthäupter integriert
Rückenlehne:	elektromotorisch
Schenkellehne:	elektromotorisch
Unterschenkellehne:	Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen:	Antitrendelenburg
Sperreinrichtung:	serienmäßig, Sperreinrichtung im Handschalter
Potentialausgleichanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak
Seitengitter:	Holzseitengitter, integriert, absenkbar
Bettgalgen:	serienmäßig
Max. Arbeitslast:	225 kg (185 kg Patientengewicht)
Netzteil:	extern, mit Steckverbindung am Bett

Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Verwendungszeck:
Zur Versorgung von Versicherten, bei denen die Tragfähigkeit von Produkten der Produktart 19.40.01.3 nicht ausreichend ist. Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 19 Krankenpflegeartikel

Positions Nr. 19.40.01.7 012

Bezeichnung **Pflegebett Allura 100, Art.-Nr. 51.5524.33**

Hersteller BURMEIER

Konstruktions-merkmale

Behindertengerechtes Bett, zerlegbar.

Größe der Liegefläche:	200 x 100 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallgitter
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Liegehöhe:	30 - 80 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung:	in Betthäupter integriert
Rückenlehne:	elektromotorisch
Schenkellehne:	elektromotorisch
Unterschenkellehne:	Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen:	Antitrendelenburg
Sperreinrichtung:	serienmäßig, Sperreinrichtung im Handschalter
Potentialausgleichanschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak
Seitengitter:	Holzseitengitter, integriert, absenkbar
Bettgalgen:	serienmäßig
Max. Arbeitslast:	225 kg (185 kg Patientengewicht)
Netzteil:	extern, mit Steckverbindung am Bett

Eintrag am: 15.11.2007

Bemerkung

Verwendungszeck:
Zur Versorgung von Versicherten, bei denen die Tragfähigkeit von Produkten der Produktart 19.40.01.3 nicht ausreichend ist. Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 20 Lagerungshilfen

Positions Nr.	20.09.01.2001
Bezeichnung	**DonJoy S.C.O.I., Art.-Nr. 11-0100-9-13136**
Hersteller	DJO
Konstruktions-merkmale	Schulterabduktionsschiene bestehend aus Thorax- bzw. Beckenbefestigung mit Schultergurt, arretierbare Gelenkverbindung für Schulter- und Ellenbogengelenk, Armauflagefläche mit Handteil und entsprechenden Polster- und Fixationssystemen, Universalgröße. Eintrag am 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 21 Meßgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positions Nr.	21. 28. 01. 0 009
Bezeichnung	**Boso Varius Privat, Art.-Nr. 227-0-113**
Hersteller	BOSCH & SOHN
Konstruktions-merkmale	Manuelles, auskultatorisch arbeitendes Blutdruckmessgerät mit integriertem Stethoskop und Manometer. Messmethode: auskultatorisch Messbereich: Manschettendruck 0 mmHg - 300 mmHg Genauigkeit: Manschettendruck +/- 3 mmHg Gewicht: 350 g inkl. Manschette Größe (L x B x H): 153 mm x 70 mm x 40 mm Manschettengrößen: für Armumfang 220 mm bis 320 mm Lieferumfang: Boso Varius-Privat, Art.-Nr. 227-0-113 Manschette Standard Gebrauchsanleitung Persönlicher Blutdruckpass Blutdruck-Fibel Etui Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 21 Meßgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positions Nr.	21. 30. 02. 1 000
Bezeichnung	**nicht besetzt**
Hersteller	-
Konstruktions-merkmale	nicht besetzt
Bemerkung	nicht besetzt

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 21 Meßgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positions Nr. 21.34.02.1060

Bezeichnung **Stada GlucoCheck Blutzuckermessgerät mg/dl, Art.-Nr. 121513**

Hersteller HOME DIAGNOSTIC

Konstruktions-merkmale

Blutzuckermessgerät	
Abmessungen (HxBxT):	89 mm x 55 mm x 17 mm
Gewicht:	47 g
Stromversorgung:	1 x 3 V Lithium-Batterien Typ CR 2032
Betriebsdauer:	ca. 1100 Messungen
Probenentnahme:	Fingerbeere
Probenmenge:	1,0 µl
Messeinheiten:	mg/dl
Messbereich:	20 mg/dl bis 600 mg/dl
Speicherkapazität:	365 Blutzucker und Kontrolllösungs-Messwerte mit Datum und Uhrzeit
Lieferumfang:	1 x Stada GlucoCheck, Art.-Nr. 121513
	1 x Benutzerhandbuch
	1 x Kurzanleitung
	1 x Tagebuch
	1 x Stechhilfe
	1 x Kontrolllösung
	10 x Lanzetten
	10 x Teststreifen
	1 x Codechip
	Etui
Eintrag am: 15.12.2007	

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 21 Meßgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positions Nr. 21.34.02.1061

Bezeichnung **Stada GlucoCheck Blutzuckermessgerät mmol/l, Art.-Nr. 121514**

Hersteller HOME DIAGNOSTIC

Konstruktions-merkmale

Blutzuckermessgerät	
Abmessungen (HxBxT):	89 mm x 55 mm x 17 mm
Gewicht:	47 g
Stromversorgung:	1 x 3 V Lithium-Batterien Typ CR 2032
Betriebsdauer:	ca. 1100 Messungen
Probenentnahme:	Fingerbeere
Probenmenge:	1,0 µl
Messeinheiten:	mmol/l
Messbereich:	1,1 mmol/l bis 33,3 mmol/l
Speicherkapazität:	365 Blutzucker und Kontrolllösungs-Messwerte mit Datum und Uhrzeit
Lieferumfang:	1 x Stada GlucoCheck, Art.-Nr. 121514
	1 x Benutzerhandbuch
	1 x Kurzanleitung
	1 x Tagebuch
	1 x Stechhilfe
	1 x Kontrolllösung
	10 x Lanzetten
	10 x Teststreifen
	1 x Codechip
	Etui

Eintrag am: 15.12.2007

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 21 Meßgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positions Nr. 21.34.02.1062

Bezeichnung **Blutzuckermessgerät GL 30 mmol/l, Art.-Nr. 455.02**

Hersteller BEURER

Konstruktions-merkmale

```
Blutzuckermessgerät
Abmessungen (HxBxT): 96 mm x 46 mm x 20 mm
Gewicht:             68 g inkl. Batterie
Stromversorgung:     2 x 1,5 V AAA-Batterien
Betriebsdauer:       ca. 1000 Messungen
Probenentnahme:      Fingerbeere Kapilarblut
Probenmenge:         0,5 µl
Messeinheiten:       mmol/l
Messbereich:         1,1 mmol/l bis 33,3 mmol/l
Messdauer:           ca. 6 s
Speicherkapazität:   448 Blutzuckermesswerte mit Datum und
                     Uhrzeit
Durchschnittswerte:  für 7, 14, 21, 28, 60, 90 Tage
Lieferumfang:        1 x Blutzuckermessgerät GL 30 mmol/l,
                         Art.- Nr. 455.02
                     1 x Benutzerhandbuch
                     1 x Kurzanleitung
                     1 x Etui
                     1 x Kontrolllösung
                     1 x Stechhilfe
                     10 x Lanzetten
                     10 x Teststreifen
                     2 x 1,5 V AAA-Batterien
Eintrag am: 15.01.2008
```

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 21 Meßgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positions Nr. 21.34.02.1063

Bezeichnung **Blutzuckermessgerät GL 30, mg/dl, Art.-Nr. 455.01**

Hersteller BEURER

Konstruktions-merkmale

Blutzuckermessgerät
Abmessungen (HxBxT): 96 mm x 46 mm x 20 mm
Gewicht: 68 g inkl. Batterie
Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA-Batterien
Betriebsdauer: ca. 1000 Messungen
Probenentnahme: Fingerbeere Kapilarblut
Probenmenge: 0,5 µl
Messeinheiten: mg/dl
Messbereich: 20 mg/dl bis 600 mg/dl
Messdauer: ca. 6 s
Speicherkapazität: 448 Blutzuckermesswerte mit Datum und Uhrzeit
Durchschnittswerte: für 7, 14, 21, 28, 60, 90 Tage
Lieferumfang: 1 x Blutzuckermessgerät GL 30, mg/dl, Art.- Nr.455.01
1 x Benutzerhandbuch
1 x Kurzanleitung
1 x Etui
1 x Kontrolllösung
1 x Stechhilfe
10 x Lanzetten
10 x Teststreifen
2 x 1,5 V AAA-Batterien
Eintrag am: 15.01.2008

Bemerkung

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 28 Stehhilfen

Positions Nr.	28.29.01.0030
Bezeichnung	**Heidelberger Stehgerät Jumbo, feststehend, Art.-Nr. 109**
Hersteller	REHATEC
Konstruktions-merkmale	Feststehender Stehständer bestehend aus einem Grundrahmen mit Fußbrett. Auf diesem Fußbrett sind zwei Fersenhalter verstellbar angeordnet. Im vorderen Bereich des Stehständers befindet sich eine senkrechte Säule. An ihr sind die weite-ren Baugruppen befestigt. Dies sind u.a. die verstellbare Knieführung, ein höhenverstellbarer Therapietisch mit Aus-schnitt und ein Schwenkbeckenrahmen mit zwei Gesäßpelotten. Zusätzliche Pelotten stehen optional zur Verfügung. Körper-größe des Nutzers bis max. 110 cm, max. Benutzergewicht 40 kg. Eintrag am 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 28 Stehhilfen

Positions Nr.	28.29.01.1044
Bezeichnung	**Heidelberger Stehgerät Jumbo, fahrbar, Art.-Nr. 109 mit 10003**
Hersteller	REHATEC
Konstruktions-merkmale	Fahrbarer Stehständer bestehend aus einem Grundrahmen mit Fußbrett. Auf diesem Fußbrett sind zwei Fersenhalter ver-stellbar angeordnet. Im vorderen Bereich des Stehständers befindet sich eine senkrechte Säule. An ihr sind die weite-ren Baugruppen befestigt. Dies sind u.a. die verstellbare Knieführung, ein höhenverstellbarer Therapietisch mit Aus-schnitt und ein Schwenkbeckenrahmen mit zwei Gesäßpelotten. Zusätzliche Pelotten stehen optional zur Verfügung. Körper-größe des Nutzers bis max. 110 cm, max. Benutzergewicht 40 kg. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 28 Stehhilfen

Positions Nr.	28.29.02.1040
Bezeichnung	**Stehbrett Typ ST 101, Art.-Nr. 20.101.00.000**
Hersteller	RFH - REHATECHNIK
Konstruktions-merkmale	Fahrbares Schrägliegebrett, bestehend aus einem Untergestell aus Vierkantrohren und einer gepolsterten, neigungsverstell-baren Liegefläche (73 x 182 cm) mit einer festen Liegehöhe. An dieser Liegefläche ist eine Fußstütze angeordnet. Die Sicherung des Patienten erfolgt mittels drei Gurten, die in Höhe der Brust, des Beckens und der Knie angelegt werden. Weitere Pelotten, Fixierelemente und ein Therapietisch kön-nen an der Liegefläche angebracht werden. Die Winkelverstel-lung erfolgt elektromotorisch von 0° bis 85°. Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 28 Stehhilfen

Positions Nr.	28.29.02.1041
Bezeichnung	**Stehbrett Typ ST 202, Art.-Nr. 20.202.00.000**
Hersteller	RFH - REHATECHNIK
Konstruktions-merkmale	Fahrbares Schrägliegebrett, bestehend aus einem Untergestell aus Vierkantrohren und einer gepolsterten höhen- und neigungsverstellbaren Liegefläche (73 x 182 cm). An dieser Liegefläche ist eine Fußstütze angeordnet. Die Sicherung des Patienten erfolgt mittels drei Gurten, die in Höhe der Brust, des Beckens und der Knie angelegt werden. Weitere Pelotten, Fixierelemente und ein Therapietisch können an der Liegefläche angebracht werden. Elektromotorische Liegehöhenverstellung und Winkelverstellung (0° bis 85°). Eintrag am: 15.12.2007
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 29 Stomaartikel

Positions Nr.	29.26.01.0054
Bezeichnung	**SenSura Click geschlossener Beutel, midi/maxi, Art.-Nrn. 10154 bis 10186**
Hersteller	COLOPLAST
Konstruktions-merkmale	Kolostomiebeutel mit Rastring für zweiteilige Versorgung mit einer Basisplatte, Filter, körper- oder beidseitigem Vlies, transparente oder hautfarbene Beutelfolie, Rastringgrößen 40 mm, 50 mm und 60 mm, Beutelgröße midi oder maxi mit einem Volumen von ca. 340 oder 500 ml. Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	Art.-Nrn.: 10154 - 10156, 10164 - 10166, 10174 - 10176, 10184 - 10186

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 29 Stomaartikel

Positions Nr.	29.26.02.0062
Bezeichnung	**SenSura Click Ausstreifbeutel, midi/maxi, Art.-Nrn. 10354 bis 10386**
Hersteller	COLOPLAST
Konstruktions-merkmale	Ausstreifbeutel mit Rastring für zweiteilige Versorgung mit einer Basisplatte, Filter, körperseitiges Vlies, transparen-te bzw. hautfarbene Beutelfolie, Rastringgrößen 40 mm, 50 mm und 60 mm, Verschluss mit Falt- und Klettsystem, Beutelgröße midi und maxi mit einem Volumen von ca. 420 oder 650 ml. Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	Art.-Nrn.: 10354 - 10356, 10364 - 10366, 10374 - 10376, 10384 - 10386

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 29 Stomaartikel

Positions Nr.	29.26.03.0041
Bezeichnung	**Conform 2 Urostomiebeutel, Art-Nr. 27830**
Hersteller	HOLLISTER
Konstruktions-merkmale	Urostomiebeutel mit Rastring für zweiteilige Versorgung mit einer Basisplatte, Rücklaufsperre, Beutelfolie mit Vlies, transparent, Ablaufventil, Rastringgröße 70 mm, Beutelgröße 300 ml. Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 29 Stomaartikel

Positions Nr.	29.26.04.1059
Bezeichnung	**SenSura Click geschlossener Beutel, mini, Art.-Nrn. 10151-10153, 10171**
Hersteller	COLOPLAST
Konstruktions-merkmale	Mini-Kolostomiebeutel mit Rastring für zweiteilige Versor-gung mit einer Basisplatte, Filter, beidseitigem Vlies, hautfarbener Beutelfolie, Rastringgrößen 40 mm, 50 mm und 60 mm, Beutelgröße mini mit einem Volumen von ca. 110 ml. Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 29 Stomaartikel

Positions Nr.	29.26.04.1060
Bezeichnung	**SenSura Click Ausstreifbeutel, mini, Art.-Nrn. 10351, 10352, 10371**
Hersteller	COLOPLAST
Konstruktions-merkmale	Mini-Ausstreifbeutel mit Rastring für zweiteilige Versorgung mit einer Basisplatte, Filter, körperseitigem Vlies, trans-parenter bzw. hautfarbener Beutelfolie, Rastringgrößen 40 mm und 50 mm, Verschluss mit Falt- und Klettsystem, Beutelgröße mini mit einem Volumen von ca. 220 ml. Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 29 Stomaartikel

Positions Nr.	29.26.05.0121
Bezeichnung	**SenSura Click Basisplatte, Art.-Nrn. 10001 bis 10032**
Hersteller	COLOPLAST
Konstruktions-merkmale	Basisplatten aus Hautschutzmaterial und Rastring, mit und ohne Gürtelbefestigung, Lochgrößen von 10 bis 55 mm aus-schneidbar und 20, 25, 30, 35, und 40 mm vorgestanzt, Rast-ringgrößen 40, 50 und 60 mm, Flächengrößen 77,93 cm², 94,93 cm² und 112,24 cm². Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	Art.-Nrn.: 10001 - 10003, 10011 - 10013, 10021 - 10023, 10031, 10032

Bekanntmachung der Spitzenverbände der Krankenkassen
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 04. Februar 2008 -
Bundesanzeiger Nr. 40 vom 12.März 2008
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt

Produktgruppe: 29 Stomaartikel

Positions Nr.	29.26.06.0055
Bezeichnung	**SenSura Click Basisplatte, konvex light, Art.-Nrn. 11011 bis 11032**
Hersteller	COLOPLAST
Konstruktions-merkmale	Basisplatten aus Hautschutzmaterial und Rastring, konvex, mit Gürtelbefestigung, Lochgrößen von 15 bis 43 mm aus-schneidbar und 21, 25, 28, 31, und 45 mm vorgestanzt, Rast-ringgrößen 40, 50 und 60 mm, Flächengrößen 77,93 cm², 94,93 cm² und 112,24 cm². Eintrag am: 15.01.2008
Bemerkung	Art.-Nrn.: 11011, 11012, 11021 - 11024, 11031, 11032